

Název veřejné zakázky: **Výzva č. 1: Elektrochirurgický generátor pro oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem**

Druh veřejné zakázky: dodávky

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v Dynamickém nákupním systému na dodávky chirurgických koagulačních přístrojů

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4808/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Pěkný den, V technické specifikaci požadujete: "Nožní spínač se dvěma pedály, ochranou min. IPX8". Můžeme nabídnout pedál se dvěma pedály, ochrana IP67? Dle obecné formulaci pro použití ve zdravotnictví je toto krytí dostačující (ponoření 1m/30min) + náš pedál má garanci ochrany proti prachu: IP67 (odolnost proti ponoření): Zařízení je chráněno proti prachu (6) a snese náhodné ponoření do vody (7) – obvykle do hloubky 1 metru po dobu maximálně 30 minut. Ideální pro déšť nebo náhodný pád do vody. IPX8 (trvalá odolnost): Zařízení s IPX8/IP68 je konstruováno pro delší nebo hlubší potopení (např. 1,5m+), což určuje konkrétní výrobce.

Děkuji

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel