

Název veřejné zakázky: **Dodávky nemocničních lůžek standard včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. 2025**

Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4898/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje „Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo)“ a „Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka“.

Uchazečem nabízená lůžka mají centrální ruční ovládací panel určený pro sestru i pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka a možností blokace jednotlivých funkcí (všech / pouze sesterských / pouze pacientských) a s předprogramovanými důležitými polohami (dvojitiskem) – CPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha (pozn. u lůžek se dvěma ovladači zvlášť pro sestru / pro pacienta nelze nikdy lůžko polohovat oběma současně a takové řešení obvykle znamená vyšší nejen pořizovací ale i servisní náklady na ND).

Splňuje nabízené řešení uvedené požadavky zadavatele?

Odpověď č. 1:

Nabízené řešení nesplňuje požadavky zadavatele. Zadavatel trvá na požadavcích technické specifikace, tj. požaduje „Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo)“ a „Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka“

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje „Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači“.

Uchazečem nabízená lůžka mají zálohovou baterii s autodiagnostikou kapacity v řídící jednotce se zvukovým signálem při nízkém stavu.

Splňuje nabízené řešení uvedené požadavky zadavatele?

Odpověď č. 2:

Nabízené řešení splňuje uvedené požadavky zadavatele.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje „Dodatečný díl postranic – sada L + P (počet upřesněn v rozkladu nabídkové ceny)“.

Uchazeč v rozkladu nabídkové ceny počet nenalezl, nepředpokládá potřebu pro všechna lůžka (jako nákladově i provozně neefektivní).

Žádáme tedy o upřesnění předpokládaného počtu za 36 měsíců v rozkladu nabídkové ceny.

Odpověď č. 3:

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zveřejňuje doplněný Rozklad nabídkové ceny.

Dotaz č. 4:

Bod ZD 4. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

4.1 Kritéria hodnocení

V souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena podle níže uvedených kritérií:

a) nabídkové ceny včetně DPH

Obvyklá praxe u veřejných zakázek je hodnocení ceny bez DPH, vzhledem k tomu, že je zadavatel plátcem DPH.

"Dle ZZVZ § 115, odst. 3

(3) Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení nabídek u zadavatele, který

a) je plátcem daně z přidané hodnoty, cena bez daně z přidané hodnoty,

b) není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z přidané hodnoty."

Krajská zdravotní, a.s. (IČO 25488627) je registrovaným plátcem DPH.

• DIČ: CZ25488627

• Datum registrace: Společnost je k dani z přidané hodnoty registrována od 1. října 2004.

Bude tedy zadavatel hodnotit zakázku z ceny bez DPH?

Odpověď č. 4:

Zadavatel stanovil v čl. 4.1 zadávací dokumentace, že hodnotícím kritériem je nabídková cena včetně DPH. Ustanovení § 115 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se použije pouze tehdy, pokud zadavatel nestanoví jinak. V daném případě zadavatel výslovně stanovil, že bude hodnotit cenu včetně DPH, protože DPH představuje jeho náklad. Hodnocena tedy bude cena na pořízení všech věcí včetně všech předpokládaných nákladů. Nadto zadavatel upozorňuje na čl. X odst. 2 návrhu rámcové dohody, podle kterého je změna ceny možná pouze, dojde-li ke změně zákona o DPH nebo změně zákonného zařazení předmětu do jiné sazby.

Zadavatel je přesvědčen, že nastavená hodnotící kritéria jsou nastavena nediskriminačně a ponechává je beze změny.

Dotaz č. 5:

Nemocniční stůl - noční stůl Kovový

Parametr - Odolná horní plocha s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

Může uchazeč zadavateli nabídnout odolnou horní plochu se zvýšeným okrajem po celém svém obvodu zamezujícími pádu položených předmětů?

Domníváme se, že zvýšeným okrajem po celém obvodu splníme účelnost a funkčnost horní plochy.

Nabízíme pouze jiné technické řešení.

Navíc jsou zvýšené okraje horní plochy po celém obvodu daleko efektivnější proti nechtěnému rozlití tekutin než pouze postranní lišty.

Odpověď č. 5:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 6:

Nemocniční stolek - noční stolek Kovový

Parametr - Jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

Může uchazeč zadavateli nabídnout jídelní desku se zvýšeným okrajem po celém svém obvodu zamezujícími pádu položených předmětů?

Domníváme se, že zvýšeným okrajem po celém obvodu splníme účelnost a funkčnost jídelní desky.

Nabízíme pouze jiné technické řešení.

Navíc jsou zvýšené okraje jídelní desky po celém obvodu daleko efektivnější proti nechtěnému rozlití tekutin než pouze postranní lišty.

Odpověď č. 6:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel