

Název veřejné zakázky: **Univerzální TLC skener vč. stínění pro Oddělení nukleární medicíny – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Druh řízení: **VZMR s uveřejněním výzvy**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4965/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Dotaz ohledně následujícího požadavku:

- *"Možnost vícekanálového měření aktivity - možnost současného provozu dvou detektorů pro různé aplikace nebo v koincidenčním režimu (režim HPLC)"*
- a) Můžete prosím upřesnit, co je zde konkrétně požadováno?
- b) Očekává se také analýza gama spektra nebo radio-HPLC analýza?

Odpověď na dotaz č. 1:

- a) Zadavatel požaduje přístroj, který umožňuje současné použití 2 různých detektorů. V případě potřeby může být jeden z detektorů v budoucnu nahrazen připojením HPLC. Přístroj musí umožnit také dodatečné připojení multikanálového analyzátoru (MCA).
- b) Požadovanou analýzou je radio-TLC analýza pomocí TLC skeneru pro stanovení radiochemické čistoty. Analýzu gama spektra ani radio-HPLC zadavatel v současné době nepožaduje.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek