

Název veřejné zakázky: **Dodávky nemocničních lůžek standard včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. 2025**

Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4898/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Nemocniční lůžko elektrické

Parametr

Dodatečný díl postranic – sada L + P (počet upřesněn v rozkladu nabídkové ceny)

Dodatečný díl postranic je kompaktní, plastový, s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla a pojistkou proti samovolnému vytažení/sklopení, povrch nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypů, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

Hodnocené kritérium F3 – postup hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci)

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuvádí u "Dodatečný díl postranic – sada L + P" upřesněný počet kusů (v rozkladu nabídkové ceny), domníváme se tedy, že dodatečný díl postranic – sada L + P platí pro všechna lůžka

(dle rozkladu nabídkové ceny - 400ks).

V tomto případě nám ale opravdu nedává smysl, nabízet zadavateli kompaktní plastové dělené 3/4 postranice + dodatečný díl postranic.

Pokud zadavatel uvažuje a potřebuje pokrytí prostoru po celé délce lůžka, je přece daleko jednodušší a praktičtější využít postranice plastové dělené po celé délce lůžka (bez nutnosti dodatečného dílu postranice).

Může tedy uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s dělenými plastovými postranicemi po celé délce lůžka bez nutnosti doplnění o dodatečný díl postranice?

Zadavatel tím získá jednodušší manipulaci s postranicemi. Při využití dvoudílných postranic po celé délce ložné plochy, sklopí hlavovou a nožní část postranice a už nemusí odnímat a uklízet dodatečný třetí díl postranice, který se vysouvá a nasouvá.

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že **dodatečný díl** postranic – sada L + P není požadován ke každému z 400 ks lůžek. Celkový požadovaný počet těchto sad (párů) činí 40 ks (L + P), jak je nově uvedeno v upraveném Rozkladu nabídkové ceny, který zadavatel zveřejnil dne 16.2.2026 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na profilu zadavatele. Ostatní technické požadavky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Dotaz č. 2:

Nemocniční stolek - noční stolek dřevěný
Nemocniční stolek - noční stolek kovový

Parametr - Pojízdňý, oboustranný, uzamykatelný stolek k nemocničnímu lůžku
Může zadavatel uchazeči upřesnit, zda chce na stolku uzamykat šuplík či dvířka a nebo oboje?

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje minimálně jednu uzamykatelnou sekci stolku.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí odboru veřejných zakázek