

Elektricky polohovatelné křeslo pro pacienta

Popis a obecné požadavky:

Vyšetřovací a zákrové křeslo pro oční ambulanci v Litoměřicích detašované pracoviště Oční kliniky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- Křeslo stomatologické pro oftalmologii1 kus

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Křeslo stomatologické pro oftalmologii

- Elektricky polohovatelné vyšetřovací a zákrové křeslo vhodné pro oční ambulanci
- Křeslo vhodné pro oční operativu a pro vyšetření i pomocí ultrazvuku
- Elektricky nastavitelná výška křesla
 - nejnižší nástupní výška maximálně 50 cm, tj. vzdálenost mezi zemí a nejnižší polohou plochy sedacího dílu,
 - nejvyšší výška sedací části od země minimálně 80 cm
- Minimálně třídílná plocha křesla (minimálně sedací a opěrná část, opora (opěrka) hlavy))
- Opěrné části (zádový díl)
 - elektrické nastavení náklonu opěrné části
 - náklon zádového dílu v rozsahu minimálně 8° až 60°
 - křeslo musí umožnit polohování pacienta z pozice v sedě do polohy v leže
- Lékař musí mít dostatek prostoru v okolí opěrné části i pod ní
 - křeslo musí umožnit lékaři u vyšetření či zákroku pohodlně a ergonomicky sedět a pracovat v hlavové části křesla
- Sedací díl křesla
 - šířka pracovní plochy sedáku alespoň 50 cm
 - sedací díl obsahuje oporu nohou, zadavatel připouští i dělené řešení
 - ochranný kryt či potah na polstrování minimálně v oblasti nohou
- Pracovní zatížení křesla minimálně 180 kg
- Křeslo musí být možné plynule polohovat při zatížení

- Nožní ovladač pro polohování křesla snadno dostupný pro ošetřujícího lékaře, který je usazen v hlavové části křesla
 - pro ergonomii pracovního prostoru a managementu péče a ovládání bez nutnosti ovládání křesla rukou
- Musí umožnit uložit minimálně 3 přednastavené polohy křesla
- Ruční madla (opěrky rukou) na obou stranách křesla;
 - madla musí být možné sklopit nebo odejmout.
- Pohyblivá opora (opěrka) hlavy pro přizpůsobení polohy hlavy pacienta
 - s nastavitelnou výškou minimálně o 90 mm
 - s nastavitelným úhlem (náklonem), umožňující polohování hlavy
 - do předklonu
 - do rovné polohy
 - do záklonu
- Bezešvé kvalitní a pohodlné polstrování pro dlouhé výkony (sedací a opěrná část, opora hlavy)
 - antibakteriální,
 - se sníženou hořlavostí
 - ze snadno čistitelného a udržovatelného materiálu odolávajícímu běžné dezinfekci
 - výška minimálně 5 cm, křeslo musí být pohodlné během delšího pobytu pacienta při vyšetření či zákroku
- Možnost výběru barevného provedení křesla
 - uchazeč v nabídce uvede, popřípadě vyobrazí části a díly s možností volby barvy
 - uchazeč poskytne vzorník barev, ze kterého si zadavatel vybere barvu a upřesní svůj výběr v objednávce
- Veškeré další nutné příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění účelu
- Instalace křesla bez nutnosti stavebních úprav
 - zapojení do zásuvky na AC 230 V / 50 Hz a v případě potřeby je k dispozici i vývod pro ochranné pospojování - zásuvka pro vyrovnání potenciálů