

Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – zákrokové sály jednodenní chirurgie**

Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4996/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

T-6522 - Nerez stůl pomocný, hydraulická noha
v popisu máte: plato otočné o 360° s aretací - jelikož se jedná o instrumentační vozík MAXI - plato otočné není a to z důvodu stability. Zřejmě se jedná o administrativní chybu.

Odpověď č. 1:

Nejedná se o administrativní chybu. Zadavatel však připouští i variantu bez otočného plata.

Dotaz č. 2:

T-6525 - Anesteziologický vozík s příslušenstvím
Budete prosím akceptovat rozměr vozíku bez příslušenství 83 x 57 x 105 cm rozměr i s ergo madly.

Odpověď č. 2:

U anesteziologického vozíku je v technické specifikaci šířka uvedena jako minimální **bez příslušenství**. Zadavatel připomíná, že v technické specifikaci je uvedeno: Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů u všech položek akceptován toleranční rozsah $\pm 5\%$.

Zadavatel analogicky v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel

