

Název veřejné zakázky: **Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí pro Oddělení soudního lékařství a toxikologie, MNUL, o.z.**
Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, 400 11, doručovací číslo: 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4979/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V článku V. a bodě 6 kupní smlouvy se uvádí: „V rámci záruky poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku”.

Pro nabízenou instrumentaci jsou doporučeny (nikoli předepsány) preventivní údržby v ročním intervalu. Mají být v rámci záruky provedeny roční preventivní údržby v rozsahu dle doporučení výrobce zahrnující práci i materiál?

V kalkulaci pozáručního servisu mají být také započteny roční preventivní údržby v rozsahu dle doporučení výrobce zahrnující práci i materiál?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel požaduje provedení i doporučených preventivních kontrol v rámci záruky i pozáručního servisu dle doporučení výrobce, a to se zahrnutím všech poplatků (práce, materiál, doprava apod.).

Dotaz č. 2:

V návrhu smlouvy v bodě 14 je požadavek na bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích. Nabízený přístroj není zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotnických prostředcích. Jsou i přesto požadovány bezpečnostně technické kontroly v rámci záruky, tak i v kalkulaci pozáručního servisu?

Odpověď č. 2:

V případě, že nabízený přístroj není zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích, zadavatel požaduje bezpečnostně technické kontroly a revize dle pokynů výrobce. V případě, že nabízený přístroj je zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích, zadavatel požaduje bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích a revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích. Zadavatel v této souvislosti upravil znění obligatorního návrhu smlouvy, rozkladu nabídkové ceny a zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

V technické specifikaci je uveden požadavek: “Microsoft Office 2021 Professional Plus EN Dev SL viz aktuální „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“. Je možné nahradit novější verzí daného produktu?

Odpověď č. 3:

Zadavatel umožňuje dodávku novější verze licence na užívání Microsoft Office za podmínky zachování licenční edice Professional Plus.

Dotaz č. 4:

Je možné upravit obligatorní znění návrhu smlouvy (přílohu č. 4 zadávací dokumentace) tak, aby odpovídalo dodávce nezdravotnického prostředku, tj. zařízení nepodléhajícího zákonu č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a to v celém rozsahu návrhu smlouvy (nikoli pouze ve výše uvedených bodech)?

Odpověď č. 4:

Zadavatel na základě obdrženého dotazu upravil znění obligatorního návrhu smlouvy, zadávací dokumentace a rozkladu nabídkové ceny.

Dotaz č. 5:

Je možné vypustit, případně nevyplnit, v tabulce Rozklad nabídkové ceny rubriky BTK a revize dle zákona o zdravotnických prostředcích, jelikož specifikovaný přístroj není zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Provedení BTK a revize je součástí výrobcem předepsané kontroly a prohlídky.

Odpověď č. 5:

Zadavatel na základě obdrženého dotazu upravil znění rozkladu nabídkové ceny, obligatorního návrhu smlouvy a zadávací dokumentace.

V souvislosti s odpověďmi na dotazy zadavatel zveřejňuje následující přílohy:

- Zadávací dokumentace_aktuální znění
- Příloha č. 4 Obligatorní návrh kupní smlouvy_aktuální znění
- Příloha č. 6 Rozklad nabídkové ceny_aktuální znění

Z důvodu úprav zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u předmětné veřejné zakázky na celou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

V Ústí nad Labem dne: dle elektronického podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel