

Název veřejné zakázky: **Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí pro Oddělení soudního lékařství a toxikologie, MNUL, o.z.**
Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, 400 11, doručovací
číslo: 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4979/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

V rámci minimální technické specifikace zadavatel požaduje parametr:
„IDL pro reserpine/chloramphenicol pod 5 fg (při 10 fg na kolonu)“. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní parametr citlivosti přístroje, žádáme o vyjasnění, zda bude zadavatel trvat na prokázání splnění tohoto parametru v rámci instalace.

Odpověď č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že při instalaci nového přístroje LC-MS bude před jeho předáním do provozu požadovat prokázání splnění požadované citlivosti, tj. IDL pro reserpin a chloramphenicol pod 5 fg (při 10 fg na kolonu).

Dotaz č. 2:

Dále žádáme o upřesnění, zda bude zadavatel požadovat stanovení IDL standardní metodikou vycházející z nástřiku minimálně osmi jdoucích standardů, stanovení relativní směrodatné odchylky (RSD) ploch píku a výpočtu dle vztahu: $IDL (fg) = t \times (\%RSD / 100) \times \text{nastříkované množství (fg)}$, kde t odpovídá kritické hodnotě Studentova rozdělení pro 99% hladinu spolehlivosti a (n-1) stupňů volnosti.

Odpověď č. 2:

Stanovení IDL bude provedeno standardní metodikou.

V Ústí nad Labem dne: dle elektronického podpisu

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí odboru veřejných zakázek