

Název veřejné zakázky: **Výzva č. 6: Myčka podložních mís pro Oddělení jednodenní chirurgie nemocnice Teplice**

Druh veřejné zakázky: dodávky

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v Dynamickém nákupním systému na dodávky myček podložních mís pro poskytovatele zdravotnických služeb

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11

Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4978/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

dovolujeme si vznést dotaz k technickému parametru u zařízení „Mycí automat podložních mís“, konkrétně k požadavku na maximální hlučnost 58 dB.

Rádi bychom se informovali, zda bude zadavatel akceptovat zařízení s maximální hlučností do 70 dB.

Dovolujeme si uvést, že rozdíl mezi 58 dB a 70 dB nepředstavuje v reálném provozu zásadní omezení. Pro srovnání – hlučnost na úrovni cca 70 dB odpovídá běžné konverzaci. Taková úroveň hluku je stále považována za přijatelnou a neobtěžující pro personál ani pacienty, zejména s ohledem na charakter použití zařízení.

Předem děkujeme za zvážení našeho dotazu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že nabízenou hodnotu hlučnosti do 70 dB akceptuje.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele u příslušné veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel