



Poskytnutí dodatečných informací č. 14

v zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky
CT přístroj pro Krajskou zdravotní, a.s.- Nemocnici Teplice,o.z.

evidenční číslo v ISVZUS
7202011019851

Dotaz č. 14 (přesné znění dotazu)

„Zadavatel požaduje dynamický perfusní mód (nelokální nebo sekvenční) v rozsahu min. 70-80mm. Tento parametr má být dostupný při snímání dat prostřednictvím min. 64 paralelních akvizičních kanálů v ose Z.

Pohledem na hodnocené technické parametry a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je zřejmé, že zadání nahrává dodavateli, který oproti naší technologii disponuje sice menším reálným snímaným dynamickým objemem na jednu otočku rentgenky bez pohybu stolu, avšak snímá dynamickou perfusi v požadovaném rozsahu s postupem patientského stolu, na více než jednu otočku rentgenky.

Naše řešení umožňuje snímat mnohem větší reálný dynamický perfusní objem na jednu otočku rentgenky bez posunu stolu. Toto řešení je pro klinickou praxi minimálně stejně efektivní, protože zobrazuje větší reálný perfusní objem v kratším časovém intervalu.

Navrhujeme tedy, zadavateli zrušit požadovaný parametr, případně jej zachovat, avšak s tou podmínkou, aby požadovaný rozsah minimálně 70 mm v dynamickém perfusním skenu byl nasnímán zcela bez posunu stolu. Za této podmínky zadavatel skutečně získá stroj výrazně vyšších kvalit s reálným přínosem pro klinickou praxi a nezvýhodní pouze jednoho dodavatele. “

Odpověď na dotaz č. 14

Zadavatel požaduje dynamický perfuzní mód v rozsahu minim. 70-80 mm (helikální nebo sekvenční), ale akceptuje i variantu perfuzního scanu bez posunu stolu při zachování požadovaného rozsahu 70-80 mm.

V Ústí nad Labem, 5.9.2012


Ing. Václav Štyvar
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Krajská zdravotní, a.s.