

Název veřejné zakázky: **Skiagrafický RTG přístroj pro RDG oddělení – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh řízení: **Otevřené**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **5019/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje mimo jiné následující technické parametry RTG přístroje:

- Stropní stativ s RTG zářičem - Motorizované výškové nastavení stativu s rentgenkou (osa Z) s rozsahem minimálně 175 cm
- Vyšetřovací stůl včetně detektoru - Podélný pohyb desky vyšetřovacího stolu min. ± 48 cm
- Vyšetřovací stůl včetně detektoru - Hmotnost detektoru včetně akumulátoru max. 2,8 kg
- Vyšetřovací stůl včetně detektoru - Expoziční automatika typu „cut off AEC“ (detektor detekuje akumulované záření a automaticky upozorní rentgenový generátor, že je dosaženo cílové expozice)
- Zpracování obrazu - Automatický oddělený export vyřazených snímků

Uchazeč nabízí osvědčený RTG přístroj vyšší třídy splňující a překračující všechny další požadavky zadavatele s následujícími parametry splňujícími medicínský účel využití přístroje:

- Stropní stativ s RTG zářičem - Motorizované výškové nastavení stativu s rentgenkou (osa Z) s rozsahem 160 cm
- Vyšetřovací stůl včetně detektoru - Podélný pohyb desky vyšetřovacího stolu ± 42 cm
- Vyšetřovací stůl včetně detektoru - Hmotnost detektoru včetně akumulátoru 2,9 kg
- Vyšetřovací stůl včetně detektoru - Expoziční automatika typu „cut off AEC“ (detektor detekuje akumulované záření a automaticky upozorní rentgenový generátor, že je dosaženo cílové expozice) - nenabízíme
- Zpracování obrazu - Automatický oddělený export vyřazených snímků – nenabízíme (alternativně dávkový report)

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení uvedených nabízených technických parametrů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k jednotlivým bodům dotazu účastníka uvádí následující:

- a) Zadavatel akceptuje rozsah 160 cm pouze v případě, že bude možno exponovat snímek s horizontálním paprskem maximálně 30 cm nad úroveň podlahy (manuálně) - měřeno rovinou ohniska lampy.
- b) Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci.
- c) Zadavatel akceptuje hmotnost detektoru vč. akumulátoru 2,9 kg.
- d) Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci.
- e) Zadavatel trvá na požadavku na automatický oddělený export vyřazených snímků.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku s ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.