

Název veřejné zakázky: **Výzva č. 6: Myčka podložních mís pro Oddělení jednodenní chirurgie nemocnice Teplice**

Druh veřejné zakázky: dodávky

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v Dynamickém nákupním systému na dodávky myček podložních mís pro poskytovatele zdravotnických služeb

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11

Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4978/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci neupřesnil některé zásadní technické parametry a vlastnosti požadovaného zařízení. Z tohoto důvodu si uchazeč dovoluje podat následující dotazy k technickým požadavkům zadavatele:

1. Požaduje zadavatel stupeň dezinfekce minimálně A0 600?

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že v technické specifikaci určuje požadavek na teplotu vody, která musí odpovídat normám, při kterých výrobce garantuje dosažení hodnoty A0. Tímto je myšlena hodnota A0 jako minimální standard vhodný pro myčky podložních mís.

Dotaz č. 2:

2. Požaduje zadavatel mycí komoru beze svárové, vyrobenou z jednoho kusu nerezového plechu formou technologie hlubokotažení za účelem udržení maximální čistoty?

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje, že rozšiřuje stávající bod technické specifikace „mycí komora je z nerezové oceli a se zaoblenými rohy“ na znění bodu „mycí komora je z nerezové oceli, se zaoblenými rohy a vyrobená z jednoho kusu“.

Dotaz č. 3:

3. Požaduje zadavatel vzduchotěsné uzavření komory prostřednictvím celoobvodového pružného těsnění dveří mycí komory za účelem vyloučení úniku kontaminovaného aerosolu nebo par či vzduchu z komory v průběhu mycího cyklu či aktivního sušení?

Odpověď č. 3:

Zadavatel sděluje, že nepožaduje bližší určení řešení utěsnění mycí komory.

Dotaz č. 4:

4. Požaduje zadavatel minimálně jednu hlavní a 4 vedlejší trysky v rotačním provedení za účelem účinného mytí sanitárních nádob?

Odpověď č. 4:

Zadavatel sděluje, že blíže neurčuje konkrétní počty hlavních a vedlejších trysek a v jakém provedení mají být.

Dotaz č. 5:

5. Požaduje zadavatel současné připojení na řád studené i teplé užitkové vody, tedy dvěma přípojkami za účelem minimalizace provozních nákladů a zrychlení cyklu?

Odpověď č. 5:

Zadavatel sděluje, že nepožaduje současné připojení na řád studené i teplé užitkové vody.

Dotaz č. 6:

6. Požaduje zadavatel prokázání technického opatření proti zpětné kontaminaci vodovodního řádu?

Odpověď č. 6:

Zadavatel sděluje, že nepožaduje prokázání technického opatření proti zpětné kontaminaci vodovodního řádu, jelikož toto je jeden ze standardů, které je nutné splnit při uvedení výrobku na trh a získání CE značky.

Dotaz č. 7:

7. Požaduje zadavatel alespoň 3 nastavitelné programy s různou délkou a intenzitou mycího a dezinfekčního procesu?

Odpověď č. 7:

Zadavatel sděluje, že blíže neurčuje konkrétní počty nastavitelných programů.

Dotaz č. 8:

8. Požaduje zadavatel LCD podsvícený displej s informacemi o průběhu cyklu, poruchových hlášeních a informací o kontaktu na autorizovaný servis vše v České jazyce?

Odpověď č. 8:

Zadavatel sděluje, že nepožaduje displej s informacemi o kontaktu na autorizovaný servis a vše v českém jazyce, ale musí být splněn bod technické specifikace, kdy požadujeme displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch.

Dotaz č. 9:

9. Požaduje zadavatel ovládání pomocí omyvatelné foliové tastatury odolné proti ve zdravotnictví používaným dezinfekčním roztokům?

Odpověď č. 9:

Zadavatel sděluje, že blíže nespecifikuje ovládání. Ale je nutné splnit bod technické specifikace, kde Zadavatel požaduje, aby veškeré materiály použité na přístroji musí být omyvatelné dle Dezinfekčního řádu Krajské zdravotní, a.s.

Aktualizovaný text Přílohy č. 2 – technické specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nová lhůta pro podání nabídek je 13. 4. 2026 do 10 hod.

V Ústí nad Labem dne dle elektronického podpisu:

.....
Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí odboru veřejných zakázek