

Poskytnutí dodatečných informací č. XI

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení
s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a
iktových center v KZ“**

evidenční číslo VZ v ISVZUS: 344348

V Ústí nad Labem dne 16. 9. 2013

Dotaz č. 20:

Pasáž v ZD: část č. 2 ZD, str. 8 – Specifikace parametrů CT přístroje
Parametr: „Rychlost rotace min. 0,40 sec. /360°“

Je požadavek na rotaci 0,40 sec. myšlen jako maximální přípustný čas pro parametr Minimální doby rotace – akviziční doby na jednu rotaci tj. 0,40 sec. a méně? Dostačuje, jestliže bude čas 0,40 sec. a méně, dostupný pouze při kardiologických akvizicích - protokolech nebo musí být tento čas dostupný také i pro jiné typy akvizice - rutinní protokoly?

Odpověď na dotaz č. 20:

Tento požadavek znamená maxim. přípustný čas pro minim. dobu rotace, dostupný pro příp. kardiologické akvizice, pro rutinní protokoly může být delší.

S pozdravem


zákaznické centrum: Vaníčková 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 276 25 745

Ing. Lenka Leitnerová, DiS.
vedoucí odd. veřejných zakázek

Zákaznické centrum
VAHARINA a.s.
Vaníčková 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz
tel: +420 475 209 308