

Poskytnutí dodatečných informací č. XII

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení
s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a
iktových center v KZ“**

evidenční číslo VZ v ISVZUS: 344348

V Ústí nad Labem dne 17. 9. 2013

Dotaz č. 21:

Část 4

Zadavatel požaduje ve specifikaci „ventilátoru pro umělou plicní ventilaci plic pro KCC (ARO, JIP lůžko) - 4 kusy“ monitorování parametrů na kanyle nebo z ventilátoru (možnost volby).

Dotaz:

Možnost výběru monitorování parametrů může být pro obsluhující personál i pro chod oddělení zatěžující. Nutnost dvojího spotřebního materiálu, tím pádem dvojí logistiky, dvojí metodiky obsluhy a údržby přístroje.

Monitoringem parametrů umístěným ve ventilátoru není zasažena přesnost ani reakční doba, potažmo synchronie s pacientem. Toto řešení navíc usnadňuje obsluhu, snižuje možnost poruch generovaných např. možným zalomením, rozpojením hadiček vedení vzorku nebo kabelů připojujících senzory umístěné v patientském okruhu, eliminuje tzv. mrtvý prostor (objem plynů, u kterého nedochází k výměně jednotlivých složek) uvnitř senzoru a snižuje zátěž na tracheostomickou nebo endotracheální kanylu.

Bude zadavatel akceptovat přístroj s monitoringem parametrů umístěným pouze ve ventilátoru?

Odpověď na dotaz č. 21:

Zadavatel tímto parametrem zamýšlel monitorování parametrů buďto na kanyle nebo z ventilátoru. Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 22:

Část 20

Zadavatel požaduje měření ventilačních parametrů snímáním u endotracheální rourky pacienta.

Dotaz:

Umístění senzoru pro snímání ventilačních parametrů k endotracheální rource pacienta je pouze specifické technické řešení určitého výrobce a nemá vliv na medicínální a terapeutický účel ani na přesnost monitoringu. Umístění senzorů pro snímání ventilačních parametrů v přístroji velmi znatelně usnadňuje obsluhu přístroje, eliminuje riziko odpojení, rozpojení, senzorů umístěných na Y-spojce, je ve všech aspektech plnohodnotně srovnatelné a je dlouhodobě vyzkoušené mimo jiné i na pracovištích zadavatele.

Bude zadavatel akceptovat přístroj s monitoringem ventilačních umístěným v přístroji?

Odpověď na dotaz č. 22:

Zadavatel akceptuje provedení přístroje s čidlem umístěným v přístroji, ale snímač hladiny CO2 musí být umístěn na začátku výdechové části okruhu.

Dotaz č. 23:

„Nejsem si jistá, zda se má na každou podávanou část VZ vyplnit samostatná kupní smlouva či zda se má vše vepsat do jedné. Logicky bych podle skladby smlouvy vyplnila na každou část jednu smlouvu, ale ve smlouvě je jedna formule, která mě znejistěla. Prosím Vás o upřesnění.“

Odpověď na dotaz č. 23:

Uchazeči předkládají pro každou část, na kterou budou podávat nabídku, samostatný návrh kupní smlouvy.

Poskytnutí dodatečných informací ze strany zadavatele:

Proběhla změna v části 3 zadávací dokumentace (Krycí list nabídky) v rámci pravidel publicity operačního programu IOP, a to konkrétně u sloganu „Šance pro váš rozvoj“. Správná publikace zní: „Šance pro Váš rozvoj“.

S pozdravem



Zákaznické centrum: Vaníčkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 276 25 745

Ing. Lenka Leitnerová, DiS.
vedoucí odd. veřejných zakázek

Zákaznické centrum
VAHARINA a.s.
Vaníčkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz
tel: +420 475 209 308