

Název veřejné zakázky: **Výzva č. 2: Elektrochirurgická jednotka pro Gastroenterologické oddělení – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu v Dynamickém nákupním systému na dodávky chirurgických koagulačních přístrojů**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí  
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **5003/2026**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2

### Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje: *Kompaktní konstrukce zařízení s maximálními rozměry 300 × 120 × 400 mm (Š × V × H).*

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s pokročilejšími parametry než je požadováno a s rozměry 320 x 120 x 380 mm (Š x V x H)?

### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje nabídku přístroje s pokročilejšími technickými parametry, než jsou minimálně požadovány, a také s rozměry 320 × 120 × 380 mm (Š × V × H).

### Dotaz č. 2:

Níže zasíláme dotaz na vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace:

„Zadavatel požaduje v technické specifikaci maximální rozměry 300 × 120 × 400 mm (Š × V × H).

Bude zadavatel akceptovat přístroj o rozměrech 430 x 140 x 470 mm?“

### Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nemůže akceptovat nabídku přístroje s rozměry 430 x 140 x 470 mm, jelikož pro umístění elektrochirurgické jednotky je na pracovišti vyhrazen přesně definovaný prostor, do kterého by se přístroj s uvedenými rozměry nevešel.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....  
MUDr. Tomáš Hrubý  
generální ředitel

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.