

Poskytnutí dodatečných informací č. XV.

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení
s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a
iktových center v KZ“**

evidenční číslo VZ v ISVZUS: 344348

V Ústí nad Labem dne 27. 9. 2013

Oznámení zadavatele

Zadavatel tímto, v souladu s § 49 odst. 4 ZVZ vydává následující dodatečné informace, jimiž současně upravuje zadávací podmínky ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 ZVZ.

Zadávací dokumentace se **v části „2“** předmětu plnění, v části upravující podmínku, že jednou z technických specifikací CT přístroje je: *„snímání 64 řezů za jednu otáčku prostřednictvím max. 64 paralelních akvizičních kanálů v ose Z“* upřesňuje následovně:

„snímání 64 řezů za jednu otáčku prostřednictvím max. 64 paralelních akvizičních kanálů v ose Z, odpovídající šíři detektorového pole 30 – 40 mm“.

Dle § 40 odst. 3 ZVZ zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 98 odst. 4 ZVZ separátně pouze pro část „2“ veřejné zakázky (Multidetektorový CT přístroj), o 14 kalendářních dnů. Lhůta pro podání nabídek v této části „2“ veřejné zakázky (Multidetektorový CT přístroj) tak bude nově stanovena na 14. 10. 2013 do 10:00 hod.

S pozdravem


zákaznické centrum: Vaníčková 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 276 25 745

Ing. Lenka Leitnerová, DiS.
vedoucí odd. veřejných zakázek

Zákaznické centrum
VAHARINA a.s.
Vaníčková 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz
tel: +420 475 209 308