

Název veřejné zakázky: **Inkubátor pro resuscitační péči**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 994/2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4 Technická specifikace tento technický parametr: „nastavení výšky pouze matrace pro usnadnění přístupu v režimu vyhřevného lůžka“.

Účastník je přesvědčen, že tento technický parametr splňuje pouze jeden možný dodavatel na českém trhu. Účastník nabízí obdobné technické řešení usnadňující přístup v režimu vyhřívání lůžka, a to jedním zmáčknutím tlačítka odstranění bočních panelů. Bude zadavatel akceptovat účastníkem navrhované technické řešení?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na znění technického parametru uvedeného v Příloze č. 4 Technická specifikace.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí v Příloze č. 4 Technická specifikace tento technický parametr: „centrální dotykový min. 10" displej sdružující všechny funkce přístroje – teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu min. 24 hodin).

Chápe účastník tento parametr tak, že zadavatel žádá plně dotykový displej, nikoliv displej dotykový pouze částečně?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel v technickém parametru pro vlastnosti centrálního dotykového displeje neuvádí požadavek na plně dotykový displej. Účastník tedy může nabídnout i částečně dotykový displej.

V Ústí nad Labem dne: 11-09-2017



Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek