



## Poskytnutí dodatečných informací č. I

*v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.*

s názvem:

### **Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní, a.s.**

dotaz a odpověď č. :

- 1) Co je MPR?  
MPR = Jedná se o zobrazení obrazů ve třech rovinách.
- 2) Má mít modul fetální echokardiografie korelační mód?  
Ano, zadavatel požaduje, aby modul fetální echokardiografie měl korelační mód.
- 3) Která automatická měření musí přístroj nabízet?  
Přístroj musí nabízet standardní biometrie a NT.
- 4) Musí 4D sonda být typu matrix?  
Ano, sonda musí být typu matrix (konvexní, abdominální)
- 5) Musí 2D lineární sonda být typu matrix?  
Ano, sonda musí být typu matrix.
- 6) Musí 3D vaginální sonda být typu matrix?  
Vaginální 3D sonda typu matrix být nemusí.
- 7) Jak vysoká obrazová frekvence musí být dostupná?  
Obrazová frekvence musí být ve 4D cca. 40 vol/s.
- 8) Musí tento nástroj být schopen detekovat a měřit objem více struktur najednou? (např. folikulů)  
Ano, musí být toho schopen.



9) Co má zadavatel na mysli pod pojmem laterální gain? Je přípustná automatická optimalizace gainu, tedy i v laterálním směru?

Ano, pro zadavatele je tato funkce přípustná.

10) Musí být tato sonda typu matrix?

Zadavatel nepožaduje tuto sondu typu matrix.

11) Musí být tato sonda typu matrix?

Zadavatel nepožaduje tuto sondu typu matrix.

12) V jakém formátu mají být uchovávána data v databázi?

Data mají být uchovávána v databázi v RAW formátu.

V Ústí nad Labem dne:

01-10-2013

Ing. Petr Flala

zástupce zadavatele

19



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

