

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zjednodušené podlimitní řízení na dodávky dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „zákon“),

Název veřejné zakázky

Dodávka endoskopů pro Krajskou zdravotní, a. s.

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

Zastoupená: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem

1. Identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu zákona:	jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d)
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Eduard Reichelt, ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Jméno:	Ing. Helena Luzumová
Telefon:	+420 477 117 956
e-mail:	helena.luzumova@kzcr.eu

2. Zadávací dokumentace

2.1. Zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

2.2. Podmínky poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/> Kontaktní osoba zpřístupní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na uvedené adrese.

Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 ZVZ a ust. § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 si vyhrazuje právo komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka endoskopů pro Krajskou zdravotní, a. s. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona, a to v následující struktuře:

Část 1: 1 ks	terapeutický videobronchoskop	plicní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
Část 2: 1 ks	videokolonoskop	dětská klinika Masarykovy nemocnice
Část 3: 1 ks	terapeutický videoduodenoskop	gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice
Část 4: 1 ks	videokolonoskop	gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice
Část 5: 1 ks	fibrobronchoskop	ARO oddělení Masarykovy nemocnice
Část 6: 1 ks	flexibilní ureterorenoskop	urologické oddělení Masarykovy nemocnice
Část 7: 1 ks	flexibilní cystoskop	urologické oddělení Nemocnice Most, o. z.
Část 8: 1 ks	endoresektor	urologické oddělení Nemocnice Teplice, o.z.

CPV kód: 33168100-6

Název: Endoskopy

Uchazeči mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některou část veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce stanovil, na jakou část nebo části veřejné zakázky nabídku podává.

3.2 Technické požadavky

Použití firemních názvů či termínů specifických pro konkrétního výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů a nástrojů, lze nabídnout obdobné řešení, které má podobné vlastnosti a splňuje požadovaný medicínský účel.

Část 1: Terapeutický videobronchoskop

Zadavatel požaduje dodání terapeutického flexibilního videobronchoskopu pro zobrazení dýchacích cest, odsávání a jejich laváž, včetně potřebného příslušenství pro jeho čištění a přípravu před použitím. Přístroj musí mít pracovní kanál pro zavádění nástrojů. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technické parametry:

- Barevný obrazový čip
- Šířka zorného pole min. 120°
- Přímý směr pohledu
- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou
- Hloubka zorného pole cca. 3 - 50 mm
- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu) cca. 180°/130°
- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 2,5 mm
- Vnější průměr zaváděcího kanálu cca. 6 mm
- Pracovní délka videobronchoskopu cca. 600 mm
- Celková délka videobronchoskopu cca. 850 mm
- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými zdroji Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 2: Videokolonoskop

Zadavatel požaduje dodání flexibilního videokolonoskopu pro zobrazení dolní části trávicího traktu u dětí, včetně potřebného příslušenství pro jeho čištění a přípravu před použitím. Přístroj musí mít pracovní kanál pro zavádění pomocných nástrojů. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technické parametry:

- Flexibilní videokolonoskop
- Barevný obrazový čip, v HD rozlišení
- Šířka zorného pole min. 140°
- Přímý směr pohledu
- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou
- Hloubka zorného pole cca. 4 - 100 mm
- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 180°/180°/160°/160°
- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 3,2 mm
- Vnější průměr zaváděcího kanálu max. 13 mm
- Pracovní délka videokolonoskopu min. 1600 mm
- Celková délka videokolonoskopu cca. 1900 mm
- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými zdroji Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 3: Terapeutický videoduodenoskop

Zadavatel požaduje flexibilní terapeutický videoduodenoskop s laterální optikou pro zobrazení žlučových a pankreatických cest. Duodenoskop by měl mít pracovní kanál pro zavádění pomocných nástrojů.

Technické parametry:

- Flexibilní terapeutický videoduodenoskop
- Barevný obrazový čip
- Šířka zorného pole min. 100°
- Laterální optika min. 5°
- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou
- Hloubka zorného pole cca. 5 - 60 mm
- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 120°/90°/110°/90°
- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 4,2 mm
- Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 12mm
- Pracovní délka videoduodenoskopu cca. 1240 mm
- Celková délka videoduodenoskopu cca. 1550 mm

- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

- Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.
- Reakční doba pozáručního servisu (počet hodin)
- Garantovaná doba odstranění závady v pozáruční době (počet hodin)
- Cena servisní hodiny v pozáruční době
- Cena dopravy v pozáruční době (cena za km, počet km, cena ztrátového času technika za hodinu, počet hodin technika na cestě)
- Perioda výrobcem předepsaných kontrol
- Cena spotřebního materiálu pravidelných kontrol
- Ověření kompatibility dodaného přístroje se stávajícím vybavením od f. Olympus přímo na pracovišti

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 4: Videokolonoskop

Zadavatel požaduje dodání 3 ks flexibilních videokolonoskopů pro zobrazení dolní části trávicího traktu, včetně potřebného příslušenství pro jeho čištění a přípravu před použitím. Přístroj musí mít pracovní kanál pro zavádění pomocných nástrojů. Požadujeme nové přístroje, nerepasované

Technické parametry:

- 1ks flexibilního videokolonoskopu
- Barevný obrazový čip, v HD rozlišení
- Šířka zorného pole min. 140°
- Přímý směr pohledu
- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou
- Hloubka zorného pole cca. 4 - 100 mm
- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 180°/180°/160°/160°
- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 3,2mm
- Vnější průměr zaváděcího kanálu max. 12 mm
- Pracovní délka videokolonoskopu cca. 1300 mm
- Celková délka videokolonoskopu cca. 1900 mm
- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými zdroji Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 5: Fibrobronchoskop

Zadavatel požaduje dodání flexibilního fibrobronchoskopu pro oplach, odsávání v horních cestách dýchacích a zavádění intubací. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technické parametry:

- Flexibilní fibrobronchoskop
- Přímý úhel pohledu
- Šířka zorného pole min. 90°
- Hloubka zorného pole cca. 2 – 50 mm
- Ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 160°/100°
- Pracovní délka fibrobronchoskopu min. 500 mm
- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu požadujeme cca. 1,5 mm
- Vnější průměr zaváděcího kanálu max. 4,5 mm
- Přenosný bateriový světelný zdroj s nabíječkou a kompatibilní s fibrobronchoskopem

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 6: Flexibilní ureterorenoskop

Zadavatel požaduje dodání flexibilního ureterorenoskopu na urologické oddělení pro vyšetření ledvin a močových cest. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technická specifikace:

- Flexibilní ureterorenoskop
- Plná kompatibilita se stávajícím vybavením
- Pohyb distálního konce nahoru/dolu cca. 180°/275°
- Přímý směr pohledu
- Hloubka zorného pole cca. 2 – 50 mm
- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 1,2 mm
- Pracovní délka cca. 680 mm
- Vnější průměr zaváděcího kanálu max. 2,9 mm
- Tester těsnosti

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 7: Flexibilní cystoskop

Zadavatel požaduje flexibilní cystoskop pro vyšetření močové trubice a močové měchýře na urologické oddělení. Požadujeme plnou kompatibilitu se stávajícím vybavením oddělení (světelný zdroj, apod.).

Technické parametry:

- Flexibilní fibrocystoskop
- Šířka zorného pole cca. 120°
- Přímý úhel pohledu
- Hloubka zorného pole cca. 3 - 50 mm
- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu cca. 210°/150°)
- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 2,5 mm (cca. 7,2 Fr)
- Vnější průměr zaváděcího kanálu cca. 5 mm (cca. 15 Fr)
- Pracovní délka cca. 380 mm
- Součástí dodávky i světelný kabel
- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

Zvláštní požadavky:

- V průběhu soutěže požadujeme ověření kompatibility nabízeného přístroje se stávajícím vybavením Olympus (např. světelný zdroj, myčka endoskopů, apod.) přímo na pracovišti
- Předvedení funkčnosti na místním klinickém pracovišti bude probíhat po otevření obálek s nabídkami, termín předvedení bude v tento den upřesněn a bude probíhat před konečným hodnocením nabídek.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 8: Endoresektor

Zadavatel požaduje endoresektor pro oddělení urologie v nemocnici Teplice, o.z. na zákroky na prostatě, v močové trubici a močovém měchýři.

Technické parametry:

- 1 kus systému pro urologickou endoresekci a vaporizaci prostaty ve fyziolog. roztoku
- Optika s úhlem rozhledu cca. 12° a průměrem cca. 4 mm

- Sterilizačním kontejner pro optiku
- Min. 10 ks vaporizačních elektrod
- Světlovodný kabel v délce cca. 3 metrů
- Vnitřní plášť o průměru cca. 24 Fr.
- Vnější plášť o průměru cca. 26 Fr.
- Rotační vnější plášť
- Kontinuální proplach
- Pracovní element endoresektoru
- Elektrokoagulační kabel

Zvláštní požadavky:

- V průběhu soutěže požadujeme ověření kompatibility nabízeného přístroje se stávajícím vybavením Olympus (např. světelný zdroj, apod.) přímo na pracovišti
- Předvedení funkčnosti na místním klinickém pracovišti bude probíhat po otevření obálek s nabídkami, termín předvedení bude v tento den upřesněn a bude probíhat před konečným hodnocením nabídek.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace
- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin
- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení
- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Další požadavky pro všechny části

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky
- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instrukcí dalších pracovníků zadavatele.
- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

Záruka, servisní podmínky, školení a reklamace pro všechny části

Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně. Dodavatel se zavazuje k pravidelným servisním prohlídkám předepsaným výrobcem a zákonem č.123/2000Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění. Dodavatel se zavazuje k bezplatnému poskytování non-stop služby pro hlášení závad. Dodavatel garantuje zabezpečení dodávek náhradních dílů.

Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou), kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik odboru biom. inženýrství (OBI), ze strany dodavatele tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OBI.

Po dobu záruky nástup na provedení opravy do 24 hodin od nahlášení závady.

Po dobu záruky budou bezplatně prováděny:

- preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb v platném znění, vč. elektrické revize dle platné ČSN – 1x ročně (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován)
- preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., v platném znění, (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován)
- opravy poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů
- dodávky všech náhradních dílů v případě poruchy přístroje
- provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje
- V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.

Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

Dodavatel je povinen předmět koupě nainstalovat a provést zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pracovníka OBI a pověřeného pracovníka zdravot. pracoviště je dodavatel povinen proškolit v rozsahu odpovídajícím požadavkům na následná periodická školení zdravot. personálu a vystavit příslušné oprávnění.

4. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín dodání předmětu veřejné zakázky: 3. čtvrtletí 2013

Zadavatel požaduje nejkratší možný termín dodání od podpisu kupní smlouvy.

5. Místo plnění veřejné zakázky

Místem dodání jsou nemocnice Krajské zdravotní, a. s.:

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12a
Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
J.E.Purkyně 270
Most

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
Duchcovská 53
Teplice

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH) na předmět plnění činí:

Část 1: 1 ks	terapeutický videobronchoskop	500 000 Kč
Část 2: 1 ks	videokolonoskop	500 000 Kč
Část 3: 1 ks	terapeutický videoduodenoskop	800 000 Kč
Část 4: 1 ks	videokolonoskop	800 000 Kč
Část 5: 1 ks	fibrobronchoskop	200 000 Kč
Část 6: 1 ks	flexibilní ureterorenoskop	330 000 Kč
Část 7: 1 ks	flexibilní cystoskop	210 000 Kč
Část 8: 1 ks	endoresektor	160 000 Kč

souhrnně za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů 3 500 000 Kč bez DPH.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavku zadavatele je předpokladem pro uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

7.1. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 ZVZ

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 ZVZ v tomto rozsahu:

a) Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;	
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
který není v likvidaci	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu	<i>Dle § 53 odst. 3 ZVZ</i>

b) Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením	Způsob prokázání splnění:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán	<i>Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán</i>
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci	<i>Doklady o oprávnění k podnikání pokrývající předmět veřejné zakázky</i>

c) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
předložením seznamu významných dodávek (ve	

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
vztahu k předmětu této veřejné zakázky) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech v minimální výši 100.000 Kč bez DPH za každou jednotlivou část s uvedením jejich rozsahu a doby plnění	<i>Dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ;</i> <i>Přílohou tohoto seznamu musí být</i> <i>1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,</i> <i>2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,</i> <i>3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není- li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně</i>

- d) Zadavatel požaduje dle §50 odst.1 ZVZ aby uchazeč a případný subdodavatel jehož prostřednictvím prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů, předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

e) Forma splnění kvalifikace

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění

kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce účastník se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

f) Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8. Platební a obchodní podmínky

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy, který je zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Krajská zdravotní, a. s., které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Současně je uchazeč povinen respektovat veškerá ustanovení, uvedená v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 2).

Návrh smlouvy musí být přiložen k nabídce také v elektronické podobě (na CD, ve formátu *.doc nebo *.docx). Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou, podmíněním nebo uvedením několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

9.1. Rozsah nabídky

Nabídka musí být zcela v souladu s touto zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Forma nabídky

Nabídka v tištěné podobě bude zpracována 1 x v originále a v 1 x v kopii, v českém jazyce a bude předložena s návrhem smlouvy podepsané statutárním zástupcem uchazeče.

Nabídka bude obsahovat:

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

- Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce.
- Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele, nabídková cena za jednotlivé části veřejné zakázky a celková nabídková cena (viz příloha č. 1).
 - Návrh smlouvy dle bodu 8 této Zadávací dokumentace.
 - Cenová nabídka

- ✓ Nabídková cena bude stanovena v české měně jako celková pevná cena v členění bez DPH, výše a sazba DPH a cena vč. DPH.
- ✓ Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním části nebo celého rozsahu veřejné zakázky
- ✓ Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.
- Specifikace technických parametrů a funkčních vlastností nabízených přístrojů pro jednotlivé části zakázky, požadujeme **dodání úplné technické dokumentace vč. popsanych nabízených funkčních vlastností**, tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti
- Garantovaný termín realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech od podpisu kupní smlouvy pro jednotlivé části zakázky. Dobou realizace je myšleno dodání, instalace, zaškolení a protokolární předání předmětu této soutěže vč. všech souvisejících dokumentů.
- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady
- příloha č. 4 ZD

Zadavatel požaduje splnění § 68 odst. 3. ZVZ formou čestného prohlášení:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

9.3. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Podmínky pro podání nabídky

10.1. Podání nabídky v tištěné podobě

Nabídky podávají uchazeči v písemné formě osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených **NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ „Endoskopy“**. Obálky budou na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

10.2. Místo pro podání nabídky

Nabídky v obálkách podávají uchazeči doporučenou poštou nebo osobně do sídla zadavatele v pracovních dnech od *pondělí do čtvrtka od 8.00 do 14.00 hod. a v pátek od 8.00 do 13.00 hod* v podatelně společnosti.

Adresa pro podání nabídek:

**Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 01 Ústí nad Labem**

10.3. Elektronické podávání nabídek

- ✓ Nabídková cena bude stanovena v české měně jako celková pevná cena v členění bez DPH, výše a sazba DPH a cena vč. DPH.
- ✓ Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním části nebo celého rozsahu veřejné zakázky
- ✓ Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.
- Specifikace technických parametrů a funkčních vlastností nabízených přístrojů pro jednotlivé části zakázky, požadujeme **dodání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností**, tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti
- Garantovaný termín realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech od podpisu kupní smlouvy pro jednotlivé části zakázky. Dobou realizace je myšleno dodání, instalace, zaškolení a protokolární předání předmětu této soutěže vč. všech souvisejících dokumentů.
- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady
- příloha č. 4 ZD

Zadavatel požaduje splnění § 68 odst. 3. ZVZ formou čestného prohlášení:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

9.3. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Podmínky pro podání nabídky

10.1. Podání nabídky v tištěné podobě

Nabídky podávají uchazeči v písemné formě osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených **NEOTEVÍRAT – VZ „Endoskopy“**. Obálky budou na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

10.2. Místo pro podání nabídky

Nabídky v obálkách podávají uchazeči doporučenou poštou nebo osobně do sídla zadavatele v pracovních dnech od *pondělí do čtvrtka od 8.00 do 14.00 hod. a v pátek od 8.00 do 13.00 hod* v podatelně společnosti.

Adresa pro podání nabídek:

**Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 01 Ústí nad Labem**

10.3. Elektronické podávání nabídek

Uchazeč je současně oprávněn podávat nabídky v elektronické podobě prostřednictvím systému **E-ZAK** na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>. Nabídka musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ.

10.4. Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **01.08.2013 v 10:00** hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím této lhůty pro podání nabídek. V případě zaslání poštou je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení nabídky subjektu pověřenému výkonem zadavatelských činností, nikoli datum jejího předání k poštovní přepravě.

10.5. Další podmínky podání nabídky

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.

10.6. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **01.08.2013 v 12:00** hodin na adrese zadavatele: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Otevírání obálek s nabídkami se může, kromě členů komise pro otevírání obálek, zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče) a průkazem totožnosti.

11. Způsob hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek bude provádět zadavatel samostatně za část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6, část 7 a část 8.

Díličí hodnotící kritéria pro každou jednotlivou část veřejné zakázky včetně uvedení jejich vah jsou následující:

Kritérium	Hodnotící kritérium	Váha v %
1	Celková výše nabídkové ceny	55
2	Technické parametry	20
3	Funkční vlastnosti	20
4	Doba realizace zakázky v kalendářních dnech od podpisu kupní smlouvy	5

- V průběhu soutěže požadujeme ověření funkčních vlastností nabízeného přístroje přímo na klinickém pracovišti (ověření kompatibility nabízeného přístroje se stávajícím vybavením (pokud je uvedeno v technické specifikaci požadovaného endoskopu), manipulace s endoskopem)
- Předvedení funkčnosti na místním klinickém pracovišti bude probíhat po otevření obálek s nabídkami, termín předvedení bude v tento den upřesněn a bude probíhat před konečným hodnocením nabídek.
- Požadujeme v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky, dodání úplné technické dokumentace vč. popisu nabízených funkčních vlastností, tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti.

Subkritérium	Technické parametry pro část 1 – 8	Váha v %
2.1	Šířka zorného pole (ve stupních) max. parametr	16,6
2.2	Minimální hloubka zorného pole (v mm) min. parametr	16,6
2.3	Vnitřní průměr pracovního kanálu (v mm) max. parametr	16,6
2.4	Vnější průměr zaváděcího kanálu (v mm) min. parametr	16,6
2.5	Ohyb distálního konce (ve stupních) max. parametr	16,6
2.6	Pracovní délka (v mm) max. parametr	16,6

Postup hodnocení:

- 1) **nabídková cena**, hodnotí se:
počet bodů (S) získaný uchazečem
 $S = 100 \cdot C_{\min} / C_j$

($C_{\min}$ minimální nabízená cena, C_j cena nabízená uchazečem)

- 2) **technické parametry, funkční vlastnosti a doba realizace zakázky v kalendářních dnech od podpisu kupní smlouvy nabízených přístrojů**, přidělený počet kreditů maxim. 100, počet kreditů získaný uchazečem (K)
 $K = 100 \cdot P_i / P_{\max}$

(P_i vážený kreditový zisk získaný uchazečem, $P_{\max}$ nejvyšší vážený kreditový zisk udělený komisí jednotlivé nabídce)

- uchazeč s nejlepší nabídkou minimální hodnoty parametru (tj. je-li požadováno $\leq$ kritérium) dostane 100 kreditů
- uchazeč s nejlepší nabídkou maximální hodnoty parametru (tj. je-li požadováno $\geq$ kritérium) dostane 100 kreditů
- konečné hodnocení technických a funkčních vlastností: jednotlivá kreditová ohodnocení dílčích parametrů se vynásobí vahou (setinou číselné hodnoty váhy kritéria) a hodnoty se sečtou.

3) Celkový počet bodů získaný uchazečem (B)

$$B = \frac{55 \cdot S}{100} + \frac{45 \cdot K}{100}$$

Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Pro kritérium funkční vlastnosti, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

V případě hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky provede hodnotící komise hodnocení nabídek včetně stanovení jejich pořadí dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich procentuální výše vah.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (například životnost, doba záruky, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. *Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně*, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je roven 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

12. Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

13. Další podmínky veřejné zakázky

- 13.1 Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou a nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 13.2 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazeči v nabídkách.

- 13.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastanou podmínky uvedené v § 84 ZVZ.
- 13.4 Dodavatel se podáním nabídky zavazuje k předložení seznamu subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %.

14. Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů a začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 ZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

15. Kontrola nabídek

Zadavatel bude mimo jiné kontrolovat:

u nabídek v listinné podobě:

- byla nabídka podána na určeném místě a včas
- označení obálky názvem veřejné zakázky a uvedením adresy uchazeče

u nabídek v listinné a elektronické podobě:

- je nabídka zpracována v požadovaném jazyku
- je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče způsobem uvedeným v obchodním rejstříku (je-li uchazeč do obchodního rejstříku zapsán)
- je čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 podepsáno odpovědným zástupcem uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku
- je čestné prohlášení dle § 53 odst. 1. písm. a) a b) podepsáno statutárním orgánem nebo každým členem statutárního orgánu, dle výpisu z obchodního rejstříku.
- obsahuje prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c)
- obsahuje prohlášení dle § 68 odst. 3.
- je doplněný návrh smlouvy o dílo o údaje požadované v ZD.
- předložil uchazeč doklady dle § 54 způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci
- předložil uchazeč doklady dle § 56 způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci
- pokud prokázal uchazeč splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí obsahovat náležitosti prokazující tu část kvalifikace, kterou uchazeč tímto seznamem prokazuje, a který nesmí výpis být starší 90. dnů.

- pokud část kvalifikace, prokazuje uchazeč prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel splňovat všechny náležitosti požadované zák. č. 137/2006 Sb.
- je součástí nabídky seznam dokladů dle přílohy č. 4 ZD
- je součástí nabídky návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.docx

16. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Obligatorní návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.

Příloha č. 4 – Seznam dokladů, technické kvalifikační předpoklady

V Ústí nad Labem, dne **12 -07- 2013**

19



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25468627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Eduard Reichelt
ředitel