



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku - část 2: Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a aEEG**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1842/2019**

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedené veřejné zakázky analogicky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Odůvodnění rozhodnutí:

Dne 12. 9. 2019 bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku - část 2: Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a aEEG. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel na plnění veřejné zakázky obdržel 3 řádně podané nabídky.

Při posuzování nabídky prvního účastníka, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější, bylo zadavatelem zjištěno, že nabídka účastníka neodpovídá technickým požadavkům zadavatele. Účastník byl dne 8. 10. 2019 zadavatelem vyzván k objasnění nabídky, které se vztahovalo k technické specifikaci nabízeného přístroje. Účastník dne 11. 10. 2019 objasnění doložil. Při posuzování doloženého objasnění byl účastník dne 16. 10. 2019 opět vyzván k součinnosti. Zadavatel shledal v doloženém objasnění nejasnost. Dle prohlášení účastníka lze použít EEG čepičky jiných výrobců s různými redukcemi. Zadavatel vyzval účastníka o doložení datasheetu, technické dokumentace nebo Návodu k obsluze k uvedené skutečnosti, že nedojde k ovlivnění měřených veličin. Současně zadavatel žádal o dodání oficiálního Návodu k obsluze pro aEEG monitoraci nabízeným monitorem včetně popisu požadovaných parametrů (zejména BSR (Burst Suppresion Ratio), IBI (Inter Burst Interval), zobrazování aEEG grayscale nebo inside, automatická detekce nefyziologických signálů (artefaktů) s vkládáním upozorňujících markerů do záznamu aEEG) a doložení Prohlášení o shodě nabízeného přístroje včetně příslušenství do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. Účastník ve stanoveném termínu nedoložil prostřednictvím E-ZAKu požadované dokumenty. V souvislosti s výše uvedeným zadavatel analogicky v souladu § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ vyloučil účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel proto přistoupil k posouzení druhé nabídky v pořadí hodnocení.

Opětovné výzvy zadavatele k objasnění nabídky účastníka, které se týkaly upřesnění technické specifikace nabízeného přístroje, způsobily časovou tíseň, jejímž dopadem je situace, kdy žádný z účastníků nemůže splnit podmínku, která je uvedena zadavatelem v obligatorním návrhu kupní smlouvy v bodu III odst. 1 „Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 31. 12. 2019“.

Z důvodu, aby zadavatel dodržel zásady uvedené v § 6 ZZVZ, **rozhoduje** o zrušení veřejné zakázky analogicky v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

(2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud

d) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Zadavatel má v úmyslu předmětnou veřejnou zakázku vyhlásit opětovně v souladu se ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne:

20-12-2019

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel