

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1527/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 7: Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla (HFNC)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000076**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-009330**“

Předmět veřejné zakázky: Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla (HFNC)

Cena sjednaná ve smlouvě: 528 426,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: DARTIN spol.s r.o.
Sídlo: Suchdolská 688
252 62 Horoměřice
IČO: 40763781

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele a v souvislosti s Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení ze dne 22. 10. 2019.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	DARTIN spol.s r.o.	Suchdolská 688 25262 Horoměřice	40763781	528 426,00 Kč bez DPH
2.	POLYMED medical CZ, a.s.	P. Jilemnického 14/51	27529053	384 000,00 Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
		503 01 Hradec Králové		

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
POLYMED medical CZ, a.s.	P.Jilemnického 14/51 503 01 Hradec Králové	27529053

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník na žádost komise o prokázání vlastností jím nabízeného zdravotnického prostředku, a to konkrétně u vysokoprůtokové zvlhčovací kanyly (HFNC), jednoznačně a bez jakýchkoli pochybností neprokázal, že jím nabízený zdravotnický prostředek disponuje požadovanou funkcí nastavitelného rozsahu teploty minimálně ve třech krocích, například 31°C, 34°C a 37°C nebo v rozsahu od 33°C do 37°C s krokem 1°C. V rámci předvedení zdravotnického přístroje v sídle zadavatele dne 1. 10. 2019 účastník prokázal, že nabízený zdravotnický prostředek umožňuje nastavení teploty pouze dvěma kroky, což je v rozporu s Technickou specifikací zadavatele, a tím i se zadávacími podmínkami.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 02.01.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.



