

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1813/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Inkubátory a výhřevná lůžka III - Resuscitační a standardní vyhřívaná lůžka - část 1: Resuscitační vyhřívané lůžko II.“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000362**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-032433**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně:

- jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
- instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- předání všech příslušných dokladů,
- záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy,
- likvidace obalového materiálu.

Cena sjednaná ve smlouvě: 1 346 064,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: ALFAMEDIC s.r.o.
Sídlo: třída 5. května 458/35
373 72 Lišov
IČO: 00513008

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele a v souvislosti s Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení ze dne 15. 11. 2019.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	ALFAMEDIC s.r.o.	třída 5. května 458/35 37372 Lišov	00513008	1 346 064 Kč bez DPH
2.	TSE spol. s.r.o.	Mánesova 390/74 370 01 České Budějovice	15771946	1 043 984 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
TSE spol. s.r.o.	Mánesova 390/74 370 01 České Budějovice	15771946

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Nabízený zdravotnický prostředek nesplňuje zadávací podmínky vymezené zadavatelem a to technické parametry stanovené v technické specifikaci. V technické specifikaci je požadováno: "Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu". V nabídce účastníka na str. 3 je uvedeno: "Systémy ohřevu pacientů Medwarm jsou určeny hlavně k prevenci hypotermie... atd." V návodu k použití „Medwarm systémy ohřevu pacientů návod k obsluze – Ohřívací podložka a řídicí jednotka Medwarm“, který je volně dostupný na stránkách registru zdravotnických prostředků vedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv, je však u zdravotnického prostředku, který je nabízen účastníkem, uvedeno na str. 3: „Nepoužívejte přístroj s dalšími zdroji tepla (horkou vodou, topnými lampami atd.).“ Z uvedeného plyne, že k nabízenému zdrav. prostředku se systémem „Medwarm“ nelze použít další zdroj tepla. Tudíž je vyloučeno použití horního výhřevného zářiče s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu.

Účastník dále nesplnil požadavek zadavatele uvedeného v dodatečném vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18. 10. 2019 v odpovědi č. 5, ve které je uvedeno: „Zadavatel požaduje resuscitační a standardní lůžka, u kterých je velikost ložné plochy vhodná i pro péči o dvojčata. Zadavatel požaduje vyhřívanou matraci, která má stejný rozměr, jako je rozměr ložné plochy lůžka, a která rovnoměrně vyhřívá v celé ložné ploše lůžka. Pokud bude vyhřívání v této části lůžka řešeno jiným systémem či technologií, která zajišťuje tepelný komfort novorozence, než vyhřívanou matrací, zadavatel požaduje dodat matraci, která má stejný rozměr, jako je rozměr ložné plochy lůžka“. Požadovaný rozměr ložné plochy vhodný i pro péči o dvojčata je: šířka minimálně 48 cm, délka minimálně 65 cm. Účastník v nabídce nabízí matraci o rozměrech 60 x 35 x 2 cm. Z uvedeného vyplývá, že matrace nepokrývá celou ložnou plochu lůžka.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 12.02.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.