

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 2000/2020

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. – Standardní inkubátor“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000020**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2020-005487**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks inkubátorů pro standardní péči a 2 ks pulzních oxymetrů spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně:

- jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
- provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
- instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- předání všech příslušných dokladů,
- záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy,
- likvidace obalového materiálu.

Cena sjednaná ve smlouvě: 969 000,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: LHL s.r.o.
Sídlo: Lipová 17/18
400 10 Ústí nad Labem
IČO: 27301800

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele a v souvislosti s Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení ze dne 7. 4. 2020.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
medisap,s.r.o.	48029360

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	LHL s.r.o.	Lipová 17/18 400 10 Ústí nad Labem	27301800	969 000 Kč bez DPH
2.	TSE spol. s r.o.	Mánesova 390/74 370 01 České Budějovice	15771946	320 400 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
TSE spol. s r.o.	Mánesova 390/74 370 01 České Budějovice	15771946

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci mmj. 2 ks inkubátoru pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem a 2 ks pulzních oxymetrů s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu.

Účastník nesplnil požadavek týkající se 2 ks pulzních oxymetrů. Zadavatel požadoval pulzní oxymetry jako součást nabízeného lůžka s tím, že nemusí být integrální (neoddělitelnou) součástí lůžka. Účastník nesplnil požadavek zadavatele a to jednak tím, že v doloženém objasnění konstatoval, že nabídka je zpracována bez 2 ks externích pulzních oxymetrů a jednak tím, že nabízí integrovaný modul-monitor životních funkcí MASIMO SpO2 jako volitelné příslušenství. Nikoliv tedy jako integrovaná součást nabízeného inkubátoru.

Účastník také nesplnil požadavek týkající se úložného prostoru. Zadavatel ve smyslu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 3. 2020 požadoval v rámci úložního prostoru zásuvku nebo úložný prostor s dvířky (skříňku) k uložení příslušenství a plen. Rovněž v tomto vysvětlení uvedl, že nebude akceptovat náhradní řešení v podobě standardní poličky nebo misky. Účastník ve svém objasnění nabídky potvrdil, že úložný prostor je standardní police dle technické specifikace zadavatele, že uzavřený prostor tzv. šuplíky jsou volitelné příslušenství, o které lze rozšířit nabídku. Z objasnění nabídky účastníkem je zřejmé, že nabídl jako úložný prostor, řešení, které zadavatel výslovně nepřipustil, a řešení úložného prostoru, které zadavatel požadoval, účastník do své nabídky (a nabídkové ceny) nezahrnul.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části z důvodu ucelené povahy předmětu plnění.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Irelevantní

V Ústí nad Labem dne 30.04.2020

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

