

nemocnice Ústeckého kraje

**Název zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.

**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A  
401 13, Ústí nad Labem

**IČO:** 25488627

**Č. j.:** 2269/2020

## Písemná zpráva zadavatele

**veřejné zakázky**

**„Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a. s. - část 2 - defibrilátor pro KAPIM Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000284“

ev. č. VZ ve VVZ: „Z2020-028003“

**Předmět veřejné zakázky:** Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks defibrilátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

**Cena sjednaná ve smlouvě: 115 000,00 Kč bez DPH**

**Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení**

Označení  
smlouva:

Název: LHL s.r.o.  
Sídlo: Lipová 17/18  
40010 Ústí nad Labem  
IČO: 27301800

**Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

**Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:**

| Název | IČO |
|-------|-----|
|-------|-----|

| Označení<br>řízení: | účastníků | zadávacího |
|---------------------|-----------|------------|
|---------------------|-----------|------------|

| Pořadové číslo nabídky | Název                    | Sídlo                                           | IČO      | Nabídková cena |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1.                     | POLYMED medical CZ, a.s. | Petra Jilemnického 14,<br>503 01 Hradec Králové | 27529053 | ...            |
| 2.                     | LHL s.r.o.               | Lipová 17/18<br>40010 Ústí nad Labem            | 27301800 |                |

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

| Název                    | Sídlo                                           | IČO      |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| POLYMED medical CZ, a.s. | Petra Jilemnického 14,<br>503 01 Hradec Králové | 27529053 |

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník neprokázal splnění technické specifikace dle požadavků zadávací dokumentace v plném rozsahu. Zadavatel v technické specifikaci požaduje maximální hmotnost přístroje (včetně baterie) 7 kg, ale účastník doložil v nabídce (Návod k obsluze), že hmotnost přístroje (včetně baterie) je 8,2 kg.

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita: Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn: Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci): Nebyla rozdělena z důvodu ucelené povahy předmětu plnění.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:  
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 17.12.2020

**Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.**

