

Evidenční číslo veřejné zakázky: 3ZP13006

Název veřejné zakázky: Jednoslotová čtečka včetně CR kazet pro
Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z.

Počet listů veřejné zakázky: 9

Počet příloh veřejné zakázky: 4

Výzva k podání nabídky

v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Zákon“), Vás

vyzýváme

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

„Jednoslotová čtečka včetně CR kazet pro Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z.“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

zastoupená: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1550

2. Kontaktní údaje zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

Jméno: Bc. Žaneta Veselá
Telefon: +420 477 114 192
e-mail: veselaz@kzcr.eu

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:

Jméno: Ing., Mgr. Martina Nováková
Telefon: +420 477 114 259
e-mail: novakovam@kzcr.eu



3. Předmět plnění

3.1. Vymezení plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoslotové čtečky včetně CR konzole a CR kazet pro radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. dle níže uvedené technické specifikace. Součástí plnění veřejné zakázky je dodání, instalace, uvedení do provozu, nastavení komunikace s PACS a NIS zadavatele, zaškolení obsluhy, předání podkladů, záruční servis a další dle specifikace předmětu plnění.

CPV kód: 33124200-7

Název: Radiodiagnostické přístroje

3.2. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na předmět plnění činí souhrnně za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů 785 000,- Kč bez DPH.

3.3. Specifikace předmětu plnění

Technická specifikace:

Jednoslotová čtečka:

- středně výkonné čtecí zařízení s možností současného zpracování jedné kazety.
- určené pro středně velká RTG pracoviště s cca 60-ti až 90-ti pacienty denně,
- čtecí zařízení pro čtení IP formátu od 18x24 cm do 35x43 cm
- minimální kapacita 60 kazet formátu 35x43 cm/hod (ve standardním modu čtení)
- minimální kapacita 90 kazet formátu 18x24 cm/hod (ve standardním modu čtení)
- náhled snímku kazety formátu 35x43 cm do 60 vteřin (ve standardním modu čtení)
- náhled snímku kazety formátu 18x24 cm do 45 vteřin (ve standardním modu čtení)
- rozlišení minimálně 10 pixel/mm u všech formátů
- jednoduchá instalace, možnost instalace CR konzole mimo CR čtecí zařízení
- automatické vyjmutí a vrácení záznamové IP desky z a do kazety, automatické vymazání přečtené IP desky
- funkce pouze vymazání IP bez čtení, sekundární mazání pro dlouho nepoužívanou kazetu nebo primární pro mylně exponovanou kazetu
- zobrazování aktuálního stavu procesu kazety
- čtečka musí pracovat se stávajícími typy kazet a folií ve vybavení RDG oddělení Nemocnice Chomutov – Fujifilm IP CASSETTE TYPE CC 18x24 cm, IP CASSETTE TYPE CC 24x30 cm, IP CASSETTE TYPE CC 35x43

CR konzole:

- Samostatný počítač na bázi PC; operační systém Windows 7 Professional nebo vyšší; možnost uložit minimálně 4 000 snímků
- Čtečka čárového kódu pro registraci kazet
- Monitor s dotykovou obrazovkou minimálně 19"



Základní funkce:

- Vkládání dat pacienta pomocí klávesnice nebo propojení se systémem NIS pomocí worklist funkce
- Informační databáze pacientů shromažďující data všech pacientů zpracovaných na této konzoli; automatické doplnění ostatních údajů při zadání ID nebo jména pacienta
- Zobrazení čtených snímků – snímky ze čtecího zařízení jsou automaticky zobrazovány na displeji
- režim pro stanovení citlivosti čtení – automatický (systém sám nastaví optimální parametry) / poloautomatický (systém nastaví optimální citlivost) / manuální
- Možnost vytvoření seznamu čekajících pacientů pro pozdější provedení vyšetření
- Ovládací prostředí může být plně lokalizováno

Úpravy snímků:

- Převrácení snímku
- Vkládání značek do snímku nebo vlastního textu (možnost přednastavení vlastních značek)
- Nové čtení snímku s parametry přednastavenými pro jiný anatomický program
- Manuální změna jasu/kontrastu
- Standardizace snímku – změna citlivosti a dynamického rozsahu snímku
- Rotace a převrácení obrazu
- Zvětšení snímku / zobrazení přes celý displej
- Funkce softwarového odstranění rušivého šumu ze snímku (zrnitost)
- software pro kontrolu kvality snímku; umožňuje detailní úpravu snímku – změnu křivky (posun, typ, sklon) a frekvenční úprava snímku (stupeň změny obrysové ostrosti, typ funkce apod.)

Další funkce:

- Možnost zobrazení raw/hrubých načtených neupravených dat pro provádění zkoušek provozní stálosti
- Změna distribučních cest pro odeslání snímku (distribuční cesty lze nastavit automaticky pro odesílání bez zásahu obsluhy na více modalit současně)
- Nastavení zámku pro zablokování odmazání snímku
- Vložení komentáře pro každý snímek nebo vyšetření
- Možnost přesunu snímku mezi dvěma hotovými vyšetřeními
- Možnost přidání nového snímku do již odeslaného vyšetření
- Možnost provedení výřezu snímku (automaticky nebo manuálně)
- Automatické odmazávání nejstarších snímků (odeslaných)
- Software musí umožňovat odeslání snímku do PACS systému zadavatele
- Software musí umožňovat komunikaci s NIS systémem zadavatele (DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT a DICOM MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP)

CR kazety:

- CR kazeta 18x24 cm pro standardní/vysoké rozlišení - 4 ks
- CR kazeta 24x30 cm pro standardní/vysoké rozlišení - 4 ks
- CR kazeta 35x43 cm pro standardní/vysoké rozlišení - 4 ks



Záruční podmínky:

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,
- Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně.
- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady,
- V případě, že nebude možné opravit zboží do 7 kalendářních dní, poskytne uchazeč až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovož a odvoz náhradního zboží zajistí uchazeč na vlastní náklady.
- Po dobu záruky zajištění provedení předepsaných zkoušek (např. BTK, el. revize, validace, kalibrace atd., dle zákona 123/2000Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů) dodavatelem v rozsahu stanoveném výrobcem zdarma, v době záruky musí být veškeré předepsané kontroly a dodavatelská údržba součástí nabídky Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován.
- V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje uchazeč dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník oddělení preventivně servisních činností zadavatele.
 - Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje.

Ostatní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností. Tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastností.
- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.
- Součástí dodávky musí být veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí dodávky musí být také seznámení zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství zadavatele, případně dalších pracovníků zadavatele s návodem k použití, který je nutno při užívání věci dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání předmětu veřejné zakázky oproti obecně známým pravidlům, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pro určeného pracovníka zadavatele uchazeč vystaví protokol opravňující provádět následná proškolení zdravot. personálu v používání předmětu veřejné zakázky.
- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.
- Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do provozu:
 - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALKI), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.
 - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systém bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje zadavatel po dobu životnosti předmětu plnění provádět uchazečem na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW



bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku zadavatele provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:
 - o ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen),
 - o ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET,
 - o ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25,
 - o ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40,
 - o ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15,
- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a uchazeč provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané modality - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje zadavatel po dobu životnosti předmětu plnění provádět uchazečem na jeho náklady zadavatelem požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.
- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Uchazeč si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)
- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title), a dalších parametrů pro konfiguraci DICOM komunikace
- Požadavek na konfiguraci na straně PACS pro ukládání snímků a NIS pro distribuci worklistů,
- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, validace, kalibrace nebo jiná požadovaná vstupní měření, zaškolení obsluhy, a další činnosti uvedené v požadavcích této zadávací dokumentace).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dodávku v nejkratším možném termínu po podpisu smlouvy. Garantovaný termín dodání včetně instalace od podpisu Smlouvy uvede uchazeč v návrhu Smlouvy.

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Kochova 1185
430 12 Chomutov



5. Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10 -10- 2013** v 10.00 hod.

5.2. Místo pro podání nabídky

Nabídky podávají uchazeči výhradně v elektronické podobě v systému E-ZAK Krajské zdravotní, a.s. na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>

6. Kvalifikace uchazečů

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v tomto rozsahu.

- 6.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona odst. 1 písm. a) až k), a to čestným prohlášením originálně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 4).
- 6.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) zákona, a to výpisem z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, formou prosté kopie.
- 6.3. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) zákona, a to doložením příslušného oprávnění k podnikání, formou prosté kopie.

Uchazeč je oprávněn předložit veškeré dokumenty v prostých kopiích.

7. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 7.1. Nabídková cena bude stanovena v české měně.
- 7.2. Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky.
- 7.3. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

8. Požadavek na předložení návrhu Smlouvy

Uchazeč je povinen předložit návrh Smlouvy, který tvoří povinnou součást nabídky a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Současně bude návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu (Microsoft Office Word)

Následující náležitosti je povinen uchazeč zpracovat do návrhu smlouvy.

- a) Smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud jsou přiděleny).
- b) Předmět plnění
- c) Podpisy na jedné listině.

Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 2)



9. Platební podmínky

Následující platební podmínky je povinen uchazeč zpracovat do návrhu smlouvy, který je součástí nabídky.

- a) Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu. Úhradu Zadavatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena do 60 dnů od doručení Zadavateli na základě řádného předávacího protokolu.
- b) Účetní doklady typu faktur popř. účtenek musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- c) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- d) výši smluvní pokuty pro případ nedodržení splatnosti faktury ze strany zadavatele může činit maximálně **0,005%** za každý den prodlení. Návrh kupní smlouvy nesmí obsahovat žádná další sankční ustanovení nad rámec těch, které jsou uvedeny v tomto odstavci.

10. Doplnující dotazy

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/> Kontaktní osoba zpřístupní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na uvedené adrese.

11. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

- 11.1. Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce.
- 11.2. Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - 11.2.1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail), případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena (viz příloha č. 1).
 - 11.2.2. Návrh Smlouvy dle bodu 8 této Výzvy k podání nabídky (viz příloha č. 3).

12. Další podmínky veřejné zakázky

- 12.1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 12.2. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy zakázky se zadavatelem.
- 12.3. Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazečem v nabídce.
- 12.4. Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou.
- 12.5. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávacího řízení pouze v souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel o zrušení zadávacího řízení informuje všechny oslovené dodavatele.
- 12.6. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplnění předloženého návrhu Smlouvy.



- 12.7. Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže.
- 12.8. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 12.9. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

13. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ekonomická výhodnost nabídky.

Kritérium	Hodnotící kritérium	Váha
1	Celková výše nabídkové ceny	55%
2	Technické parametry CR čtečky - kapacita kazet formátu 35x43 cm/hod (ve standardním modu čtení)	5%
3	Technické parametry CR čtečky – kapacita kazet formátu 18x24 cm/hod (ve standardním modu čtení)	5%
4	Technické parametry CR čtečky – náhled snímku kazety formátu 35x43 cm ve vteřinách (ve standardním modu čtení)	5%
5	Technické parametry CR čtečky – náhled snímku kazety formátu 18x24 cm ve vteřinách (ve standardním modu čtení)	5%
6	Technické parametry CR čtečky – minimální rozlišení u všech formátů v pixlech/mm	5%
7	Technické parametry CR konzole – velikost úhlopříčky dotykového monitoru v palcích	5%
8	Funkční vlastnosti CR čtečky	5%
9	Funkční vlastnosti CR konzole	5%
10	Doba realizace zakázky v kalendářních dnech od podpisu kupní smlouvy, bude-li termín stanoven v týdnech, bude údaj přepočítán na dny.	5%

Dobou realizace je myšleno dodání, instalace, zaškolení a protokolární předání předmětu této soutěže vč. všech souvisejících dokumentů.

V případě hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídka provede hodnotící komise hodnocení nabídek včetně stanovení jejich pořadí dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich procentuální výše vah.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídky bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (například životnost, doba záruky, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka



bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. *Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně*, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je roven 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Pro kritérium funkční vlastnosti, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Požadujeme v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky, dodání úplné technické dokumentace vč. popisu nabízených funkčních vlastností, tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti.

14. Přílohy

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2	Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 3	Návrh smlouvy
Příloha č. 4	Čestné prohlášení

25-09-2013

V Ústí nad Labem dne: _____



Ing. Eduard Reichelt
ředitel MUDr. Jan Lami


Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem

 IČ: 25488627
 DIČ: CZ25488627