



Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 1 Automatické myčky endoskopů Nemocnice Litoměřice, o.z. a Nemocnice Rumburk, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3448/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze ZD Příloha č. 2h Technická specifikace pro část 1 uvádí následující:
Pro automatické čištění a desinfekci dvou flexibilních endoskopů ve dvou na sobě nezávislých komorách Mohl by zadavatel akceptovat nabídku, která bude obsahovat dodávku dvou dezinfektorů na jeden endoskop? Dva samostatné dezinfektory by uživateli poskytnuly výhodu např. tím, že pokud by došlo k poruše na jedno dezinfektoru, nedošlo by k výraznému narušení provozu oddělení, neboť by byl v provozu stále k dispozici druhý dezinfektor. Dva samostatné dezinfektory i tak splňují všechny ostatní technické požadavky a nemění nijak účel použití ani medicínský účel. Nedošlo by ani ke zvýšení ceny BTK (cena BTK za dva jednokomorové dezinfektory je stejná jako za jeden dvoukomorový). Zároveň by povolení dodávky dvou jednokomorových dezinfektorů umožnilo zadavateli získat případnou výhodnější nabídku rozšířením okruhu potencionálních dodavatelů.

Odpověď

Zadavatel trvá na původním zadání

Zadavatel dále upravuje formulaci technické specifikace takto:

Původní specifikace:

- Určena pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz
- o Možnost přesného určení endoskopů a dodání napojovacích komponent až po pořízení samotných endoskopů – flexibilní endoskopy jsou obecně definovány v jiné části této zakázky

Nová specifikace:

- Určena pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz
- o Sada napojovacích komponent pro 8 endoskopů součástí nabídky
- o Možnost přesného určení endoskopů a dodání napojovacích komponent až po pořízení samotných endoskopů – flexibilní endoskopy jsou obecně definovány v jiné části této zakázky

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.



V Ústí nad Labem dne: 15-06-2013

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627


prijm. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

