



Název veřejné zakázky: **REACT - EU 98 - Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 2: Sušičky endoskopů Nemocnice Litoměřice o.z. a Nemocnice Rumburk, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3448/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č.1:

Zadavatel v části 2 u sušící a skladovací skříně požaduje tento parametr: „Validovatelné skladování, které vyhoví požadavků hygieny i při výpadku elektrické energie po dobu minimálně 24 hodin (ve stavu kdy jsou endoskopy již vysušeny a nedojde k otevření skříně)“.

Jsmo přesvědčeni, že tento požadavek je v rozporu s vyhláškou 306/2012 sb., na kterou se zadavatel odkazuje v jiné části VZ. Trvá zadavatel na výše uvedeném parametru?

### Odpověď:

Zadavatel upravuje formulaci parametru v tomto znění: „Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny po dobu minimálně 24 hodin“.

### Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze ZD Příloha č. 2ch Technická specifikace pro část 2 uvádí následující:

Závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů

Uchazečem nabízený systém disponuje horizontálním uspořádání založený na principu využívání speciálních kontejnerů na sušení endoskopů. Tento způsob uchovávání endoskopů nabízí následující výhody:

- úspora prostoru - endoskopy jsou nad sebou, ne vedle sebe. Rozměry skříně jsou tak menší,
- kontejner ve kterém je endoskop je uzavíratelný víkem, což poskytuje ochranu endoskopů před poškozením a opětovnou kontaminaci během přepravy a skladování
- výrazné snížení rizika křížové kontaminace - při vkládání a vyjmutí se personál nedotýká ostatních endoskopů
- lepší ergonomie - kontejnery jsou vyjímatelné, můžete kontejner dát na pracovní plochu a použít obě ruce při vkládání endoskopů a připojování konektorů

Mohl by zadavatel akceptovat nabídku, která bude obsahovat dodávku sušící skříně s horizontálním uspořádání. Tento typ sušící skříně jinak splňuje všechny ostatní technické požadavky a nemění nijak účel použití ani medicínský účel.

Zároveň by povolení dodávky sušící skříně s horizontálním uspořádání umožnilo zadavateli získat případnou výhodnější nabídku rozšířením okruhu potenciálních dodavatelů



## Odpověď

Zadavatel trvá na původním zadání

Zadavatel dále upravuje formulaci technické specifikace takto:

Původní specifikace:

- Určena pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz
- o Možnost přesného určení endoskopů a dodání napojovacích komponent až po pořízení samotných endoskopů - flexibilní endoskopy jsou obecně definovány v jiné části této zakázky

Nová specifikace:

- Určena pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz
- o Sada napojovacích komponent pro 8 endoskopů součástí nabídky
- o Možnost přesného určení endoskopů a dodání napojovacích komponent až po pořízení samotných endoskopů - flexibilní endoskopy jsou obecně definovány v jiné části této zakázky

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 15-06-2011 3

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
25488627  
přip. MUDr. Jiří Laštůvka

MÚDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel