

Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky:

REACT – EU 98 – Instrumentária pro Krajskou zdravotní, a.s.

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

**Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice
Reg. č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263**

**Projekt Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk;
reg. č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376**

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou B 1550.

Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:	jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e)
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ

Název:	KUBIS&CO
IČO:	71873953
Sídlo:	Plzeňská 3350/18, 150 00, Praha 5
Osoba oprávněná jednat:	Mgr. Michal Kubiš

V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ uvádíme, že tato zadávací dokumentace byla zpracována osobou zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ.

Kontaktní osoba ve věcech soutěže:	Mgr. Michal Kubiš, advokát
	tel: + 420 724 353 616
	e-mail: michal.kubis@kubisco.eu

1. Informace o veřejné zakázce**Druh veřejné zakázky:**

- Veřejná zakázka na dodávky

2. Vymezení plnění veřejné zakázky**2.1 Účel veřejné zakázky**

Účelem této veřejné zakázky je modernizace vybavení zdravotnických prostředků pracovišť zdravotnického zařízení Krajské zdravotní, a.s., konkrétně dodáním instrumentárií, a tím přispět ke zlepšení kvality zdravotní péče o pacienty v Krajské zdravotní, a.s. a rozvoji, modernizaci a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.

2.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodání nových zdravotnických prostředků, a to klasických, laparoskopických a urologických instrumentárií a laparoskopických sít, spolu s odpovídajícím příslušenstvím (dále též „**předmět plnění**“), pro různá pracoviště zadavatele, uvedených dále v zadávací dokumentaci (dále jen „**ZD**“), a v rozsahu dle příloh uvedených níže v čl. 12. (dále jen „**Příloha**“ nebo „**Přílohy**“), které tvoří její nedílnou součást, včetně:

- dopravy zboží do místa plnění,



- ověření jeho funkčnosti,
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného plnění dle technické specifikace,
- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích,
- předání všech příslušných dokladů,
- záručního a pozáručního servisu (je-li v konkrétní části zakázky pozáruční servis požadován dle článku 2.3. níže) za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy,
- likvidace obalového materiálu,

Podrobná specifikace předmětu plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena a blíže specifikována v Přílohách č. 2a až 2d – Technická specifikace (dále jen „**Technická specifikace**“), této ZD. Předmět plnění jednotlivých částí veřejné zakázky musí splňovat požadavky na charakter a vlastnosti uvedené v Přílohách č. 2a až 2d této ZD.

Veškeré účastníkem nabízené plnění musí být nové, nepoužité, musí splňovat požadavky stanovené platnými zákony nebo jinými právními předpisy a technickými normami, včetně aplikovatelných předpisů Evropské unie. Zejména musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle zák. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

V případě zdravotnického prostředku zadavatel požaduje společně s nabídkou předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku (prostá kopie v českém jazyce) dle zákona o zdravotnických prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.

Pro účely zpracování cenové nabídky je součástí ZD Příloha č. 6 – Rozklad nabídkové ceny, kde je rovněž (je-li požadován) uvedeno předpokládané množství vázaného spotřebního materiálu, které zadavatel předpokládá odebrat na základě rámcové dohody. Uvedené množství vázaného spotřebního materiálu je pouze orientační a při jeho stanovení vycházel zadavatel z předpokládaného počtu vyšetření odvozených z počtu za uplynulé roky. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat uvedené předpokládané množství jednotlivých položek vázaného

spotřebního materiálu, a to bez jakékoli sankce vůči němu uplatněné. Jednotlivé objednávky položek vázaného spotřebního materiálu budou vystavovány na základě aktuálních potřeb zadavatele.

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah $\pm 10 \%$.

Ve smyslu ZZVZ zadavatel vychází při přípravě tohoto zadávacího řízení, kromě jiného, i z obecných principů zaměřených na sociálně a environmentálně odpovědné zadávání a inovace. V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, a to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky, aby dodavatel zajistil po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních se zaměřením na vytvoření důstojných pracovních podmínek, plnění povinností ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, odpočinku, dále plnění povinností vyplývajících z právních předpisů z oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám podílejícím se na plnění smlouvy; zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil plnění těchto povinností i u všech svých poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy,
- férové dodavatelské vztahy se svými poddodavateli spočívající zejména v řádném a včasném plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům.

V oblasti environmentálně odpovědného zadávání zadavatel požaduje, a to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky, aby dodavatel v rámci svých možností zvolil ekologicky šetrná řešení při plnění veřejné zakázky, která budou vést k eliminaci dopadů na životní prostředí, např:

- snížením spotřeby elektrické energie,
- zohledněním životního cyklu; v rámci toho zadavatel požaduje po dodavateli zajištění náhradních dílů po dobu životnosti předmětu plnění,
- používáním a dodáváním zařízení bez škodlivých látek.

Při zadávání této veřejné zakázky zadavatel rovněž posoudil a zohlednil možnosti použití inovací a dospěl k závěru, že v případě této veřejné zakázky je dodávka předmětu veřejné zakázky specifikována s ohledem na zcela konkrétní potřeby zadavatele a zadavateli není známo žádné inovativní řešení, které by bylo možné v rámci zadávacích podmínek uplatnit.

Zakázka je v souladu s §35 ZZVZ rozdělena na tyto části:

	Projekt	Název části	Popis	Oddělení
Část 1	Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice	Urologické instrumentarium, Nemocnice Litoměřice, o.z.	Dodání souboru instrumentária pro výkony v oboru urologie, blíže specifikovaného v příloze č. 2a.	Operační sály Nemocnice Litoměřice

Část 2	Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk	Laparoskopické instrumentárium, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk	Dodání souboru instrumentária pro laparoskopické výkony, blíže specifikovaného v příloze č. 2b.	Operační sály Rumburk
Část 3	Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk	Klasické instrumentárium, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk	Dodání souboru klasického instrumentária blíže specifikovaného v příloze č. 2c.	Operační sály Rumburk
Část 4	Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice	Laparoskopická síta, Nemocnice Litoměřice, o.z.	Dodání laparoskopických sít pro laparoskopické výkony, blíže specifikovaných v příloze č. 2d.	Operační sály Nemocnice Litoměřice

2.2.1 Požadované obecné vlastnosti chirurgických nástrojů

- Nástroje musí být resterilizovatelné, odolné vůči dezinfekci a sterilizaci;
- Musí být nově vyrobeny a dosud nepoužity;
- Nerezová ocel nástrojů musí být vyrobena z: X52Cr13 (1.4021) nerezové oceli s potvrzením o jakosti;
- Šrouby v nástrojích musí být vyrobeny z X8CrNiS18-9 (1.4305) nerezové oceli s potvrzením o jakosti;
- Výrobce musí poskytnout validní CE 13485 certifikát a ISO 9001 certifikát společnosti;
- Certifikát o vyjádření, že je vše v souladu s CE regulacemi;
- Držadla nůžek a chirurgické svorky musí být ergonomické a lehké s maximálním průměrem rukojeti o velikosti 2,5mm s tolerancí +/- 5 mm;
- Veškeré nůžky musí být vyrobeny se zakulacenými kovovými šrouby z X8CrNiS18-9 nerezové oceli, na střížné hraně nůžek požadujeme tvrdost min. 59HRC;
- Povrch nástrojů musí být vybroušen do nejjemnějšího saténového povrchu s brusidlem k tomu určeným;
- Tolerance ve standardech chirurgických nástrojů musí být maximálně +/-0,15mm z přední funkční části a maximálně 0,20mm ze všech ostatních funkčních částí nástroje;
- Atraumatické De Bakey pinzety musí být vyrobeny s řídícím pinem a omezeným tlakem mezi plošinami-bezpečnostní pin;
- Všechny dovezené položky musí být v přesně požadovaném materiálu, jiný materiál nebude akceptován;
- Všechny dovezené položky musí být přesně dle specifikace vyrobené, se stejným zavíracím mechanismem a stejnými tvary dle požadovaných specifikací, jiné nástroje nebudou akceptovány;
- Tolerance celkové délky chirurgických nástrojů by neměla být větší než +/-2,0mm, ať už se jedná o jakýkoliv nástroj;

- Veškeré TC nůžky musí být vyrobeny ze dvou komponentů, základní chirurgickou nerezovou ocelí a rozpuštěným Tungsten Carbide materiálem;
- Žádné chirurgické nástroje nesmí vykazovat známky pájení/letování, vše musí být vytvořeno pomocí laseru a dalších jiných technických řešení;
- Svorky peanového typu musí mít stejnou sílu stisknutí pro různé délky těchto nástrojů;
- Chirurgické nástroje TC musí být dodány s pozlacením na úchopové části nástroje;
- Nástroje (nůžky) s povrchovou úpravou nitridu titanu v tloušťce min. 0,3mm a s extrémní tvrdostí min. 95HRC. Nástroje musí být barevně odlišeny, obvykle hnědou barvou nebo označené tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o nástroj s povrchovou úpravou nitridem titanu.
- Každý nástroj musí být označen CE značkou a katalogovým číslem;
- Nůžky na ligatury barevně označené včetně vroubkování na branžích;
- Záruka minimálně 24 měsíců.

2.2.2 Požadavky na značení nástrojů

- Každý nástroj musí být označen RFID čipem implementovaným přímo do povrchu nástroje tak, že čip nevyčnívá z povrchu nástroje a rovněž není narušeno běžné zacházení a údržba nástroje (označeno pro účely této zakázky jako „RFID IN“). U nástrojů, kde není možné použít RFID IN je možné použít tzv. nalepení RFID čipu (označeno pro účely této zakázky jako „RFID OUT“), které nesmí narušit běžné zacházení s nástrojem musí zachovat možnost běžné údržby včetně mytí a sterilizace;
- Nástroje musí být označeny 2D čárovým kódem gravírovaným laserem, dle standardu GS1 UDI.

2.2.3 Další požadavky na obsah nabídky

- Vyobrazení každého nabízeného nástroje jednotlivě a v pořadí odpovídající složení každého síta včetně katalogového čísla a popisu;
- Účastník ve své nabídce uvede identifikační údaje výrobce všech nabízených nástrojů.

2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na předmět plnění včetně všech souvisejících nákladů činí **14.800.000,- Kč bez DPH**.

Veřejná zakázka je rozdělena na níže uvedené části (společně dále jen „**Části**“ nebo též jednotlivě „**Část**“) ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ v následující struktuře a s níže uvedenými předpokládanými hodnotami jednotlivých Částí:

část	název části	specifikace části	cena v Kč bez DPH
Část 1	Urologické instrumentárium, Nemocnice Litoměřice, o.z.	Předmětem plnění jsou zdravotnické prostředky dle technické specifikace v příloze 2a ZD.	4.200.000,00 Kč
		Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	800 000,00 Kč



celkem Část 1			5 000 000,00 Kč
Část 2	Laparoskopické instrumentárium, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk	Předmětem plnění jsou zdravotnické prostředky dle technické specifikace v příloze 2b ZD.	2 700 000,00 Kč
		Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	300 000,00 Kč
celkem Část 2			3 000 000,00 Kč
Část 3	Klasické instrumentárium, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk	Předmětem plnění jsou přístroje dle technické specifikace v příloze 2c ZD.	3 500 000,00 Kč
		Pozáruční servis není požadován	0,00 Kč
celkem Část 3			3 500 000,00 Kč
Část 4	Laparoskopická síta, Nemocnice Litoměřice, o.z.	Předmětem plnění jsou přístroje dle technické specifikace v příloze 2d ZD.	3 300 000,00 Kč
		Pozáruční servis není požadován	0,00 Kč
celkem Část 4			3 300 000,00 Kč

Dodavatelé mohou podávat nabídku na všechny Části veřejné zakázky nebo jen na některé Části veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pro každou Část této veřejné zakázky kupní smlouvu s jedním vybraným dodavatelem.

Dodavatel může podat nabídku pouze v celém rozsahu jednotlivých Částí veřejné zakázky dle ZD.

2.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

název	CPV
Nástroje pro operační sály	33162200-5
Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů	50400000-9

2.5 Doba plnění veřejné zakázky

Maximální lhůta pro předání předmětu plnění je uvedena v obligatorním návrhu smlouvy, (Příloha č. 4 této ZD).

2.6 Prohlídka místa budoucího plnění a stavební připravenost

Vzhledem k povaze požadovaného vybavení Zadavatel neumožňuje dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění.

3. Místo plnění veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice

Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pracoviště Rumburk,
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk 1

4. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Dle ustanovení § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena dle ustanovení § 115 odst. 2 ZZVZ na základě **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny bez DPH a kvality**, a to dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií (s využitím níže popsané bodovací metody):

Označení dílčího kritéria	Dílčí hodnotící kritérium	Váha v %
EC	Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH	75
EF	Způsob označení nástrojů pomocí technologie RFID	25

Pro hodnocení v dílčím kritériu Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude použita celková nabídková cena bez DPH dle rozkladu ceny.

- Výpočet dle vzorce:

$$EC = \left(\frac{C_{min}}{C_i} \right) \cdot 100$$

kdy:

C_{min} – nejnižší nabídková cena v zakázce

C_i – nabídková cena hodnocené nabídky

Pro hodnocení dílčího kritéria EF budou použity údaje uvedené v nabídkách účastníků v seznamech nástrojů a způsobu jejich označení. Vzor tohoto seznamu tvoří Přílohu č. 8 - Seznam nástrojů a způsob jejich označení. Ze seznamu musí být patrné, které nástroje a kolik nástrojů bude takto označeno.

Kvalitativní úrovni bude přiděleno bodové ohodnocení podle nabízeného typu značení nástrojů a podle počtu nástrojů takto značených. Za každý nástroj označený zvoleným typem RFID čipu, který bude nabídka obsahovat, bude hodnocená nabídka ohodnocena dle níže uvedeného postupu.

RFID čip, který je umístěn na povrchu nástroje – například přilepením takovým způsobem, který nenarušuje běžné zacházení a údržbu nástroje (bude označen pro potřeby této zakázky RFID OUT)

RFID čip, který je implementovaný přímo do povrchu nástroje tak, že čip nevyčnívá z povrchu nástroje a rovněž není narušeno běžné zacházení a údržba nástroje (bude označen pro účely této zakázky jako RFID IN)

Škála hodnocení pro funkční vlastnost v kritériu EF:

Dílčí hodnotící kritérium	Škála pro hodnocení (body)	Objasnění k hodnocení kritéria
EF	0; 100	0 bodů = absence označení pomocí RFID 50 bodů = označení pomocí RFID OUT 100 bodů = označení pomocí RFID IN

Celkový počet bodů (E) bude přidělen dle následujícího vzorce:

$$E = \frac{75 \cdot EC}{100} + \frac{25 \cdot EF}{100}$$

Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo vznést v průběhu posuzování a hodnocení nabídek požadavky na bezplatné předložení nabízených operačních nástrojů (referenční vzorky), které je účastník povinen poskytnout zadavateli ve lhůtě do 10 dní ode dne vyzvání zadavatelem.

5. Podmínky pro podání nabídky

5.1 Podávání nabídek

Dodavatel je povinen podat nabídku do veřejné zakázky výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/> v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ.

Zadavatel doporučuje podepsat nabídku, podanou v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, zaručeným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za dodavatele ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel před podáním elektronické nabídky doporučuje seznámit se v dostatečném předstihu s podmínkami podání elektronické nabídky a provést test podání nabídky na https://zakazky.kzcr.eu/test_index.html.

Při technických problémech s elektronickým podáním nabídky je kontakt na techn. podporu dodavatele systému: tel. +420 538 702 719 podpora@ezak.cz (pracovní dny 9.00 -17.00 hod.).

5.2 Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u veřejné zakázky, ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.



5.3 Otevírání nabídek

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci dodavatelů.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ v rozsahu dále uvedeném.

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být dle § 48 odst. 2 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Ustanovení ZZVZ týkající se vyloučení účastníka zůstávají nedotčena.

6.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů uvedených v § 75 ZZVZ, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

Pokud bude dodavatel prokazovat základní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 3 ZD.

Pravost a stáří dokladů se řídí dle § 45 a § 86 ZZVZ.

6.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

Pokud bude dodavatel prokazovat profesní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace ZD.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

6.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu **minimálně 2 významných dodávek se stejným nebo obdobným předmětem plnění, které zrealizoval v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení.** Každá z těchto dodávek musí obsahovat plnění v hodnotě minimálně 1.000.000.- Kč bez DPH.

Dodavatel může pro účely prokázání splnění technické kvalifikace předložit i významné dodávky se stejným předmětem plnění jako je v konkrétní Části/Částech veřejné zakázky pro kterou/é podává nabídku, a které zrealizoval v době po zahájení tohoto zadávacího řízení.

Předložený seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:



- identifikaci objednatele, tj. označení subjektu, pro který byla dodávka realizována;
- stručný popis realizované dodávky s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč bez DPH);
- období, ve kterém byla dodávka realizována;
- jméno a kontakt na osobu, která může uvedené údaje potvrdit.

6.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je dle § 83 odst. 1 ZZVZ oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Dodavatel je v takovém případě povinen postupovat dle § 83 ZZVZ.

6.5 Změny v kvalifikaci

Dojde-li po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení ke takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by znamenala i) nesplnění kvalifikace, ii) ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a iii) ovlivnění kritérií hodnocení nabídek, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

V souladu s § 88 odst. 2 ZZVZ může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle předchozího odstavce.

7. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel doporučuje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští katalogy, prospekty a jiný podpůrný materiál technické povahy v anglickém jazyce.

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

- Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této ZD), na kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, sídlo dodavatele, právní forma, IČO, DIČ), kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena.
- Doklady prokazující splnění základní způsobilosti.
- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace.
- Specifikace nabízeného zboží dle jednotlivé (vybrané) části této veřejné zakázky dle požadavků zadavatele uvedených v Přílohách č. 2a až 2d této ZD a dále dle čl. 2.2 této ZD.
- Rozklad nabídkové ceny dle Přílohy č. 6 ZD.
- Seznam nástrojů a způsob jejich označení dle Přílohy č. 8 ZD



- Ostatní doklady a dokumenty.

8. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v české měně.

Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s plněním této veřejné zakázky.

Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

Dodavatel doplní nabídkovou cenu do Přílohy č. 1 této ZD podle toho, do které Části veřejné zakázky nabídku podává, přičemž tato vzejde vyplněním Přílohy č. 6 této ZD (dle Části veřejné zakázky do které podává nabídku) – dodavatel je povinen vyplnit žlutě zvýrazněné buňky tabulky.

9. Obchodní, platební a servisní podmínky

Veškeré obchodní, platební a servisní podmínky jsou uvedeny v obligatorním návrhu smlouvy (Příloha č. 4 této ZD).

Dodavatel **nepředkládá** do nabídky návrh kupní smlouvy. Závazný text kupní smlouvy bude vyplněn až před uzavřením kupní smlouvy dle jednotlivé Části veřejné zakázky vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny vyznačené chybějící údaje (zejména identifikace dodavatele, nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.).

Dodavatel je povinen v rámci své nabídky učinit **čestné prohlášení** (Příloha č. 3 této ZD) o tom, že závazný text kupní smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.

10. Další podmínky veřejné zakázky

- Dodavatel může podat do každé Části veřejné zakázky pouze jednu nabídku.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí § 211 ZZVZ.
- Uzavření smlouvy, jakožto postup následující po výběru dodavatele, musí probíhat elektronicky. Smlouvu zadavatel doporučuje uzavřít pomocí zaručených elektronických podpisů.
- Dodavatelům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
- Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené dodavatelem v nabídce.
- Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.



- Zadavatel nevrací podané nabídky a tyto zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení s výjimkou účelně vynaložených nákladů dle § 40 odst. 6 ZZVZ.
- Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.

11. Vysvětlení, změna, doplnění ZD

Vysvětlení ZD se řídí ustanovením § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Změna nebo doplnění ZD se řídí ustanovením § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění ZD na profilu zadavatele.

12. Přílohy ZD

číslo přílohy	název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2a - d	Technická specifikace, Část 1-4
Příloha č. 3	Vzor – Čestné prohlášení
Příloha č. 4a - d	Obligatoční návrh smlouvy, Část 1-4
Příloha č. 5	Seznam významných dodávek
Příloha č. 6	Rozklad nabídkové ceny, Část 1-4
Příloha č. 7	Příloha č. 7 - Vzor čestného prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím
Příloha č. 8	Seznam nástrojů a způsob jejich označení, Část 1-4

Přílohy ZD v elektronické podobě, jsou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u příslušné zakázky.

V Ústí nad Labem dne: 17-10-2023

02

 Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 IČ: 25488627
 MUDr. Petr Malý, MBA
 generální ředitel