

## Elektroencefalograf

### Popis:

Elektroencefalograf pro Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk.

### Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ..... Elektroencefalograf

### Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Minimálně 32 kanálové EEG
- LED fotostimulační lampa se stativem s frekvencí záblesků minimálně 1 – 60 Hz
- EEG software pro snímání, vyhodnocení a popis, včetně brainmappingu a archivací a zálohování dat:
- Řídící PC stanice se sníženými hlukovými emisemi, více požadavků níže
- Minimálně 24“ LCD monitor
- Možnost instalace NIS (FONS Enterprise STAPRO) na pracovní stanici (viz dokument Požadavky na provedení a kvalitu ICT)
- Laserová tiskárna
- Záložní zdroj UPS
- Napájecí zdroj s bezpečnostním oddělovacím transformátorem
- Minimalizace el. rušení
- Součástí dodávky musí být níže uvedené příslušenství:
  - EEG čepice různých velikostí pro dospělé pacienty – 5 ks
    - 1 ks velikost S
    - 2 ks velikost M
    - 2 ks velikost L
  - Hrudní pás pro dospělé
  - EEG gel
  - Stříkačka s tupými jehlami pro dávkování gelu
  - Zemní elektrody - 3 ks
  - Překlenovací elektrody – 4 ks
  - Pár ušních elektrod – 1 ks
  - Pár elektrod na zápěstí – 1 ks
- Ukládání dat na externí harddisk s pamětí min 4 T
- Všechny požadované přístroje musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.
- Přístroj musí splňovat podmínky dokumentu Požadavky na provedení a kvalitu ICT Krajské zdravotní, a. s.