

## Technická specifikace

### Elektrický rehabilitační chodník pro Protetické oddělení Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

#### Požadované parametry:

lamelový systém s odpružením;  
ovládání pomocí barevného dotykového displeje;  
možné nastavování tréninkových programů;  
zobrazení rychlosti, náklonu, času, vzdálenosti a pulzu;  
plynule nastavitelná variabilní rychlost 0 – min. 25 km/h;  
chod v opačném směru – zpětný chod;  
rychlost zpětného chodu min. 10 km/h;  
stoupání od 0 % do min. 20 % plynule elektronicky nastavitelné;  
bezpečnostní pojistka pro rychlé vypnutí na panelu displeje;  
oboustranná dlouhá madla;  
příprava pro montáž podpažních opěrek;  
rozměr pohyblivé plochy min. 1550 × 700 mm;  
nosnost chodníku min. 300 kg – chůze;  
nosnost chodníku min. 180 kg – běh;  
výškově a šířkově nastavitelné zábradlí;  
snímač tepové frekvence;  
bezpečnostní nouzové tlačítko na madle;  
zdravotnická certifikace.