

Dialyzační křeslo

Dialyzační křeslo pro Kardiologickou kliniku do Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z.,
Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 7 ks dialyzačního křesla
- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
- Dezinfikovatelný dle dezinfekčního programu zadavatele dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace

Minimální technické požadavky:

- Stabilní a velmi jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
- Celkové rozměry (délka x šířka) min. 210 x 60 cm
- Rozměry ručních podpěr délka min. 57 cm, šířka min. 13 cm
- Bezpečná provozní zátěž minimálně 175 kg
- Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru pro bezpečnou práci personálu
- Elektricky polohovatelná minimálně třídílná plocha
 - o Elektricky polohovatelná zádová část min 0°- 60°
 - o Elektricky polohovatelná sedací část min 0°- 20°
 - o Elektricky nastavitelná výška křesla (nejnižší poloha 60 cm nebo nižší)
- Mechanické nebo elektrické spuštění zádového dílu při KPR, dobře dostupné v jakékoliv poloze
- Možnost polohy Trendelenburg
- Polohové ruční podpěry
- Výška čalounění min. 5 cm z důvodu dlouhodobého pobytu pacienta na dialyzačním křesle, a aby nedocházelo k proleženinám a otlačeninám
- Sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka
- Kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 70 mm, ovládací páka dobře dostupná
- Možnost pojíždět v plném zatížení
- Svorka pro vyrovnání el. potenciálu
- Napájení 230 V / 50 Hz

Požadované příslušenství:

- Infuzní stojan
- Odkládací stolek odklopatelný (připouští se samostatně stojící pojízdný naklápěcí výškově nastavitelný stolek)
- Podhlavník
- Ostatní příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění účelu