

Stojan pro sestavu infuzní techniky Agilia

Popis:

Stabilní mobilní stojan pro sestavu infuzní techniky Agilia*.

Seznam požadovaných položek:

- 25 ks Stojan pro sestavu infuzní techniky Agilia

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Stojan pro sestavu infuzní techniky Agilia

- Určená pro stávající infuzní techniku Agilia*
- Nosnost minimálně 21 kg
- Musí pojmut minimálně jednu dokovací stanici Agilia* s minimálně 6 nastrojenými přístroji Agilia* (pumpy nebo dávkovače nebo jejich kombinace) a minimálně 4 vaky infuze s objemem minimálně 3 l
- Minimálně 4 háčky pro zavěšení infuzí
- Madlo pro snadnou manipulaci při přesouvání sestavy

* Agilia - Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní s komponenty infuzní techniky Agilia, která je používána u zadavatele.