

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 4066/2024

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„REHABILITACE – Vysokoindukční elektromagnetoterapeutický systém pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P24V00000303**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2024-038573**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks vysokoindukčního elektromagnetoterapeutického systému pro potřeby Rehabilitačního oddělení - následné rehabilitační péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců.

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Irelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení řízení: účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	DEYMED Diagnostic s.r.o.	Kudrnáčova 533 549 31 Hronov	25284584	752 900 Kč bez DPH
2.	MADISSON, s.r.o.	Soumarská 1541/8 104 00 Praha 10	26124637	759 200 Kč bez DPH
3.	BTL zdravotnická technika, a.s.	Makovského náměstí 3147/2 616 00 Brno	26884143	932 800 Kč bez DPH

Označení řízení: všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Z důvodu ucelené povahy předmětu plnění nebylo účelné ani hospodárné dělit veřejnou zakázku na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ „Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv“.

Komise po posouzení ekonomicky nejvýhodnější nabídky došla k závěru, že zadavatel v technické specifikaci blíže nedefinoval indikace klinického pracoviště a účelnost zdravotnického přístroje. Účastník podal nabídku na přístroj, který je určen pro neurologická pracoviště pro zcela jiná využití. Byť se jedná o vysokofrekvenční magnetoterapii, parametry jsou nastaveny pro terapii mozku, např. metoda TMS - transkraniální magnetická stimulace, což je metoda, která umožňuje neinvazivně stimulovat mozkovou kůru pomocí krátkých magnetických pulzů. Přestože některé rehabilitační ústavy nabízený přístroj využívají, zadavatel má v úmyslu využít přístroj na jiné indikace a jiné lokality.

Vzhledem k uplynutí lhůty pro podání nabídek neměl zadavatel jinou možnost, jak provést nápravu, než zadávací řízení zrušit.

V Ústí nad Labem dne 29.10.2024