

Laboratorní inkubátor

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Laboratorní inkubátor, Oddělení klinické biochemie a hematologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stolní inkubátor vhodný pro použití v transfuzní službě
- Cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru
- Inkubační teplota 37°C s tolerancí max. $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Kompatibilita se stávajícími ID kartami výrobce BIO-RAD (používané v ID centrifugách BIO-RAD ID 12SII)
- Součástí nabídky jsou stojánky pro ID karty
- Kapacita inkubátoru a stojánků min. 36 ID karet
- Nastavitelná doba inkubace (v minutách)
- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení do provozu
- Certifikace IVD