

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zjednodušené podlimitní řízení na dodávky dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „zákon“),

Název veřejné zakázky

Monitorovací systémy pro Nemocnici Most

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

1. Identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu zákona:	jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d)
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Petr Fiala, pověřený obchodním vedením společnosti

Kontaktní osoba zadavatele:

Jméno:	Zbyněk Tichý
Telefon:	+420 477 117 957
e-mail:	zbynek.tichy@kzcr.eu

2. Zadávací dokumentace

2.1. Zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

2.2. Podmínky poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám a komunikace s uchazeči

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/> Kontaktní osoba zpřístupní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na uvedené adrese.

Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 ZVZ a ust. § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 si vyhrazuje právo komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ, a to v níže uvedené struktuře:

Uchazeči mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některou část veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč v nabídce stanovil, na jakou část nebo části veřejné zakázky nabídku podává.

Pokud uchazeč podá nabídku na všechny části veřejné zakázky, níže uvedené požadavky zadavatele, uvede pro každou jednotlivou část zakázky samostatně.

3.1.1. Část A – monitorovací systém pro JIRP dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most

Předmětem plnění části A veřejné zakázky je dodání a instalace monitorovacího systému pro potřeby JIRP dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most. Součástí plnění veřejné zakázky je dodávka monitorovacího systému obsahujícího 18 monitorů vitálních funkcí včetně příslušenství a 1 ks centrální monitorovací stanice dle níže uvedených specifikací. Dále je součástí plnění vybudování strukturované kabeláže (včetně rozvaděče), dodání aktivního prvku (switche) dle níže uvedené specifikace. Součástí plnění musí být montáž, uvedení do provozu, provedení měření, vypracování projektové dokumentace, zaškolení obsluhy, záruční servis dle níže uvedených podmínek.

CPV: 33195000-3

Název: Systémy pro kontrolu pacientů



Technická specifikace:

Specifikace požadavků na monitorovací techniku:

1. Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii - 2 kusy

- Akce srdeční
- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou
- Neinvazivní krevní tlak
- Kontinuální neinvazivní měření TK (měření jako součást výbavy monitoru vit. funkcí)
- Invazivní krevní tlak 2x
- Teplota 2x
- Saturace O₂ – systémem Masimo
- Pulsová frekvence
- Apnoe
- Transkutánní plyny O₂/CO₂
- ET CO₂ – metodou mainstream
- EEG
- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)
- propojení s externím zařízením (inkubátory, vyhřívaná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger) – včetně zaznamenávání trendů přenášených veličin
- Minimálně 6 křivek zobrazených na display
- Dokovací stanice – 2ks
- 1x modul na měření hemodynamiky (PICCO) – pouze pro jeden monitor

2. Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii - jednoduší verze – 3 kusy

- Akce srdeční
- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou
- Neinvazivní krevní tlak,
- Kontinuální neinvazivní měření TK (měření jako součást výbavy monitoru vit. funkcí)
- Invazivní krevní tlak 2x
- Teplota 2x
- Saturace O₂ – systémem Masimo
- Pulsová frekvence
- Apnoe
- etCO₂ – metodou mainstream
- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)
- propojení s externím zařízením (inkubátory, vyhřívaná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger) – včetně zaznamenávání trendů přenášených veličin
- Minimálně 6 křivek zobrazených na display
- Dokovací stanice – 3ks

3. Monitor pro intenzivní péči - v nejzákladnější verzi – 13 kusů

- Akce srdeční
- Dechová frekvence a křivka impedanční metodou
- Neinvazivní krevní tlak
- Teplota 2x
- Saturace O₂ – systémem Masimo
- Pulsová frekvence
- Apnoe
- Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)
- propojení s externím zařízením (inkubátory, vyhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger) – včetně zaznamenávání trendů přenášných veličin
- Minimálně 6 křivek zobrazených na display
- Dokovací stanice – 13ks

4. Monitorovací centrála (minimálně pro 18 monitorů) – 1 kus

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory
- Současné zobrazení všech monitorů se sledováním minimálně 4 křivek pro každého pacienta
- Detailní zobrazení vybraného monitoru
- Funkce zadání základních údajů o pacientovi a dálkové ovládání monitorů
- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů na centrále, tisk trendů (trendové hodnoty min. 72 hodin, kontinuální záznam všech křivek EKG, SpO₂ 1 hod.)
- Zobrazení a tisk trendových křivek
- LCD display min. 19"
- Laserová síťová tiskárna
- uživatelské rozhraní v českém jazyce
- záložní zdroj napájení UPS

Obecná charakteristika platící pro všechny úrovně monitorů

- minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů
- paměť minimálně 24 hodin s min. 10 sec. rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy
- provoz i na zabudovaný akumulátor (provoz minimálně 3 hodiny)
- propojení s externími zařízeními – specifikace Medical Information Bus (MIB) IEEE 1073 Standard
- specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)
- uživatelské rozhraní v českém jazyce
- optické i zvukové alarmy nastavené na potřeby neonatologie
- Barevný display monitorů minimálně 10 palců. U 9 monitorů nejzákladnější verze lze eventuelně připustit minimálně 8 palců.
- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na display, 9 monitorů nejzákladnější verze velikosti min. 8 palců lze eventuelně připustit 4 křivky současně zobrazené na display

- Propojení do monitorovací sítě se zobrazením křivek z libovolného monitoru
- Spotřební materiál ke každému monitoru v rozsahu:
 - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod, EKG elektrody
 - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru
 - Hadice a sady manžet pro měření NIBP
 - Kožní teplotní čidlo - celkem 13x, rektální teplotní čidlo – celkem 9x
 - Příslušenství pro měření IBP
 - Senzor pro měření kapnometrie
 - Příslušenství pro měření plynů O₂ a CO₂ transkutánně
 - Příslušenství pro měření EEG signálu
 - Příslušenství pro měření dechové křivky pomocí impedančního senzoruVše pro novorozence 500g a výše

Strukturovaná kabeláž pro propojení 18 ks MVF se 1ks centrální stanice, rozvaděč, aktivní prvek LAN

- Strukturovaná kabeláž pro 22 přípojných míst pro monitory vitálních funkcí, centrálu a síťovou tiskárnu.
- Strukturovaná kabeláž bude zakončena v nově dodaném datovém rozvaděči v patch panelu
- Koncové zásuvky kat. min. 5e – 22ks
- Patch panely do rozvaděče dle požadovaného počtu přípojných míst a specifikace rozvaděče
- Kabeláž kategorie min. CAT5e
- Zpracování projektové dokumentace
- Aktivní prvek – požadována kompatibilita se stávajícími aktivními prvky 3com (např. HP A5120-24G EI Switch)
- Velikost 1U
- 24 port 10/100/1000
- Výkon min. 35 mil pps
- Tepelné vyřazování max. 212 BTU/h
- Intelligent Management Center, command-line interface, Web- broker, SNMP management
- Záložní zdroj napájení (UPS) pro aktivní prvek umístěný v rozvaděči

3.1.2. Část B – monitorovací systém pro JIP chirurgického oddělení Nemocnice Most

Předmětem plnění části B veřejné zakázky je dodání a instalace monitorovacího systému pro potřeby JIP oddělení chirurgie. Součástí plnění monitorovacího systému je 14 monitorů vitálních funkcí včetně příslušenství, 2 ks centrálních monitorovacích stanic dle níže uvedených specifikací. Dále je součástí plnění vybudování strukturované kabeláže, dodání aktivního prvku (switche) dle níže uvedené specifikace. Součástí plnění musí být montáž, uvedení do provozu, provedení měření, vypracování projektové dokumentace, zaškolení obsluhy, zaškolení techniků odboru biomedicínského inženýrství zadavatele v provádění periodických bezp. technických kontrol, záruční servis dle níže uvedených podmínek.



CPV: 33195000-3

Název: Systémy pro kontrolu pacientů

Technická specifikace:

Specifikace požadavků na monitorovací techniku:

1. Monitory vitálních funkcí 14 ks

- Monitor EKG, SpO2, NIBP, Temp
- kompaktní monitor vitálních funkcí včetně rozšíření o IBP, ETCO2, CO,
- barevný displej min 10"
- dotyková obrazovka
- zobrazení minimálně 8 křivek současně
- jednoduché intuitivní ovládání jedním prvkem, tlačítka pro rychlé volby častých funkcí
- uživatelské rozhraní v českém jazyce
- minimálně 2 uživatelem definovatelná nastavení monitoru po zapnutí
- minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů
- síťové (metalické) připojení do monitorovací sítě
- napájení ze sítě a provoz ze zabudovaných akumulátorů po dobu minimálně 2 hodin
- snadný transport monitoru s pacientem, transportní režim displeje se zvýrazněnou tepovou frekvencí, saturací a tlakem
- připojení externího displeje VGA LCD
- upevnění monitoru na horizontální nebo vertikální tyč
- rozšíření o zapisovač

Obecná charakteristika:

- 3-5 ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií
- respirace impedanční metodou z volitelného EKG svodu
- pulzní oxymetrie
- NIBP měření
- měření povrchové teploty s možností doplnění o rektální teplotu
- paměť minimálně 24 hodin s min. 10 sec. rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy
- volitelné rozšíření o program pro detekci a dokumentaci arytmií (minimálně 12 typů), o 12ti svodové EKG s interpretací křivky a o zobrazení trendů a tvaru ST úseku
- všechna rozšíření medicínských parametrů musí být funkční současně


Požadavky na vybavení monitorů:

14 monitorů vybavených v základu možností měření:

- EKG (požadováno 5-svodové EKG)
- Respirace
- SpO2
- NIBP
- Tělesná teplota: 2 kanály

Navíc pro 6 monitorů:

- Modul pro měření až dvou invazivních tlaků u jednoho pacienta
- Záložní akumulátor



Navíc pro 2 monitory:

- kapnometrie ETCO2

Příslušenství v dodávce:

- Nabíječka pro akumulátory (1x)
- Kabel patientský, 5-ti svodový, 14x
- NIBP kabel 14x
- Manžeta pro dospělé 14x
- Manžeta pro obézní 7x
- Manžeta dětská 2x
- Teplotní čidlo kožní 14x
- IBP kabel (dle počtu monitorů vybavených IBP modulem) 2x ke každému modulu takže 6x2 tedy 12kabelů
- Kabely k saturačnímu čidlu 14x
- Saturační čidlo prstové (které se připojuje ke kabelům – správná koncovka) 14x
- Saturační čidlo s připojením na ucho 4x
- Napájecí kabel 14x
- Síťový patch kabel pro propojení s centrálou 14x
- Zemnicí kabel se silikonovou izolací a dvěma zemnicími konektory (euro) 14x

2. Centrální monitorovací stanice – 2ks

Monitorovací centrála (2x)

Připojení min 16 monitorů

Plná obousměrná komunikace mezi centrálou a monitory

Sledování až 4 křivek u každého pacienta v reálném čase

Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmu na centrále, tisk alarmu

Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů na centrále, tisk trendů (trendové hodnoty min. 72 hodin, kontinuální záznam všech křivek EKG, SpO2 1 hod.)

Detailního pozorování vybraného pacienta

Ovládání monitorů dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení apod.)

Minimálně 19" LCD display

Laserová tiskárna 2x

Záložní zdroj UPS 2ks (pro každou centrálu)

Obecná charakteristika:

Monitorovací centrála umožňující personálu sledovat všechny potřebné údaje od každého pacienta, který je připojen k monitorům na jednotce

Snadné ovládání prostřednictvím myši a klávesnice, výběr sledovaných parametrů a Detailního zobrazení jednoho pacienta

Příslušenství v dodávce:

Propojovací síťové kabely LAN

Strukturovaná kabeláž pro propojení 14 ks MVF se 2ks centrálních stanic, aktivní prvek LAN

- Strukturovaná kabeláž pro 14 přípojných míst pro monitory vitálních funkcí. Strukturovaná kabeláž bude zakončena v dodávaném patch panelu ve stávajícím rozvaděči RD04

- Koncové zásuvky kat. min. 5e – 14ks
- Patch panel do rozvaděče dle požadovaného počtu přípojných míst a specifikace rozvaděče
- Kabeláž kategorie min. CAT5e
- Pro vedení strukturované kabeláže využít pokud možno stávající průchody staré kabeláže
- Zpracování projektové dokumentace
- Aktivní prvek – požadována kompatibilita se stávajícími aktivními prvky 3com (např. HP A5120-24G EI Switch)
 - o Velikost 1U
 - o 24 port 10/100/1000
 - o Výkon min. 35 mil pps
 - o Tepelné vyřazování max. 212 BTU/h
 - o Intelligent Management Center, command-line interface, Web- broker, SNMP management
- Záložní zdroj napájení (UPS) pro aktivní prvek

3.2. Společné požadavky pro obě části veřejné zakázky

Záruční podmínky

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,
- Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně.
- Nástup na provedení opravy max. do 36 hodin od nahlášení závady.
- V případě, že nebude možné opravit zboží do 3 kalendářních dnů, poskytne uchazeč až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovož a odvoz náhradního zboží zajistí uchazeč na vlastní náklady.
- po dobu záruky zajištění provedení předepsaných zkoušek (např. BTK, el. revize, validace, kalibrace atd., dle zákona 123/2000Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů) dodavatelem v rozsahu stanoveném výrobcem zdarma, v době záruky musí být veškeré předepsané kontroly a dodavatelská údržba součástí nabídky Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován.
- V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje uchazeč dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností zadavatele
- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

Ostatní požadavky

- Dodavatel musí umožnit testování formou zápůjčky monitorů vitálních funkcí včetně příslušenství.



- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností. Tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti.
- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.
- Součástí dodávky musí být veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí dodávky musí být také seznámení zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství zadavatele, s návodem k použití, který je nutno při užívání věci dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání předmětu veřejné zakázky oproti obecně známým pravidlům, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pro určeného pracovníka zadavatele uchazeč vystaví protokol opravňující provádět následná proškolení zdrav. personálu v používání předmětu veřejné zakázky.
- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.
- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, validace, kalibrace nebo jiná požadovaná vstupní měření, zaškolení obsluhy,)

3.2.1. Specifické požadavky pro část A. veřejné zakázky

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, validace, kalibrace nebo jiná požadovaná vstupní měření, zaškolení obsluhy, zaškolení techniků odboru biomedicínského inženýrství.

3.2.2. Specifické požadavky pro část B. veřejné zakázky

- Součástí dodávky musí být zaškolení určených pracovníků odboru biomedicínského inženýrství v provádění periodických bezp. technických kontrol dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně vystavení příslušných dokumentů opravňujících k provádění této činnosti
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, validace, kalibrace nebo jiná požadovaná vstupní měření, zaškolení obsluhy, zaškolení techniků odboru biomedicínského inženýrství na úrovni provádění BTK, včetně vystavení odpovídajícího certifikátu)

4. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín dodání předmětu veřejné zakázky: Zadavatel požaduje nejkratší možný termín dodání od podpisu kupní smlouvy.

5. Místo plnění veřejné zakázky

Místem dodání je:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most o. z.

J. E. Purkyně 270/5

434 64 Most

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky část A. činí 3 350 000 ,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky část B. činí 1 000 000 ,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za obě části činí 4 350 000,- Kč bez DPH

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavku zadavatele je předpokladem pro uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

7.1. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 ZVZ

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 ZVZ v tomto rozsahu:

a) Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>



Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;	
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>
který není v likvidaci	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>



Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu	<i>Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení dle § 62 odst.3 ZVZ</i>

b) Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením	Způsob prokázání splnění:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán	<i>Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel čestným prohlášením o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 v rozsahu stanoveném v § 54 písm. a) a b) tj., že je zapsán v obchodním rejstříku či obdobné evidenci a má oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.</i>
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci	<i>Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel čestným prohlášením o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 v rozsahu stanoveném v § 54 písm. a) a b) tj., že je zapsán v obchodním rejstříku či obdobné evidenci a má oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.</i>

c) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
předložením seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Uchazeč předloží osvědčení objednatelů - minimálně 2. dodávek obdobného charakteru v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč bez DPH poskytnutých dodavatelem v posledních 3. letech.	<i>Předložením seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být</i> <i>1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,</i> nebo <i>2. osvědčení vydaná jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli</i> nebo <i>3 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně,</i>

- d) Zadavatel požaduje dle §50 odst.1 ZVZ aby uchazeč a případný subdodavatel jehož prostřednictvím prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů, předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

e) Forma splnění kvalifikace

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dle § 53, § 54 a § 56 předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání

nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce účastník se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů lze taktéž prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který však nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 dnů.

f) Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8. Platební a obchodní podmínky

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy, který je zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Krajská zdravotní, a. s., které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Současně je uchazeč povinen respektovat veškerá ustanovení, uvedená v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 2).

Návrh smlouvy musí být přiložen k nabídce také v elektronické podobě (na CD, ve formátu *.doc nebo *.docx). Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou, podmíněním nebo uvedením několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

9.1. Rozsah nabídky

Nabídka musí být zpracována na celý rozsah plnění jednotlivých částí dle bodu 3.1 těchto zadávacích podmínek. Nabídka musí být zcela v souladu s touto zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Forma nabídky

Nabídka v tištěné podobě i na CD bude zpracována 1 x v originále a v 1 x v kopii, v českém jazyce a bude předložena s návrhem smlouvy podepsané statutárním zástupcem uchazeče.

Nabídka bude obsahovat:

- Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1)
- Obsah nabídky

- c) Prohlášení uchazeče dle bodu 7. těchto ZD
- d) Cenovou nabídku
- e) Návrh smlouvy
- f) Čestné prohlášení uchazeče, že k datu podání nabídky není v Registru plátců DPH evidován jako nespolehlivý plátec

Součástí nabídky bude splnění § 68 odst. 3. ZVZ formou čestného prohlášení:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

9.3. Celková nabídková cena

Nabídková cena za dodávku musí být stanovena ve všech částech nabídky jako maximální a nepřekročitelná. Cena bude uvedena v české měně, bez DPH, výše a sazba DPH a včetně DPH, musí obsahovat všechny náklady potřebné k realizaci veřejné zakázky.

9.4. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Podmínky pro podání nabídky

10.1. Podání nabídky v tištěné podobě

Nabídky podávají uchazeči **na každou část zvlášť**, v písemné formě, osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – **Monitorovací systémy pro Nemocnici Most, část XX (označení částí)**“. Obálky budou na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7.

10.2. Místo pro podání nabídky

Nabídky v obálkách podávají uchazeči doporučenou poštou nebo osobně do sídla zadavatele v pracovních dnech **od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 14.00 hod. a v pátek od 8.00 do 13.00 hod** v podatelně společnosti.

Adresa pro podání nabídek:

Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 01 Ústí nad Labem

10.3. Elektronické podávání nabídek

Uchazeč je oprávněn podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím systému **E-ZAK** na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>. Nabídka musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ.

10.4. Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.01.2014 v 10:00 hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím této lhůty pro podání nabídek. V případě zaslání poštou je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení nabídky subjektu pověřenému výkonem zadavatelských činností, nikoli datum jejího předání k poštovní přepravě.

10.5. Další podmínky podání nabídky

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.

10.6. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28.01.2014 v 12:00 hodin na adrese zadavatele: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Otevírání obálek s nabídkami se může, kromě členů komise pro otevírání obálek, zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče) a průkazem totožnosti.

11. Způsob hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ekonomická výhodnost nabídky.

Pro obě části veřejné zakázky jsou kritéria hodnocení shodná.

Kritérium	Hodnotící kritérium	Váha
1	Celková výše nabídkové ceny	55%
2	Funkční vlastnosti monitorů	10%
3	Technické parametry monitorů – velikost displeje	4%
4	Technické parametry monitorů – počet současně zobrazovaných křivek	4%
5	Technické parametry monitorů – počet úrovní alarmů	3%
6	Technické parametry monitorů – paměť	2%

	monitoru	
7	Funkční vlastnosti monit. centrály	9%
8	Technické parametry mon. centrály – počet současně připojených monitorů	3%
9	Technické parametry mon. centrály – paměť trendových hodnot	3%
10	Technické parametry mon. centrály – počet křivek u pacienta	2%
11	Doba realizace zakázky v kalendářních dnech od podpisu kupní smlouvy, Uchazeč stanoví dobu realizace zakázky v jednotkách kalendářních dnů. Pokud uchazeč, stanoví dobu realizace v jiných jednotkách, bude údaj přepočítán na dny.	5%

Dobou realizace je myšleno: dodání, instalace, zaškolení a protokolární předání předmětu této soutěže vč. všech souvisejících dokumentů.

V případě hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky provede hodnotící komise hodnocení nabídek včetně stanovení jejich pořadí dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich procentuální výše vah.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (například životnost, doba záruky, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. *Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně*, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je roven 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Pro kritérium funkční vlastnosti, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Požadujeme v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky, dodání úplné technické dokumentace vč. popisu nabízených funkčních vlastností, tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti, které budou dále posuzovány na základě zapůjčení monitorů.



12. Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

13. Další podmínky veřejné zakázky

- 13.1 Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou a nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 13.2 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazeči v nabídkách.
- 13.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastanou podmínky uvedené v § 84 ZVZ.

14. Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů a začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 ZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

15. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Obligatorní návrhy smluv včetně příloh

Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky Krajské zdravotní, a.s.

V Ústí nad Labem, dne **09 -01- 2014**



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
pověřen obchodním vedením společnosti



