



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č.1:

V odstavci 6 ZD Technické požadavky pro část 5: RTG skiaskopie digitální zadavatel požaduje:

RTG zářič:

- Na stropním výškově stavitelném závěsu s antikolizními prvky

Po prostudování ZD máme za to, že výše uvedený parametr je tiskovou chybou, nebo požadavkem na přídatný stropní závěs s rentgenkou a vertikální stativ pro rozšíření skiagrafických expozic. Prosíme o vyjasnění Vašich požadavků.

Odpověď:

Ano, „RTG zářič na stropním výškově stavitelném závěsu s antikolizními prvky“ je administrativní omyl, který vznikl kopírováním jiné připravované soutěže RTG techniky, zadavatel požaduje opravdu univerzální digitální skiaskopicko-skiagrafickou vyšetřovací sklopnou stěnu, tedy s rentgenkou umístěnou na pohyblivém sloupu.

Dotaz č.2:

V odstavci 6 ZD Technické požadavky pro část 5: RTG skiaskopie digitální zadavatel požaduje:

Sklopná stěna:

- Motorické sklápění v rozsahu min. +90°/-45°

Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra
Krajské zdravotní, a. s.



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného rentgenového kompletu pro skiagraficko-skiaskopické aplikace s vysoce kvalitní rentgenkou a digitálním detektorem s technickými parametry významně převyšujícími Vaše požadavky s možností motorického sklápění v rozsahu $+90^{\circ}/-17^{\circ}$, což splňuje Vaše požadavky na medicínský účel použití přístroje?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: 15 -04- 2014

02
KZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/111
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
ředitel společnosti

Krajská zdravotní, a. s.
Bc. Žaneta Veselá
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Jméno	Ing. Jiří Boček
Sektor	Healthcare
Divize/oddělení	CP/XP
Telefon	+420 233 032 086
Fax	+420 233 032 096
Mobil	+420 605 226 613
E-mail	jiri.bocek@siemens.com
Datum	09. 04. 2014

Veřejná zakázka „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.“
Žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Vážení obchodní partneři,

v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dovoluujeme si Vás požádat o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.“ zadávané v otevřeném řízení zadavatelem Krajskou zdravotní, a. s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627 (ev.č. ve VVZ 375573).

V odstavci 6 ZD Technické požadavky pro část 5: RTG skiaskopie digitální zadavatel požaduje:

RTG zářič:

- na stropním výškově stavitelném závěsu s antikolizními prvky

Dotaz č. 1:

Po prostudování ZD máme za to, že výše uvedený parametr je tiskovou chybou, nebo požadavkem na přídatný stropní závěs s rentgenkou a vertikální stativ pro rozšíření skiagrafických expozic. Prosíme o vyjasnění Vašich požadavků.

V odstavci 6 ZD Technické požadavky pro část 5: RTG skiaskopie digitální zadavatel požaduje:

Sklopná stěna:

- Motorické sklápění v rozsahu min. +90°/-45°


Dotaz č. 2:

Akceptuje zadavatel nabídku moderního, výkonného rentgenového kompletu pro skiagraficko-skiaskopické aplikace s vysoce kvalitní rentgenkou a digitálním detektorem s technickými parametry významně převyšujícími Vaše požadavky s možností motorického sklápění v rozsahu +90°/-17°, což splňuje Vaše požadavky na medicínský účel použití přístroje?

Za Vaše odpovědi děkujeme a jsme s přátelským pozdravem



Ing. Jiří Boček
Modality Manager



Siemens, s.r.o.
Management: Ing. Eduard Pališek, Ph.D., MBA
Sektor Healthcare
Management: Ing. Vratislav Švorčík



Siemensova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

Tel: +420 23303 2001
Fax: +420 23303 2008
www.siemens.com/entry/cz/cz

Siemens, s.r.o. - Jednatelé: Ing. Eduard Pališek, Ph.D., MBA, Dipl. Kfm. Rudolf Fischer - registrace v ob. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625
Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Č. účtu CZK: 1013384001/2700, č. účtu EUR: 1013384394/2700