

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a. s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ: 254 88 627

Veřejná zakázka:

„Multidetektorový CT přístroj“

Evidenční číslo VZ: 375107

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

zadavatel v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

VYHOVUJE NÁMITKÁM

uchazeče, společnosti Philips Česká republika s. r. o., IČO: 639 85 306, se sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, právně zastoupeného Ing. Petrou Vlachovou, advokátem (dále jen „stěžovatel“), proti zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky a jako způsob nápravy ve smyslu § 111 odst. 1 ZVZ zadavatel

UPRAVUJE

zadávací podmínky v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace označené jako „Projektová dokumentace – specifikace,“ resp. „Projektová dokumentace zadávací dokumentace“ (dále též jen „Projektová dokumentace“) a zprostředkovaně i v návrhu kupní smlouvy na dodávku Multidetektorového CT přístroje (dále též jen „Přístroj“), jejíž obligatorní návrh je Přílohou č. 3 Zadávací dokumentace, a to tak, že v projektové dokumentaci na straně 2, třetí odstavec, v sekci označené jako „Požadované parametry“, **zadavatel ruší možnost variantního řešení 32 řezů x 2 (technologie rozmítaného ohniska).**

Aktuální platné znění příslušného odstavce zadávacích podmínek je tak následující:

„snímání 64 řezů za jednu otáčku prostřednictvím 64 paralelních akvizičních kanálů v ose Z s kolimací max. 0,625mm a šíře detektoru 30-40 mm.“

Ve zbývajících částech zůstávají zadávací podmínky beze změny.

Odůvodnění:

Průběh veřejné zakázky

Veřejná zakázka byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek 14. 3. 2014 pod evidenčním číslem 375107 a zároveň téhož dne na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu>, přičemž byla na profilu zadavatele zveřejněna celá zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 7. 5. 2014 na 10,00 hod.

Dne 8. 4. 2014 obdržel zadavatel námitky proti zadávacím podmínkám otevřeného zadávacího řízení s názvem „Multidetektorový CT přístroj“ od společnosti Philips Česká republika

Obsah námítky (shrnutí obsahu)

Ve svých námitkách stěžovatel uvedl, že Zadávací podmínky jsou v rozporu se ZVZ, konkrétně jeho § 6 odst. 1 ve spojení s §§ 44, 45 odst. 1, 3 a 46 ZVZ, a proto stěžovatel požaduje uvedení Zadávacích podmínek do souladu s těmito ustanoveními ZVZ. Uvedením Zadávacích podmínek do souladu se ZVZ je dle přesvědčení Stěžovatele v předmětném bodě vypuštění alternativního řešení **32 řezů x 2 (technologie rozmítaného ohniska) s odpovídající šíří detektoru splňující požadavek na 64 řezů za jednu otáčku prostřednictvím 64 paralelních akvizičních kanálů.**

Závěr zadavatele

Zadavatel přezkoumal námitky v plném rozsahu, jak mu ukládá § 111 odst. 1 ZVZ, přičemž vycházel zejména z dokumentace veřejné zakázky a částečně i z veřejně dostupných informací o předmětu plnění, resp. z jiných informací zjištěných v rámci přezkumu námitek.

S přihlédnutím k obsahu námitek předložených stěžovatelem zadavatel konstatuje, že požaduje dodání:

- CT přístroje vyšší kategorie
- snímání 64 řezů za jednu otáčku prostřednictvím 64 paralelních akvizičních kanálů v ose Z s kolimací max. 0,625 mm
- šíře detektorového pole v rozsahu 30 – 40 mm bez ohledu na akviziční techniky zajišťující zdvojnásobení počtu projekcí (resp. řezů) během jedné otáčky

a to z důvodu zachování parametrů významným způsobem určujících kvalitu přístroje, čímž bude naplněna podmínka dodání přístroje vyšší kategorie naplňující jeho medicínský a terapeutický účel pořízení.

V této souvislosti zadavatel uvádí, že v souladu s ust. § § 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídky a stanovuje nový termín podání nabídek, a to na 12. 6. 2014 v 10:00 hod. Zároveň tak zadavatel upravuje i termín pro otevírání obálek na 12 .6. 2014 v 11:00 hod.

V Ústí nad Labem, dne 17 -04- 2014



Ing. Petr Fiala
ředitel
Krajská zdravotní, a. s.