

Příloha č. 2 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k veřejné zakázce:

„Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní, a. s.“

Obsah

ČÁST 1: SANITNÍ VOZIDLA TŘÍDY A2.....	2
ČÁST 2: SANITNÍ VOZIDLO PRO TRANSPORT NEDONOŠENÝCH A PATOLOGICKÝCH NOVOROZENCŮ TŘÍDY B	6

ČÁST 1: SANITNÍ VOZIDLA TŘÍDY A2

	Specifikace podvozku
1.1	Dodávkový typ
1.2	Motor vznětový, min. 1900 cm ³ s přeplňováním a s minimálním výkonem 70kW
1.3	Převodovka manuální min. 5 stupňová
1.4	Pohon předních kol
1.5	Celková hmotnost do 3500 kg
1.6	Splnění emisního limitu min. EURO 5
1.7	Vnitřní zvukově izolovaná příčka mezi kabinou a ambulantním prostorem s oknem, s dostatečným průhledem do prostoru pro pacienty, otevírací pro umožnění komunikace
1.8	Dlouhý rozvor
1.9	Minimální rozměry patientského prostoru po obložení omyvatelným materiálem: délka – 2 995 mm (podlaha)/ 2 940 mm v úrovni nosítek/kolen (530 mm nad podlahou), šířka – 1 865 mm, šířka mezi podběhy – 1 400 mm, výška 1 650 mm
1.10	Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, multifunkční ukazatel, čidla opotřebení brzdových destiček, elektronické rozhraní pro připojení externích přístrojů
1.11	Barva bílá
1.12	Signalizace couvání
1.13	Příprava pro autorádio
1.14	Pravé posuvné boční dveře s posuvným otevíracím oknem (ambulantního prostoru), které může být i naproti bočním posuvným dveřím
1.15	Zadní dveře křídlové s vyhříváním oknem
1.16	Aretace všech dveří
1.17	Prosklený ambulantní prostor
1.18	Přední mlhové světlomety
1.19	Třetí brzdové světlo (světlomet),
1.20	Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním
1.21	Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus
1.22	Automatický spínač světlometů, denní svícení
1.23	Tažné oko vzadu
1.24	Tažné oko vpředu
1.25	Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána
1.26	Vyhřívání zadního okna
1.27	Stěrač včetně cyklovače zadního okna
1.28	Elektrické ovládání oken
1.29	Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky)
1.30	Závislý příhřev motoru naftový teplovodní
1.31	Klimatizace v ambulantním prostoru a prostoru řidiče s nezávislým ovládáním
1.32	Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy
1.33	Plnohodnotné rezervní kolo
1.34	Sada ocelových zimních / letních pneumatik včetně disků (dle ročního období dodání vozu)

Kabina řidiče	
1.35	Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče – 1 kus
1.36	Radiopřijímač včetně antény včetně integrované HF sady a reproduktory
1.37	Airbag řidiče a spolujezdce
1.38	Stínítko vlevo a vpravo
1.39	Výškově nastavitelný volant
1.40	Zásuvka v kabině řidiče – 12 V
1.41	Odkládací přihrádka, uzamykatelná
1.42	Odkládací box ve dveřích kabiny
1.43	Topení s mechanickou regulací
1.44	Vnitřní zpětné zrcátko
1.45	Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná
1.46	Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
1.47	Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose
1.48	Vnitřní osvětlení
1.49	Madlo u spolujezdce na pravém předním sloupku

Vybavení sanitní zástavby – ambulantní prostor	
1.50	6 míst v ambulantním prostoru a to: • 3 x sedadla umístěná v přední části mezi nosítky a přepážkou – z nich 1 sedadlo u bočních dveří musí být odnímatelné uchycené rychloupínacím systémem (penízková lišta) • 1 x sedadlo umístěné vedle nosítek před transportním křeslem, • 1 x transportní křeslo, • 1 x nosítka s odnímatelným podvozkem
1.51	Sedadla omyvatelná, vybavena opěrkami hlavy, samonavíjecími pásy (tříbodové) a loketními opěrkami, možnost připevnění dětských sedaček
1.52	Polohovací nosítka s odnímatelným podvozkem: • nosnost nosítka s podvozkem min. 230 kg, • výškově nastavitelná a polohovací nastavení - min. 7 poloh, přední kola otočná • manipulace jednočlennou obsluhou, • komfortní podhlavník s plynovou pružinou, • držák infuzí, • boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou, • bezpečnostní pojistka zabráňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou, • zádržný systém pro dospělé i děti s bezpečnostními pásy. • Kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113
1.53	Základna pro nosítka v nerezovém provedení s plnou vrchní částí se zádržným systémem (uchycením) pro nosítka s podvozkem Úložný prostor pod základnou pro nosítka rozdělen: 2/3 s plno výsuvným šuplíkem – zadní část úložného prostoru a 1/3 s výklopnými dvířky - přední část úložného prostoru
1.54	Uchycení podvozku vyžaduje kompatibilitu s již používanými mobilními podvozky typu: MEDIROL EXTERO P113
1.55	Transportní křeslo včetně zádržného systému, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, čtyřbodovým pásem, nosnost křesla min. 250 kg, kompatibilita s již používanými transportními křesly MEDIROL CLUBMAN K-115
1.56	Nájezdová rampa tj. sklopná plošina z lehkých slitin pro nájždění transportního křesla, pevně instalována a fixována za křeslem včetně uchycení do podlahy vozu

1.57	Zádržný systém pro složený invalidní vozík nad krytem pravého podběhu, umístěný tak aby bylo možno přepravovat složený invalidní vozík a všechny pacienty současně
1.58	Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
1.59	Skříňka nad levým podběhem s výklopným horním víkem pro uložení zdravotnického materiálu a umístění klimatizace
1.60	Obložení vnitřního ambulantního prostoru dezinfikovatelným materiálem (stěny, strop, zadní podběhy)
1.61	Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích
1.62	Nástupní výklopný schůdek bočních dveří z antikoročního materiálu
1.63	Osvětlení nástupního prostoru bočních a zadních dveří
1.64	Protiskluzová úprava podlahy, dezinfikovatelná
1.65	Tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru, polstrování přepážky
1.66	Zvuková signalizace do kabiny řidiče ovládané z ambulantního prostoru v dosahu ležícího pacienta a sedícího pacienta na transportním křesle
1.67	Světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče
1.68	Nouzové osvětlení
1.69	Stropní osvětlení 2 kusy - s možností ovládání z kabiny řidiče a v ambulantním prostoru – LED pásky – studená a bílá – 2 x 1 m
1.70	Pomocné osvětlení LED pásky modré barvy 2x25 cm
1.71	2 ks zásuvka 12V v ambulantním prostoru
1.72	Závislé teplovodní topení s termostatem a s vícerychlostním ventilátorem, ovládané z kabiny řidiče
1.73	Nezávislé naftové topení s termostatem o výkonu min. 3,9 KW horkovzdušné, ovládané z kabiny řidiče
1.74	Stropní ventilátor ovládaný z kabiny řidiče
1.75	Držák infuzní lahve a PE vaku umístěný nad nosítky
1.76	Držák pro 1 kus kyslíkové láhve 10 l, 2l
1.77	Rozvod kyslíku dle ČSN (3 rychlospojky z toho 2 u přední části nosítek a 1 u kyslíkové láhve 10l, propojovací hadice)
1.78	Držák pro hasicí přístroj a hasicí přístroj 2 Kg – 1 ks
1.79	Držák pro odpadní nádobu a odpadní nádoba – 1 ks
1.80	Držák pro kontejner na zdravotnický odpad a kontejner na zdravotnický odpad – 1 ks
1.81	Držák pro karton rukavic
1.82	Držák pro dávkovač desinfekce
1.83	Dlouhá nástupní madla po obou stranách bočních dveří v nerezové úpravě
1.84	Ztmavení (tónování) skel ambulantního prostoru atestovanou folií
1.85	1 pár bílých LED světlometů umístěn zadní hraně střechy vedle majáku, automatické sepnutí při zařazení zpětného chodu, osvětlení možno zapnout samostatně

Telekomunikační zařízení	
1.86	Pevná vozidlová radiostanice frekvence 161,2 MHz / 12,5 kHz, tlačítkový mikrofon
1.87	Anténa krátká vč. montáže s koaxiálním kabelem, tlačítkový mikrofon

Polepení vozu	
1.88	Červený reflexní pruh po obvodu vozidla o min. výšce 150mm
1.89	2 x název provozovatele / obchodní značení společnosti na předních dveřích o min. výšce 30mm
1.90	2 x nápis: ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA na bocích vozu bílým písmem o výšce 100mm
1.91	6 x znak modré hvězdy života (2x 300mm, 2x 200mm, 2x 10mm)
1.92	Volací znak radiostanice na střeše vozu o min. výšce 250mm, na zadních dveřích o min. výšce 50mm a štítek na palubní desce

Výstražné zvukové a světelné zařízení	
1.93	Zvukové výstražné zařízení o výkonu minimálně 100W s ovládacími prvky a zesilovačem
1.94	1 reproduktor, umístěn za maskou chladiče; reproduktor musí být umístěny tak, aby nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty
1.95	Dvouřadý LED maják minimálně 30 LED 2x, (montáž 1x vpředu, 1x vzadu)
1.96	Přední výstražná světla 2x min. 3LED, upevněná v masce na kovovém držáku

ČÁST 2: SANITNÍ VOZIDLO PRO TRANSPORT NEDONOŠENÝCH A PATOLOGICKÝCH NOVOROZENCŮ TŘÍDY B

	Specifikace podvozku	
2.1	Dodávkový typ	
2.2	Motor vznětový, min. 1900 cm ³ s přeplňováním a s minimálním výkonem 120 kW	
2.3	Pohon 4x4	
2.4	Převodovka manuální 6 stupňová s mechanickou uzávěrou diferenciálu	
2.5	Splnění emisního limitu min. EURO 5	
2.6	Dlouhý rozvor, vysoká střecha, výška sanitního prostoru min. 1850 mm, délka sanitního prostoru min. 2700 mm	
2.7	Systém aktivní bezpečnosti vozidla s elektronickou uzávěrkou diferenciálu, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, multifunkční ukazatel, čidla opotřebení brzdových destiček, elektronické rozhraní pro připojení externích přístrojů	
2.8	Druhá baterie bezúdržbová min 80 Ah s odpojovacím relé, oddělená pro napájení zástavby, automatické dobíjení, automatická elektronická dobíječka min. 25 A, dobíjení i ze zdroje 230 V mimo vozidlo	
2.9	Barva žlutá sírová včetně vysoké střechy	
2.10	Signalizace couvání	
2.11	Příprava pro autorádio	
2.12	Vnitřní zvukově izolovaná příčka mezi kabinou a ambulantním prostorem s oknem, s dostatečným průhledem do prostoru pro pacienty, otevírací pro umožnění komunikace	
2.13	Pravé posuvné boční dveře včetně dětské pojistky s posuvným otevíracím oknem (ambulantního prostoru) a automatickým dovřením zámku	
2.14	Zadní dveře křídlové vyhříváním oknem	
2.15	Aretace všech dveří	
2.16	Přední mlhové světlomety se statickým přisvícením do zatáčky	
2.17	Třetí brzdové světlo (světlomet),	
2.18	Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním	
2.19	Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus	
2.20	Automatický spínač světlometů, denní svícení	
2.21	Ochranný spodní kryt motoru	
2.22	Tažné oko vzadu	
2.23	Tažné oko vpředu	
2.24	Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána	
2.25	Vyhřívání zadního okna	
2.26	Dešťový senzor	
2.27	Elektrické ovládání oken	
2.28	Teleskopické tlumiče pro komfortní transport inkubátoru a zlepšení jízdních vlastností vozidla při rychlé jízdě	
2.29	Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky)	
2.30	Závislý přihřev motoru naftový teplovodní	
2.31	Klimatizace v ambulantním prostoru a prostoru řidiče s nezávislým ovládáním	
2.32	Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy	
2.33	Plnohodnotné rezervní kolo	
2.34	Sada ocelových zimních / letních pneumatik včetně disků (dle ročního období dodání vozu)	

Kabina řidiče	
2.35	Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče – 1 kus
2.36	Radiopřijímač včetně antény včetně integrované HF sady a reproduktory
2.37	Airbag řidiče a spolujezdce
2.38	Kontrolka zapnutí pásu
2.39	Stínítko vlevo a vpravo
2.40	Výškově nastavitelný volant
2.41	Zásuvka v kabině řidiče – 12 V
2.42	Odkládací přihrádka, uzamykatelná
2.43	Odkládací box ve dveřích kabiny
2.44	Topení s mechanickou regulací
2.45	Vnitřní zpětné zrcátko
2.46	Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná
2.47	Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
2.48	Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose
2.49	Vnitřní osvětlení, lampička pro čtení na pravé straně
2.50	Madlo u spolujezdce na pravém předním sloupku

Vybavení sanitní zástavby – ambulantní prostor	
2.51	3 míst v ambulantním prostoru a to: • sklopné a otočné sedadlo 1x vpravo vpředu a 1x vpravo vzadu • 1x nosítka s odnímatelným podvozkem
2.52	Sedadla omyvatelná, vybavena opěrkami hlavy, samonavíjecími pásy (tříbodové) a loketními opěrkami, možnost připevnění dětských sedaček
2.53	Polohovací nosítka s odnímatelným podvozkem: • nosnost nosítka s podvozkem min. 230 kg, • výškově nastavitelná a polohovací nastavení - min. 7 poloh, přední kola otočná • manipulace jednočlennou obsluhou, • komfortní podhlavník s plynovou pružinou, • držák infuzí, • boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou, • bezpečnostní pojistka zabráňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou, • zádržný systém pro dospělé i děti s bezpečnostními pásy. • Kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113
2.54	Základna pro nosítka v nerezovém provedení s plnou vrchní částí se zádržným systémem (uchycením) pro nosítka s podvozkem Úložný prostor pod základnou pro nosítka rozdělen: 2/3 s plno výsuvným šuplíkem – zadní část úložného prostoru a 1/3 s výklopnými dvířky - přední část úložného prostoru
2.55	Uchycení podvozku s inkubátorem vyžaduje kompatibilitu s již používanými mobilními podvozky typu: MEDIROL EXTERO P113
2.56	Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby a pro zabudování zdravotnických přístrojů min. celý levý bok pro dodatečnou montáž zdravotnické techniky
2.57	Nábytek: • podstropní skříňky nízké po celé levé straně zcela pod stropem, • podstropní skříňky nízké po celé pravé straně zcela pod stropem (ampulárium)

	• policová skříňka na levé straně u vnitřní přepážky, 4 police, posuvná dvířka se zajištěním, min. u jedné možnost uzamčení • 1 x úložná skříňka se sedačkou na dělicí přepážce s úložným prostorem a polstrováním • 1x kombinovaná skříňka u bočních dveří na přepážce s prostorem pro 3 aretovatelné výsuvné šuplíky, 1x záchranářské zavazadlo, od bočních dveří s vrchní odkládací plochou s ohrádkou
2.58	Obložení vnitřního ambulantního prostoru dezinfikovatelným materiálem (stěny, strop, zadní podběhy)
2.59	Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích
2.60	Osvětlení nástupního prostoru bočních a zadních dveří
2.61	Protiskluzová úprava podlahy, dezinfikovatelná
2.62	Tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru
2.63	Zvuková signalizace do kabiny řidiče ovládané z ambulantního prostoru
2.64	Světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče
2.65	Nouzové osvětlení
2.66	Stropní osvětlení LED min. 2 kusy - ovládání od zadních a bočních dveří
2.67	Pomocné nastavitelné pracovní osvětlení nad prostorem nosítek – 2 kusy
2.68	Zásuvka 12V – min. 7 kusů z toho 3x zesílená na panelu pro inkubátor a 4x na levém boku pro zdravotnické přístroje (defibrilátor, 2 lineární dávkovače, elektrická odsávačka)
2.69	Zásuvka inkubátorová 12 – 1 kus kompatibilní z již používaným modelem DARTIN
2.70	Přípojka 230V, vnější zásuvka samovyhazovací s jistěním umístěná za dveřmi řidiče, propojovací kabel min. 15 m, chráněná proti vlhku (zásuvný systém uzavírání); v sanitním prostoru zásuvka 230V – min. 4x, vč. revize
2.71	Akustická indikace odpojení zástavby od napájení
2.72	Závislé teplovodní topení s termostatem a s vícerychlostním ventilátorem, ovládané z ambulantního prostoru
2.73	Nezávislé naftové topení s termostatem o výkonu min. 3,9 KW horkovzdušné, ovládané z ambulantního prostoru
2.74	Stropní ventilátor ovládaný z kabiny řidiče a ambulantního prostoru
2.75	Držák 2 + 2 pro infuzní lahve a PE vaku umístěný nad nosítky
2.76	Držák pro 2 kusy tlakové láhve na kyslík, každá s obsahem 10 l
2.77	Držák pro 2 kusy tlakové láhve na stlačený vzduch, každá s obsahem 10 l
2.78	Držák pro 2 kusy tlakové kyslíkové láhve, každá s obsahem 2 l
2.79	Rozvod kyslíku dle ČSN 6 x rychlospojka z toho 2 x na panelu, 2x na stěně, 2x u láhve
2.80	Rozvod stlačeného vzduchu 4 x rychlospojka z toho 2x na panelu, 2x u láhve
2.81	2x hadice s rychlospojkami pro stlačený vzduch od rozvodu k redukčním ventilům kyslíkových lahví
2.82	2x hadice s rychlospojkami pro kyslík od rozvodu k redukčním ventilům kyslíkových lahví
2.83	Držák pro hasicí přístroj a hasicí přístroj 2 Kg – 1 kus
2.84	Držák pro odpadkový koš a odpadkový koš – 1 ks
2.85	Držák pro kontejner na zdravotnický odpad a kontejner na zdravotnický odpad – 1 ks
2.86	Držák pro karton rukavic
2.87	Držák pro dávkovač desinfekce
2.88	Nástupní madla po obou stranách bočních dveří a stropní madlo nad prostorem nosítek v nerezové úpravě

2.89	Konzole pro uchycení vzduchové odsávačky v nerezové úpravě
2.90	Zmatnění oken ambulantního prostoru folií – atestovanou
2.91	Boční světla bílá LED 4x pro osvětlení prostoru okolo sanitního vozidla, umístěná na zvýšené střeše v levo a pravo s možností osvětlení každé strany vozidla samostatně
2.92	1 pár bílých LED světlometů umístěn zadní hraně střechy vedle majáku, automatické sepnutí při zařazení zpětného chodu, osvětlení možno zapnout samostatně
2.93	Střešní směrová světla vzadu, vpravo a vlevo v provedení LED, nízkoprofilové nepřesahující karoserii vozidla o více jak 20 mm
2.94	zařízení pro ohřev infuzí (lednice) s regulací teploty 37°C / 5°C (± 2 °C)
2.95	Panel pro rozvod kyslíku, stlačeného vzduchu, zásuvka 12V, zásuvka inkubátorová, zásuvka 230 V
2.96	Měnič napětí z 12V (DC) na 230V (AC) s min. výkonem 2000W připojen do rozvodu 230V a do zásuvky na panelu

Telekomunikační zařízení	
2.97	Pevná vozidlová radiostanice frekvence 161,2 MHz / 12,5 kHz + tlačítkový mikrofon
2.98	Anténa vč. montáže s koaxiálním kabelem

Polepení vozu	
2.99	Dle části II. D. 3 předpisu č. 296/2012 Sb.
2.100	Červený reflexní pruh po obvodu vozidla o min. výšce 150 mm
2.101	1 x inverzní nápis: AMBULANCE na kapotě vpředu červeným reflexním písmem o min. výšce 150 mm
2.102	2x nápis: AMBULANCE vpředu a vzadu na zvýšené střeše červeným reflexním písmem o min. výšce 150 mm
2.103	2x nápis: TRANSPORT INKUBÁTORU vpředu, vzadu, na L, P boku zvýšené střechy červeným reflexním písmem o výšce min. 100 mm
2.104	2 x nápis: ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA na L, P boku zvýšené střechy červeným reflexním písmem o výšce min. 150 mm
2.105	2 x název provozovatele / obchodní značení společnosti na předních dveřích o min. výšce 30 mm
2.106	5 x znak modré hvězdy života (2x 400 mm L, P bok, 3x 300 mm zadní L, P dveře a přední část zvýšené střechy)
2.107	Volací znak radiostanice na střeše vozu o min. výšce 250 mm, na zadních dveřích o min. výšce 50 mm a štítek na palubní desce

Výstražné zvukové a světelné zařízení	
2.118	Zvukové výstražné zařízení o výkonu minimálně 100W s ovládacími prvky a zesilovačem
2.119	2 reproduktory, umístěné za maskou chladiče; reproduktory musí být umístěny tak, aby nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty,
2.110	Dvouřadý LED maják minimálně 30 LED 3x, (montáž 2x vpředu, 1x vzadu)
2.111	Přední výstražná světla 2x min. 3 LED, upevněná v masce na kovovém držáku, min. 3 LED světla na zpětných zrcátkách, min. 3 LED světla na předních blatnících

	Zdravotnické přístroje a technika
2.112	<u>Defibrilátor s monitorem životních funkcí – 1 kus do sanitního vozu</u> - Vhodný pro neonatologické (fyziologické a patologické novorozence), pediatrické i dospělé pacienty - Defibrilátor s bifázickou technologií pro všechny věkové skupiny - Monitorace životních funkcí pro všechny věkové skupiny - Minimálně s 12-ti svodovým EKG včetně kabelů a EKG elektrod - Kardiostimulátor včetně externích kardiostimulačních elektrod - SpO2 včetně senzoru (na prst) s propojovacím kabelem - EtCO2 včetně senzoru (na výdechovou hadici) s propojovacím kabelem - NIBP včetně tlakových manžet pro neonatologické, pediatrické a dospělé s dostatečně dlouhou hadičkou pro manipulaci v sanitním voze - Měření teploty pacienta včetně senzoru a propojovacího kabelu - Tiskárna - Uchování a přenos dat do PC - Manuální a AED režim defibrilace - Defibrilace pomocí pádel či jednorázových elektrod (součástí vybavení příslušenství pro všechny věkové skupiny vč. novorozenců a nedonošených dětí) - Přenosný včetně transportní brašny - Nástěnný držák pro uchycení přístroje do zástavby sanitního vozidla - Funkčnost přístroje v terénu zajištěna integrovanou baterií min. 2 hodiny - Integrované nabíjecí zařízení a nabíjecí baterie - Možnost dobíjení z elektrického rozvodu vozidla 12V (DC) včetně propojovacího kabelu - Možnost dobíjení ze sítě 230V(AC) včetně propojovacího kabelu
2.113	<u>Elektrická odsávačka – 1 kus do sanitního vozu</u> - Vhodný pro neonatologické (fyziologické a patologické novorozence), pediatrické i dospělé pacienty - Určená pro práci s extrémně nezralými novorozenci - Citlivá regulace podtlaku - Přenosný včetně transportní brašny - Nástěnný držák pro uchycení přístroje do zástavby sanitního vozidla s integrovanou nabíječkou - Uskladnění sekretů v nádobě s ochranou proti přetečení s min. obsahem 1 litr - Funkčnost přístroje v terénu zajištěna integrovanou baterií min. 2 hodiny - Integrované nabíjecí zařízení a nabíjecí baterie - Možnost dobíjení z elektrického rozvodu vozidla 12V (DC) včetně propojovacího kabelu - Možnost dobíjení ze sítě 230V (AC) včetně propojovacího kabelu
2.114	<u>Lineární dávkovač – 2 kusy do sanitního vozu</u> - Vhodný pro neonatologické (fyziologické a patologické novorozence), pediatrické i dospělé pacienty - Automatické rozpoznání velikosti a fixace stříkačky - Automatický výpočet rychlosti podávání léčiv na základě času a objemu - Možnost použití stříkaček o objemech 2,5,10,20,30,50 ml od různých výrobců - Funkce zablokování kláves - Nástěnný držák pro uchycení přístroje do zástavby sanitního vozidla

	• Možnost spojení 2 a více lineárních dávkovačů do doku pro uchycení na jeden držák • Funkčnost přístroje v terénu zajištěna integrovanou baterií min. na 2 hodiny • Integrované nabíjecí zařízení a nabíjecí baterie • Možnost dobíjení z elektrického rozvodu vozidla 12V (DC) včetně propojovacího kabelu • Možnost dobíjení ze sítě 230V (AC) včetně propojovacího kabelu (možnost kabelu Y pro síťové napájení dvou lineárních dávkovačů)	
2.115	Nástěnný držák pro uchycení plicního ventilátoru do sanitní zástavby- typ upřesní zadavatel	
2.116	<u>Tonometr – 1 kus do sanitního vozu</u> • Nástěnný držák pro uchycení do zástavby sanitního vozidla • Tlakové manžety různých velikostí pro děti i dospělé	

Příloha č. 2 (bod 2.89)



Příloha č. 3 (bod 2.89)

