

Ved. ateliéru	Žežulka Ct.	Zodp. proj.	Ing. Kvapil Z.			
Hl. projektant	Ing. Franěk	Vypracoval	Štajer Jiří			
Místo	Ústí n.L.	Kraj	Ústecký			
Investor	Krajská zdravotní a.s.					
Akce Fetomaternální centrum - DK část D2 (3.NP) Masarykova nemocnice Ústí nad Labem				Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n/L, IČ 190 213 05 tel/fax 475 209 659, zefraprojekt@zefraprojekt.cz		
Část				Datum	12/2015	Měřítko
D.2 Rozvody mediiplynů				Stupeň	DPS	.
Výkres				Císlo výkresu	Císlo výtisku	
SOUPIS PRACÍ				D.2.02		

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	9. prosinec 2015
Název stavby :	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem fetomaternální centrum
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
kyslík, stl. vzduch	měděná trubka 8x1	22,00	22,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 12x1	62,00	62,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	98,00	98,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	350,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu	70,00	70,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole pro 2 plyny	46,00	46,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	182,00	182,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	182,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propílačnutí rozvodu dusíkem	182,00	182,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kabel signalizace	30,00	30,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1450mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy)	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 2300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy)	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební přípomocné práce a demontáž nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina