

Operační stůl pro gynekologii – technická specifikace

- elektrohydraulický mobilní operační stůl
- stůl vhodný pro gynekologické výkony (gynekologický výřez)
- pojezdová kola o průměru min. 8 cm
- ovládání pomocí ovládače - drátový nebo bezdrátový
- záložní ovládač na základně stolu
- plná mobilita stolu - bez zemního kabelu
- RTG transparentní
- indikátor stavu baterie na ovládači a základně stolu
- záložní baterie integrovaná v základně operačního stolu
- pracovní deska pod matrací z ABS plastů, hladká, lehce omyvatelná, bez vrutů
- minimální nosnost 200 kg
- možnost polohování minimálně do 200 kg
- dělená plocha nožního segmentu
- lehko odnímatelné nožní segmenty
- minimální výška pracovní desky 670 mm (tol. $\pm 10\%$)
- maximální výška pracovní desky 1100 mm (tol. $\pm 10\%$)
- Trendelenburg 35°
- anti Trendelenburg 30°
- laterální náklon min. 20°
- náklon zádové části 80°
- náklon hlavové části min. +45° / -45°
- horizontální posun pracovní desky 300 mm;
- elektricky stavitelné schauť 2 ks

Příslušenství

- eurolišta
- stojan na infuzi na eurolištu otočný
- opěru ruky pro infuzi s uchycovacím páskem 2 ks
- zarážka ramen 2 ks
- anesteziologický rám