



Evidenční číslo veřejné zakázky: 6ZP12005
Název veřejné zakázky: Univerzální koagulační jednotka pro gynekologické oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Počet listů veřejné zakázky: 6
Počet příloh veřejné zakázky: 3

Výzva k podání nabídky

v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Zákon“), Vás

vyzýváme

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

„Univerzální koagulační jednotka pro gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídllo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1550

2. Kontaktní údaje zadavatele

ve věcech soutěže: Ing. Helena Luzumová
tel.: 477 112 011
e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu

ve věcech technických: Ing. Martina Nováková
tel. 477 113 173, 733 594 619
e-mail: novakovam@kzcr.eu

3. Předmět plnění

3.1 Vymezení plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka elektrokoagulační jednotky vč. příslušenství pro gynekologické výkony, zvláště pro hysteroskopické resekce.



3.2 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na předmět plnění činí souhrnně za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů 160.000,- Kč s DPH.

3.3 Specifikace předmětu plnění

Technická specifikace:

- Elektrokoagulační jednotka vč. příslušenství
- Umožňující použít monopolární i bipolární koagulaci
- Systém pro sledování připojené neutrální elektrody (ochrana pacienta)
- Nastavitelný výkon
- Zařízení musí obsahovat tzv. Saline mód
- Požadujeme výčet všech nabízených módů
- Grafický displej zobrazující nastavené hodnoty
- Alarm chyb a nedostatečné přilnavosti neutrální elektrody
- Ochranný mechanismus proti poškození pacienta při nedostatečném kontaktu neutrální elektrody
- Ovládání nožním spínačem
- Automatický test přístroje po jeho zapnutí
- Snadné ovládání
- Plná kompatibilita se stávajícím bipolárním hysteroresektoskopem popř. variantní řešení pro připojení
- Příslušenství:
 - Kabel k neutrální elektrodě min. 2 ks
 - Kabel k nástrojům
- Požadujeme min. 50 ks neutrálních elektrod

Použití firemních názvů či termínů specifických pro konkrétního výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů a nástrojů, lze nabídnout obdobné řešení, které má podobné vlastnosti a splňuje požadovaný medicínský účel.

Zvláštní požadavky:

- V průběhu soutěže požadujeme ověření kompatibility dodaného přístroje se stávajícím vybavením (hysteroresektoskopem) přímo na pracovišti
- Předvedení funkčnosti na místním klinickém pracovišti a stávajícím systému hysteroresektoskopu bude probíhat po otevření obálek s nabídkami, termín předvedení bude v tento den upřesněn a bude probíhat před konečným hodnocením nabídek.

Další požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrovizí atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky



- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instrukcí dalších pracovníků zadavatele.
- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

Záruka, servisní podmínky, školení a reklamacie

Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně. Dodavatel se zavazuje k pravidelným servisním prohlídkám předepsaným výrobcem a zákonem č.123/2000Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění. Dodavatel se zavazuje k bezplatnému poskytování non-stop služby pro hlášení závad. Dodavatel garantuje zabezpečení dodávek náhradních dílů.

Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou), kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik odboru biom. inženýrství (OBI), ze strany dodavatele tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OBI.

V rámci záruky provádí dodavatel bezpečnostně technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. elekt. revize zdarma. (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován)

V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.

V rámci záruky provádí prodávající opravy poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů v případě poruchy přístroje, provádění standardních vylepšení přístroje.

Dodavatel je povinen předmět koupě nainstalovat a provést zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pracovníka OBI a pověřeného pracovníka zdravot. pracoviště je dodavatel povinen proškolit v rozsahu odpovídajícím požadavkům na následná periodická školení zdravot. personálu a vystavit příslušné oprávnění.



4 Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavřít Smlouvu a realizovat dodávku v nejkratším možném termínu po řádném ukončení zadávacího řízení. Garantovaný termín dodání včetně instalace od podpisu Smlouvy uvede uchazeč v návrhu smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Děčín, o. z.
gynekologické oddělení
U Nemocnice 1
405 99 Děčín II

5 Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 3. 2013 v 10.00 hod.

5.2 Místo pro podání nabídky

Nabídky podávají uchazeči výhradně v elektronické podobě v systému E-ZAK Krajské zdravotní, a.s. na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>

6 Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 6.1 Nabídková cena bude stanovena v české měně.
- 6.2 Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky
- 6.3 Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce

7 Požadavek na předložení návrhu Smlouvy

Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy, který tvoří povinnou součást nabídky a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Současně bude návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu (Microsoft Office Word).

Následující náležitosti je povinen uchazeč zpracovat do návrhu smlouvy.

- a) Smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud jsou přiděleny).
- b) Předmět plnění
- c) Podpisy na jedné listině.

Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 2).



8 Platební podmínky

Následující platební podmínky je povinen uchazeč zpracovat do návrhu smlouvy, který je součástí nabídky.

- a) Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu. Úhradu zadavatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena do 60 dnů od doručení zadavateli na základě řádného předávacího protokolu.
- b) Účetní doklady typu faktur popř. účtenek musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- c) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- d) Výši smluvní pokuty pro případ nedodržení splatnosti faktury ze strany zadavatele může činit maximálně **0,005%** za každý den prodlení. Návrh kupní smlouvy nesmí obsahovat žádná další sankční ustanovení nad rámec těch, které jsou uvedeny v tomto odstavci.

9 Doplnující dotazy

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/> Kontaktní osoba zpřístupní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na uvedené adrese.

10 Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

- 10.1 Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce.
- 10.2 Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - 10.2.1 Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena (viz příloha č. 1).
 - 10.2.2 Návrh Smlouvy dle bodu 7 této Výzvy k podání nabídky.
 - 10.2.3 Vyplněný formulář k poskytování servisních služeb v pozáruční době (viz příloha č. 3).

11 Další podmínky veřejné zakázky

- 11.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 11.2 Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy zakázky se zadavatelem.
- 11.3 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazečem v nabídce.



11.4 Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou.

11.5 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávacího řízení pouze v souladu s ust. § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel o zrušení zadávacího řízení informuje všechny oslovené dodavatele.

12 Způsob a kritéria hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ekonomická výhodnost nabídky.

Dílí hodnotící kritéria vč. stanovení procentních vah:

- | | |
|--|------|
| • Cena | 55 % |
| • Technické parametry | 15 % |
| • Funkční vlastnosti | 15 % |
| • Cena spotřebního materiálu | 10 % |
| • Doba realizace zakázky ve dnech po podepsání kupní smlouvy | 5 % |

Kvantifikovatelná kritéria budou hodnocena poměrově k nejlepší nabídce, funkční vlastnosti budou hodnoceny bodově 0-100 bodů

13 Přílohy

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list nabídky
Příloha č. 2	Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 3	Formulář k poskytování servisních služeb v pozáruční době

V Ústí nad Labem, dne 28. 2. 2013

19  Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 IČ: 25488627
 DIČ: CZ 25488627

Ing. Eduard Reichelt
 ředitel