

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Název veřejné zakázky

Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro oddělení kardiologie – kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery-defibrilátory

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Práva a povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí ZVZ.

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části Zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.



1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu ZVZ:	jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Petr Fiala – generální ředitel společnosti
Kontaktní osoba zadavatele:	Zbyněk Tichý
Telefon:	+420 477 117 957
e-mail:	zbynek.tichy@kzcr.eu

2. Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 ZVZ v návaznosti na ustanovení § 17 písm. d) ZVZ své identifikační údaje takto:

Obchodní firma nebo název:
Právní forma:
IČO a DIČ:
Sídlo:

Dodavatel v nabídce dále uvede:
Jména, příjmení a funkce členů statutárních orgánů:
Kontaktní osoba uchazeče:
Telefon, e-mail:

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

- 3.1. Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí jsou opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (SZM) pro Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Kardiologická klinika a pro Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. - oddělení kardiologie ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potřebných k léčbě pacientů na pracovišti kardiologie dále jen („zdravotnický materiál“)
- 3.2. Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ do 10 částí, přičemž názvy jednotlivých částí veřejné zakázky jsou:

Část 1. Kardiostimulátor BASIC

Část 2. Kardiostimulátory s možností vzdálené kontroly pacienta - PREMIUM

Část 3. Kardiostimulátor s možností vyšetření magnetickou rezonancí - PREMIUM

*Část 4. Kardiostimulátory s minimalizací nežádoucí komorové stimulace
PREMIUM*

Část 5. Kardiostimulátory s pokročilým senzorem PREMIUM

Část 6. Implantabilní Kardiovertry - Defibrilátory BASIC

*Část 7. Implantabilní Kardiovertry - Defibrilátory s možností vzdálené kontroly
pacienta PREMIUM*

*Část 8. Implantabilní Kardiovertry - Defibrilátory s možností vyšetření
magnetickou rezonancí PREMIUM*

*Část 9. Implantabilní Kardiovertry - Defibrilátory s možností pokročilého
nastavení parametrů zpracování signálů PREMIUM*

*Část 10. Implantabilní Kardiovertry - Defibrilátory s možností včasného
upozornění hrozícího srdečního selhání PREMIUM*

- 3.3. Každý uchazeč o veřejnou zakázku může podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky Rámcovou kupní smlouvu obsahující ujednání o zřízení a provozu konsignačního skladu s jedním uchazečem. Závazný návrh smlouvy, který uchazeč použije pro část 1. až 10. veřejné zakázky, tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
- 3.4. Dodávky budou realizovány formou konsignačního skladu, zejména prostřednictvím nemocničního objednávkového systému NEOS, přičemž v odůvodněných případech budou možné i objednávky přímo pracovníkem Kardiologické kliniky, a to telefonicky, mailem nebo faxem.
- 3.5. Zadavatel uzavře s vítězným uchazečem zadávacího řízení Rámcovou kupní smlouvu ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ na dobu 2 let (viz. příloha č. 2)
- 3.6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 3.7. Zadavatel požaduje u nabízených zdravotnických materiálů uvedení platného kódu VZP pro vykázaní zdravotnického materiálu plátcům zdravotní péče. Zadavatel požaduje garanci existence platného kódu VZP a oprávněnosti dodávek pro nabízené (dodávané) zdravotnické materiály po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě zjištění neplatnosti kódu VZP v průběhu trvání smluvního vztahu si zadavatel vyhrazuje právo nakupovat předmět této veřejné zakázky od jiného dodavatele. Zadavatel požaduje u nabízených položek také uvedení kódu PDK, pokud je danému zdravotnickému materiálu přidělen. Zadavatel požaduje uvedení standardizovaného identifikačního čárového kódu na jednotlivém balení i na baleních přepravních.
- 3.8. Expirace dodaného zdravotnického materiálu nesmí být kratší než 12 měsíců v den dodávky do konsignačního skladu zadavatele.
- 3.9. Předmětem plnění této veřejné zakázky je rovněž zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné užívání předmětu plnění a pro provádění instrukcí dalších pracovníků zadavatele.
- 3.10. Zadavatel požaduje dobu dodání do 24 hodin od objednávky.

4. Technické požadavky

Kardiostimulátory - Technická specifikace:

U každé části 1. – 5. uvede uchazeč vždy jednodutinové (1D), dvoudutinové (2D) i Biventrikulární systémy (BIV). Všechny přístroje musí splňovat Obecné požadavky pro část 1. – 5.. Přístroje kategorie PREMIUM musí navíc splňovat i požadavky uvedené u jednotlivých částí PREMIUM. Uchazeč vyplní a nacení tabulku (viz. příloha č. 3) pro danou část veřejné zakázky, které se uchazeč účastní.

Část 1. Kardiostimulátor BASIC

- Multiprogramovatelnost parametrů
- Možnost unipolární i bipolární stimulace a sensingu
- U přístrojů řízených senzorem možnost automatického nastavení senzoru
- Možnost nastavení vysoké sensitivity
- Automatické řešení kardiostimulátorem zprostředkovaných tachyarytmií
- Ochrana proti rušení mobilními telefony
- Životnost baterií odpovídající světovému standardu, min. však 6 let.
- Jednoduché intuitivní ovládání ,
- Odběr kompletu (přístroj + elektrody). Elektroda dle požadavku implantujícího lékaře.
- Možnost exportu dat z kardiostimulátoru do programeru nebo na externí nosič dat.
- Elektrody pro LV stimulaci z koronárního sinu ve více variantách(minimálně 3) zaváděných „po styletu i angio drátu“, včetně elektrod do velmi tenkých cév (max. Ø průměr 5F). Zaváděcí systém ve více variantách včetně subsektorů pro zavádění „tenkých“ elektrod

Část 2. Kardiostimulátory s možností vzdálené kontroly pacienta - PREMIUM

- Automatické měření prahů s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu
- Automatické hodnocení a uchování parametrů stimulačních elektrod, včetně možnosti automatického přepnutí BIP/UNIP v případě zjištění poruchy pro větší bezpečí pacienta
- funkce pro prevenci síňových arytmií
- U přístrojů pro biventrikulární stimulaci nezávislá programace mezikomorového zpoždění, multiprogramovatelnost stimulační konfigurace LV elektrody.
- Možnost vzdálené kontroly a monitorace důležitých parametrů pomocí celulárních sítí funkčních v ČR. Funkčnost systému uchazeč doloží potvrzením o provozu systému dálkové kontroly po dobu minimálně 2 let minimálně ze tří pracovišť – nemocnic či ambulancí

Část 3. Kardiostimulátor s možností vyšetření magnetickou rezonancí - PREMIUM

- Automatické měření prahů s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu

- Automatické hodnocení a uchování parametrů stimulačních elektrod, včetně možnosti automatického přepnutí BIP/UNIP v případě zjištění poruchy pro větší bezpečí pacienta
- Pokročilé funkce pro prevenci síňových arytmií
- U přístrojů pro biventrikulární stimulaci nezávislá programace mezikomorového zpoždění, multiprogramovatelnost stimulační konfigurace LV elektrody
- Možnost podmíněného vyšetření některých oblastí těla pacienta magnetickou rezonancí i v přítomnosti implantovaného systému

Část 4. - Kardiostimulátory s minimalizací nežádoucí komorové stimulace PREMIUM

- Automatické měření prahů s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu. Možnost nastavení krátkého AV intervalu (min. 30ms)
- Automatické hodnocení a uchování parametrů stimulačních elektrod, včetně možnosti automatického přepnutí BIP/UNIP v případě zjištění poruchy pro větší bezpečí pacienta
- Pokročilé algoritmy pro snížení procenta nežádoucí komorové stimulace pod 5% (ověřeno klinickou studií)
- funkce pro prevenci síňových arytmií
- U přístrojů pro biventrikulární stimulaci nezávislá programace mezikomorového zpoždění, multiprogramovatelnost stimulační konfigurace LV elektrody

Část 5. - Kardiostimulátory s pokročilým senzorem PREMIUM

- Automatické měření prahů s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu
- Automatické hodnocení a uchování parametrů stimulačních elektrod, včetně možnosti automatického přepnutí BIP/UNIP v případě zjištění poruchy pro větší bezpečí pacienta
- funkce pro prevenci síňových arytmií
- U přístrojů pro biventrikulární stimulaci nezávislá programace mezikomorového zpoždění, multiprogramovatelnost stimulační konfigurace LV elektrody
- pro systémy SR a DR je požadován „fyziologický“ typ senzoru využívající měření impedance myokardu (popř. transtorakální impedance), případně QT interval, minutová ventilace či vyšší typ akcelerometrického senzoru () a jeho automatické nastavení

Obecné požadavky pro část 1. – 5. (pro BASIC i PREMIUM):

- Multiprogramovatelnost parametrů
- Možnost unipolární i bipolární stimulace a sensingu
- U přístrojů řízených senzorem možnost automatického nastavení senzoru
- Možnost nastavení vysoké sensitivity

- Automatické řešení kardiostimulátorem zprostředkovaných tachyarytmií
- Ochrana proti rušení mobilními telefony
- Životnost baterií odpovídající světovému standardu, min. však 6 let
- Jednoduché intuitivní ovládání
- Odběr kompletu (přístroj + elektrody). Elektroda dle požadavku implantujícího lékaře
- Možnost exportu dat z kardiostimulátoru do programeru nebo na externí nosič dat
- Elektrody pro LV stimulaci z koronárního sinu ve více variantách (minimálně 3) zaváděných „po styletu i angio drátu“, včetně elektrod do velmi tenkých cév (max. Ø průměr 5F). Zaváděcí systém ve více variantách včetně subsektorů pro zavádění „tenkých“ elektrod
- Uchazeč dodá celkem 5 programerů (pro ambulance a sály)
- Uchazeč dodá informační materiál pro pacienty v českém jazyce v počtu 1 ks ke každému dodanému přístroji.
- Uchazeč zajistí na vyžádání přítomnost školeného pracovníka při implantaci dodaného přístroje
- Uchazeč poskytne bezplatnou a nepřetržitou možnost přímé telefonické konzultace zjištěného problému
- Uchazeč provede bezplatnou kontrolu implantovaného přístroje v případě hospitalizace pacienta v jiné nemocnici v ČR, vznikne-li tato potřeba např. v souvislosti s urgentním chirurgickým výkonem. Dále uchazeč zajistí možnost kontroly základních funkčních parametrů a výpisu z paměti implantovaného přístroje je-li nemocný hospitalizován v jiné nemocnici.
- Uchazeč prokáže čestným prohlášením proškolení k technické podpoře při implantaci dodaného přístroje alespoň dvou osob.
- Zadavatel požaduje expiraci minimálně 12 měsíců v den dodání do konsignačního skladu dodavatele
- Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně 24 měsíců.
- Zadavatel požaduje minimálně 2 nalepovací štítky s čárovým kódem na obalu
- Požadujeme dodání 1 čtečky čárových kódů s emulací klávesnice (nejlépe do USB), čtečka by měla být nastavena tak, že po přečtení dat vkládá navíc znak odřádkování
- Požadujeme zřízení 2 konsignačních skladů (MNUL a CV)
- Dodávky budou uskutečněny na základě objednávky ze systému NEOS, telefonem, event. jiným způsobem. V případě, že objednávka bude uskutečněna telefonicky, event. jiným způsobem bude následně do 48 hodin odesláno písemné potvrzení objednávky mailem z objednávkového systému NEOS. Všeobecnou adresou pro potvrzování objednávek zadavatele bude: objednavky.neos@kzcr.eu
- Dodávka předmětu plnění na pracoviště do 24 hod.
- Požadujeme 3 dodací listy – pracoviště potvrdí 1 dodací list při převzetí materiálu, který předá závozu, 1 potvrzený dodací list předá lékárně (přiloží se k faktuře), 1 dodací list zůstává na pracovišti
- Faktury na sklad SZM
- Předmětem nabídky může být pouze materiál s platnými kódy dle číselníku VZP - ZP (ZUM).
- Nabídková cena vč. DPH nesmí překročit maximální úhradu pojišťovny, v případě snížení úhrady za implantaci zdravotní pojišťovnou se uchazeč zavazuje snížit cenu tak, aby implantovaný přístroj byl pokrytý úhradou pojišťovny.
- Dodavatel neprodleně upozorní zadavatele v případě přerušení dodávek a po dohodě s pracovištěm kardiologie zajistí náhradu.

- V průběhu trvání Rámcové kupní smlouvy zadavatel umožňuje dodávku i jiného typu přístroje, pokud se jedná o inovovaný produkt shodné nebo vyšší kvality za stejných cenových podmínek a zadavatel s tímto souhlasí.
- Dojde-li v rámci záruční doby k reimplantaci přístroje z důvodu jeho poruchy, dodavatel uhradí veškeré náklady spojené s dodáním nového přístroje i jeho reimplantací
- Bezplatný upgrade programovacích systémů dodávaných přístrojů.

Implantabilní Kardoivertery-Defibrilátory - Technická specifikace:

U každé části 6. – 10. uvede uchazeč vždy jednodutinové (1D), dvoudutinové (2D) i Biventrikulární systémy (BIV). Všechny přístroje musí splňovat Obecné požadavky pro část 6. – 10.. Přístroje kategorie PREMIUM musí navíc splňovat požadavky uvedené u jednotlivých částí PREMIUM. Uchazeč vyplní a nacení tabulku (viz. příloha č. 3) pro danou část veřejné zakázky, které se uchazeč účastní.

Část 6. Implantabilní Kardiovertry - Defibrilátory BASIC

- Multiprogramovatelnost parametrů
- Možnost nastavení 3 zón pro tachykardickou léčbu
- Možnost antitachykardické stimulace v zóně fibrilace komor
- Maximální hodnota dodané energie nejméně 37 J
- Algoritmy pro snížení výskytu neadekvátních výbojů
- Rozsah stimulační frekvence 30 – 150 min⁻¹
- Rozsah nastavení citlivosti v síňovém kanálu 0,4 - 1 mV
- Rozsah nastavení citlivosti v komorovém kanálu 0,5 mV – 1,5mV
- Možnost stimulace z distálního i proximálního pólu bipolární LV elektrody
- Životnost baterií odpovídající světovému standardu (min. 4 roky)
- Jednoduché intuitivní ovládání programeru
- Možnost exportu dat z ICD do programeru nebo na externí nosič dat.
- Odběr kompletu (přístroj + elektrody). Zadavatel požaduje možnost výběru jedno nebo dvoucívkové defibrilační elektrody.
- Elektrody pro LV stimulaci z koronárního sinu ve více variantách zaváděných „po styletu i angio drátu“, včetně elektrod do velmi tenkých cév (max. Ø 5F). Zaváděcí systém ve více variantách (min. 3) včetně subsektorů pro zavádění „tenkých“ elektrod

Část 7. Implantabilní KardiovertryD s možností vzdálené kontroly pacienta PREMIUM

- Automatické měření prahů ve všech kanálech s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu minimálně v komorových kanálech
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu
- Pokročilé algoritmy pro snížení procenta nežádoucí komorové stimulace
- Pokročilé algoritmy pro diskriminaci SVT arytmií k snížení výskytu neadekvátních výbojů
- Možnost vzdálené kontroly a monitorace důležitých parametrů pomocí celulárních sítí funkčních v ČR. Funkčnost systému uchazeč doloží potvrzením o provozu systému dálkové

kontroly po dobu minimálně 2 let minimálně ze tří pracovišť v ČR v průběhu posledních tří let.

Část 8. ICD s možností vyšetření magnetickou rezonancí PREMIUM

- Automatické měření prahů ve všech kanálech s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu minimálně v komorových kanálech
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu
- Pokročilé algoritmy pro snížení procenta nežádoucí komorové stimulace
- Pokročilé algoritmy pro diskriminaci SVT arytmií k snížení výskytu neadekvátních výbojů
- Možnost podmíněného vyšetření některých oblastí těla pacienta magnetickou rezonancí i v přítomnosti implantovaného systému

Část 9. ICD s možností pokročilého nastavení parametrů zpracování signálů PREMIUM

- Automatické měření prahů ve všech kanálech s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu minimálně v komorových kanálech
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu
- Pokročilé algoritmy pro snížení procenta nežádoucí komorové stimulace
- Pokročilé algoritmy pro diskriminaci SVT arytmií k snížení výskytu neadekvátních výbojů
- Pokročilé nastavení sensingu (možnost optimalizace systému bez nutnosti reoperace)
- Pokročilá programace parametrů zpracování signálu (pro zamezení „doublecounting“, „T-wave oversensing“ a další)
- Možnost výběru konektoru defibrilačních elektrod mezi DF-1 a DF-4

Část 10. Implantabilní CD s možností včasného upozornění hrozícího srdečního selhání PREMIUM

- Automatické měření prahů ve všech kanálech s automatickým nastavením bezpečné amplitudy stimulačního impulsu minimálně v komorových kanálech
- Algoritmy pro preferenci/potlačení vlastního AV převodu
- Pokročilé algoritmy pro snížení procenta nežádoucí komorové stimulace
- Pokročilé algoritmy pro diskriminaci SVT arytmií k snížení výskytu neadekvátních výbojů
- Možnost měření prediktorů srdečního selhání (např. hrudní impedance) s varováním lékaře

Obecné požadavky pro část 6. – 10.:

- Uchazeč dodá 3 ks programerů pro ambulance a sál
- Uchazeč dodá informační materiál pro pacienty v českém jazyce.

- Uchazeč provede bezplatnou kontrolu implantovaného přístroje v případě hospitalizace pacienta v jiné nemocnici v ČR, vznikne-li tato potřeba např. v souvislosti s urgentním chirurgickým výkonem. Dále uchazeč zajistí možnost kontroly základních funkčních parametrů a výpisu z paměti implantovaného přístroje je-li nemocný hospitalizován v jiné nemocnici. Rovněž zajistí případné vyzvednutí patientské jednotky pro vzdálenou monitoraci od pozůstalých v případě úmrtí pacienta, či interogaci přístroje po úmrtí pacienta, bude-li z jakýchkoli (např. soudních) důvodů vyžadována.
- Uchazeč prokáže čestným prohlášením proškolení k technické podpoře při implantaci dodaného přístroje alespoň dvou osob.
- Zadavatel požaduje expiraci minimálně 12 měsíců v době dodání do konsignačního skladu zadavatele.
- Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně 24 měsíců.
- Zadavatel požaduje minimálně 2 nalepovací štítky s čárovým kódem na obalu
- Požadujeme dodání 1 čtečky čárových kódů s emulací klávesnice (nejlépe do USB), čtečka by měla být nastavena tak, že po přečtení dat vkládá navíc znak odřádkování
- Dodávky budou uskutečněny na základě objednávky ze systému NEOS, telefonem, event. jiným způsobem. V případě, že objednávka bude uskutečněna telefonicky, event. jiným způsobem bude následně do 48 hodin odesláno písemné potvrzení objednávky mailem z objednávkového systému NEOS. Všeobecnou adresou pro potvrzování objednávek zadavatele bude: *objednavky.neos@kzcr.eu*
- Dodávka předmětu plnění na pracoviště do 24 hodin.
- Zadavatel požaduje na základě vyžádání přítomnost technika (konzultanta) při implantaci dodaného předmětu plnění
- Zadavatel požaduje nepřetržitou a bezplatnou možnost přímé telefonické konzultace problému
- Zadavatel požaduje dostupnost klinického a technického servisu do 12 hodin, popis poskytovaného technického a klinického servisu při implantaci přístroje, při plánované kontrole nebo při neočekávané nutnosti technického zásahu
- Dojde-li v rámci záruční doby k reimplantaci přístroje z důvodu jeho poruchy, dodavatel uhradí veškeré náklady spojené s dodáním nového přístroje i jeho reimplantací
- Zadavatel požaduje bezplatnou inaktivace a aktivace přístroje v případě hospitalizace pacienta v jakékoliv nemocnici České republiky (např. v souvislosti s plánovaným nebo urgentním chirurgickým výkonem)
- Bezplatný upgrade programovacích systémů dodávaných přístrojů.
- Předmětem nabídky může být pouze materiál s platnými kódy dle číselníku VZP - ZP (ZUM).
- Nabídková cena vč. DPH nesmí překročit maximální úhradu pojišťovny, v případě snížení úhrady za implantaci zdravotní pojišťovnou se uchazeč zavazuje snížit cenu tak, aby implantovaný přístroj byl pokrytý úhradou pojišťovny.
- Požadujeme 3 dodací listy – pracoviště potvrdí 1 dodací list při převzetí materiálu a předá závozu, 1 potvrzený dodací list předá lékárně (přiloží se k faktuře), 1 dodací list zůstává na pracovišti
- Dodávky předmětu plnění do konsignačního skladu/na pracoviště
- Faktury na sklad SZM
- Dodavatel neprodleně upozorní zadavatele v případě přerušení dodávek a po dohodě s pracovištěm zajistí náhradu.

- V průběhu trvání Rámcové kupní smlouvy zadavatel umožňuje dodávku i jiného typu přístroje, pokud se jedná o inovovaný produkt shodné nebo vyšší kvality za stejných cenových podmínek a zadavatel s tímto souhlasí.
- Multiprogramovatelnost parametrů
- Možnost nastavení 3 zón pro tachykardickou léčbu
- Možnost antitachykardické stimulace v zóně fibrilace komor
- Maximální hodnota dodané energie nejméně 37 J
- Algoritmy pro snížení výskytu neadekvátních výbojů
- Rozsah stimulační frekvence 30 – 150 min⁻¹
- Rozsah nastavení citlivosti v síňovém kanálu 0,4 - 1 mV
- Rozsah nastavení citlivosti v komorovém kanálu 0,5 mV – 1,5mV
- Možnost stimulace z distálního i proximálního pólu bipolární LV elektrody
- Životnost baterií odpovídající světovému standardu (min. 4 roky)
- Jednoduché intuitivní ovládání programeru
- Možnost exportu dat z ICD do programeru nebo na externí nosič dat.
- Odběr kompletu (přístroj + elektrody). Zadavatel požaduje možnost výběru jedno nebo dvoucívkové defibrilační elektrody.
- Elektrody pro LV stimulaci z koronárního sinu ve více variantách zaváděných „po styletu i angio drátu“, včetně elektrod do velmi tenkých cév (max. Ø 5F). Zaváděcí systém ve více variantách (min. 3) včetně subsektorů pro zavádění „tenkých“ elektrod

- 4.1. Zadavatel bude u každého poptávaného zdravotnického materiálu akceptovat pouze takovou nabídku, která patří do poslední modelové řady registrovaného zdravotnického materiálu příslušného výrobce.
- 4.2. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v rámci své nabídky dodal ukázkou grafické podoby standardizovaného čárového kódu uvedeného na obalu přepravních balení dané výrobní řady z důvodu ověření snímatelnosti čárových kódů, a to od každého druhu nabízeného plnění alespoň jednu.
- 4.3. Odhadované množství kusů předmětu plnění uvedené v této zadávací dokumentaci je množství orientační, předpokládané. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany uchazeče.
- 4.4. Zadavatel v průběhu trvání Rámcové kupní smlouvy umožňuje na základě písemné dohody s dodavatelem dodávku i jiného typu zdravotnického materiálu, pokud se jedná o inovovaný produkt, který je zároveň:
 - a/ shodné či vyšší kvality než dodávaný typ a svými parametry splňuje minimální požadavky zadavatele stanovené v této zadávací dokumentaci; a
 - b/ zadavatel s dodávkou tohoto nového produktu souhlasí; a
 - c/ nedojde k navýšení ceny.

5. Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky je **2 roky** od podpisu smlouvy.

6. Místo plnění veřejné zakázky

Místem dodání je příslušný konsignační sklad nemocnice Krajské zdravotní, a. s.:

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Kardiologická klinika
 Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. - oddělení kardiologie

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 93 464 930 (v Kč bez DPH) za dobu plnění 2. let.
 Blížší specifikace předpokládaných hodnot jednotlivých částí veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 3-
 Tabulka částí.

8. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 až § 56 ZVZ v tomto rozsahu:

a) Základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
<p>který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;</p>	<p><i>Výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatele; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží dodavatel výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu k výše uvedeným osobám.</i></p>

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
<p>který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;</p>	<p><i>Výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatele; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží jak ve vztahu k této právnické osobě, tak ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží dodavatel výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu k výše uvedeným osobám.</i></p>
<p>který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;</p>	<p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.</i></p>
<p>vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;</p>	<p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.</i></p>
<p>který není v likvidaci</p>	<p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.</i></p>
<p>který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;</p>	<p><i>Potvrzení příslušného finančního úřadu a čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani.</i></p>
<p>který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;</p>	<p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.</i></p>
<p>který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní</p>	<p><i>Potvrzení příslušného orgánu či instituce.</i></p>

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;	
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;	<i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.</i>
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;	<i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.</i>
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu	<i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.</i>

b) Profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením	Způsob prokázání splnění:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán	<i>Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán</i>
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci	<i>Doklady o oprávnění k podnikání pokrývající předmět veřejné zakázky</i>

c) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel:	Způsob prokázání splnění:
předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, které budou v součtu odpovídat objemu v tabulce níže uvedené, a jejichž předmět plnění je obdobný předmětu plnění té části, do které uchazeč podává nabídku. Dodavatel uvede jejich rozsah a dobu plnění	<i>Dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ; Přílohou tohoto seznamu musí být</i>

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel:			Způsob prokázání splnění:
v minimální výši bez DPH pro:			<ol style="list-style-type: none"> osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně <p>Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel stanoví, že významné zakázky musí splňovat zadavatelem stanovené parametry ve sledovaném období, tj. za poslední 3 roky před uplynutím lhůty pro podání nabídky na plnění této veřejné zakázky.</p> <p>Pro úplnost se dodává, že bude-li se v případě významné zakázky jednat o dosud neukončenou zakázku (probíhající projekt), je uchazeč povinen prokázat, že v rámci této zakázky již bylo odvedeno a objednatel akceptováno plnění v zadavatelem požadované hodnotě.</p>
Kardiostimulátory			
části zakázky	předmět	Celkový souhrn dodávek pro jednoho zadavatele (odběratele) za období nejdéle 12 po sobě jdoucích měsíců	
část 1	I. Kardiostimulátory BASIC		
	CELKEM	4 124 787 Kč	
část 2	II. Kardiostimulátory PREMIUM - s možností vzdálené kontroly pacienta		
	CELKEM	1 081 023 Kč	
část 3	III. Kardiostimulátory PREMIUM - s možností vyšetření magnetickou rezonancí		
	CELKEM	1 081 023 Kč	
část 4	IV. Kardiostimulátory PREMIUM - s minimalizací nežádoucí komorové stimulace		
	CELKEM	1 081 023 Kč	
část 5	V. Kardiostimulátory PREMIUM - s pokročilým senzorem		
	CELKEM	1 081 023 Kč	
Kardiovertery - defibrilátory			
část 6	VI. Kardiovertery BASIC		

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel:			Způsob prokázání splnění:
		9 765 300	
	CELKEM	Kč	
část 7	VII. Kardiovertery PREMIUM - s možností vzdálené kontroly pacienta		
	CELKEM	2 199 450	
		Kč	
část 8	VIII. Kardiovertery PREMIUM - s možností vyšetření magnetickou rezonancí		
	CELKEM	2 199 450	
		Kč	
část 9	IX. Kardiostimulátory PREMIUM - s možností pokročilého nastavení parametrů zpracování signálů		
	CELKEM	2 199 450	
		Kč	
část 10	X. Kardiostimulátory PREMIUM - s možností včasného upozornění hrozícího srdečního selhání		
	CELKEM	3 226 950	
		Kč	

d) Zadavatel požaduje dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

e) Forma splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce účastník se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

f) Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodů.

9. Obchodní podmínky

Uchazeč je povinen podat za každou část veřejné zakázky do které se přihlásí jediný návrh smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace), který je zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Krajská zdravotní, a. s.. Uchazeč je povinen respektovat veškerá ustanovení uvedená v návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Uchazeč nesmí do návrhu smlouvy jakkoliv zasahovat s výjimkou částí, u kterých se zásah výslovně předpokládá.

Návrh smlouvy musí být přiložen k nabídce také v elektronické podobě (na CD ve formátu *.doc nebo *.docx). Uchazeč není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou, podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

10. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena u každé jednotlivé části této veřejné zakázky bude stanovena v české měně, a rozumí se jí součin předpokládaného množství jednotlivých položek u každé části této veřejné zakázky dle přílohy číslo 3 a ceny za jeden kus této položky.

Nabídková cena bude formulována v členění bez DPH, výše a sazba DPH a cena vč. DPH.

Současně uchazeč závazně uvede cenu za 1 kus SZM bez DPH v příloze č. 3. Cena za 1 kus bez DPH bude po celou dobu smluvního vztahu cenou maximální, uchazečem zaručenou při nižším i vyšším reálně odebraném množství .

Nabídková cena bude tedy stanovena v rozsahu předpokládaného plnění dle tabulky - viz. příloha č. 3, za podmínek:

- ✓ Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění bez DPH, výše a sazba DPH a cena vč. DPH.
- ✓ Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním části nebo celého rozsahu veřejné zakázky
- ✓ Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

11. Způsob zpracování nabídky

11.1. Rozsah a forma nabídky

Nabídka musí být zcela v souladu s touto zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy.

Nabídka v tištěné podobě bude zpracována jednou v originále a jednou v kopii. Nabídka bude obsahovat návrhy smluv podepsaných oprávněným zástupcem uchazeče.

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek:

- Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce.
- Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČO, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele, nabídková cena (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).
 - Návrh smlouvy podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.
 - Cenová nabídka zpracovaná dle článku 10 zadávací dokumentace.
 - Specifikace technických parametrů a funkčních vlastností zboží u každé jednotlivé části veřejné zakázky, a to **do dání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností, možno i na CD/DVD.**
 - Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
 - Grafická podoba standardizovaného čárového kódu dle požadavků uvedených v čl. 4.2. zadávací dokumentace.
 - Další doklady dle úvahy a možností uchazeče (smlouva dle § 51 odst. 6 ZVZ apod.).

Součástí nabídky musí být pro všechny části (tj. část 1 až 10) veřejné zakázky shodně v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ rovněž:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, pokud nemá uchazeč formu akciové společnosti, uvede i tuto skutečnost
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

11.2. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 ZVZ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Poskytování dodatečných informací se řídí ustanovením dle § 49 ZVZ.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče podle § 49 odst. 2 ZVZ. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

13. Podání nabídek

13.1 Podání nabídky v listinné podobě

Nabídky v písemné podobě podají uchazeči osobně nebo zašlou v uzavřených obálkách označených „NEOTEVÍRAT „VZ – SZM kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery-defibrilátory“ část xx-xx

Zadavatel požaduje, aby uchazeč podal nabídku **za každou část veřejné zakázky v samostatné obálce.**

Obálky budou na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho oprávněného zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 ZVZ.

Místo pro podání nabídky

Nabídky podávají uchazeči v listinné podobě do sídla zadavatele v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 14.00 hod. a v pátek od 8.00 do 13.00 hod v podatelně společnosti.

Adresa pro podání nabídek:

Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

13.2 Elektronické podávání nabídek

Elektronické podání nabídky se řídí ustanovením § 149 ZVZ.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím systému **E-ZAK** na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>.

13.3 Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **13.11.2014** v 10 hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím této lhůty pro podání nabídek. V případě zaslání nabídek je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli na uvedenou adresu, nikoli datum jejího předání k přepravě.

14. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **13.11.2014** v 12:00 hodin na adrese zadavatele: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Otevírání obálek s nabídkami se může, kromě členů komise pro otevírání obálek, zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče) a průkazem totožnosti.



15. Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůta je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů a začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 ZVZ se rovněž řídí pozastavení zadávací lhůty.

16. Způsob hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ je základním hodnotícím kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH za předpokládaný odběr za 2 roky.

17. Poskytnutí jistoty vč. její výše

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

18. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Způsob komunikace se řídí § 148 ZVZ a prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele EZAK.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro podání nabídek.

V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 ZVZ.

Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastanou podmínky uvedené v § 84 ZVZ.

Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou a nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace k veřejné zakázce. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.

19. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Přílohy č. 2 – Závazný návrh rámcové kupní smlouvy pro části 1-10

Příloha č. 3 – Tabulka částí

V Ústí nad Labem, dne 28 -07- 2014

13

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Č.Ú: 25488627
IČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti

