

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1320/2018

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Dodávka 5 ks ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 5 - Přenosný ultrazvuk s lineární abdominální sondou pro chirurgické oddělení“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000212**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks ultrazvukových přístrojů do Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:

- dopravy zboží do místa plnění,
- jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.),
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
- instruktáže zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- předání všech příslušných dokladů,
- záručního servisu za dále uvedených podmínek,
- likvidace obalového materiálu,

Cena sjednaná ve smlouvě: 334000 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: EXRAY s.r.o.
Sídlo: Karlovarská 89
271 01 Nové Strašecí
IČO: 01647580

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	MEDtechnic services s.r.o.	Váňova 3180 Kladno 27201	03175651	242 000,- Kč bez DPH
2.	Bionik Stapro Group, s.r.o.	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice	02040638	269 730,- Kč bez DPH
3.	EXRAY s.r.o.	Karlovarská 89 271 01 Nové Strašecí	01647580	334 000,- Kč bez DPH
4.	Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	04179960	400 800,- Kč bez DPH
5.	Aura Medical s.r.o.	K Verneráku 4 148 00 Praha 4	65412559	875 000,- Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:

MEDtechnic services s r.o., Váňova 3180, 272 01 Kladno, IČO: 03175651

Zadavatel požadoval v technické specifikaci:

Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

- Formáty exportovaných záznamů: MP4

Účastník v nabídce uvádí

Formáty exportovaných záznamů: MP4 - Účastník tento bod dokládá formátem videa AVI. Formáty MP4 a AVI jsou rozdílné a formát videa MP4 nebyl nikde v datasheetu nalezen.

Zadavatel požadoval doložení dokladů dle § 74 odst. 1 písm. b), avšak Zadavatel v odpovědi nenalezl Potvrzení příslušného Finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst.1 písm. b) a konstatuje, že Účastník neprokázal splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ.

Bionik Stapro Group, s.r.o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, IČO: 02040638

Zadavatel požadoval v technické specifikaci:

Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

- Formáty exportovaných záznamů: MP4

Účastník v Objasnění nabídky uvedl:

Formát videa MP4 nebyl nalezen ani v přiloženém datsheetu.

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 09.11.2018

Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

