

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1587/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Myčka podložních mís pro neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000136**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-010114**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks myčky podložních mís spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

...

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	STERIPAK s.r.o.	Poděbradova 849, 664 42 Modřice	26225484	95 900,- Kč bez DPH
2.	HOSPIMED s.r.o.	Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3	00676853	128 400,- Kč bez DPH
3.	Arjo Czech Republic s.r.o.	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha	46962549	112 330,- Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
STERIPAK s.r.o.	Poděbradova 849, 664 42 Modřice	26225484
Arjo Czech Republic s.r.o.	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha	46962549

Odůvodnění vyloučení účastníků:
STERIPAK s.r.o.:

Účastník neprokázal splnění technické specifikace dle požadavků zadávací dokumentace v plném rozsahu. Zadavatel v technické specifikaci požaduje hlučnost maximálně 52 dB, ale účastník doložil hlučnost 54 dB.

Arjo Czech Republic s.r.o.:

Účastník neprokázal splnění technické specifikace dle požadavků zadávací dokumentace v plném rozsahu. Zadavatel v technické specifikaci požaduje hlučnost maximálně 52 dB. Účastník má v nabídce rozpor, v jedné části nabídky uvádí hlučnost 53dB a další části nabídky 58 dB, což je nad maximální požadovaný limit.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebyla rozdělena z důvodu ucelené povahy předmětu plnění.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl zjištěn.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

V zadávacím řízení zbyl jeden účastník, proto se zadavatel se rozhodl zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne 17.06.2019

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

