

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1522/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 2: Ventilátory k resuscitačním inkubátorům“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000071“

ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-009330“

Předmět veřejné zakázky: Ventilátory k resuscitačním inkubátorům

Cena sjednaná ve smlouvě: 1 643 138,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: Dartin, s.r.o.
Sídlo: Suchodlská 688
252 62 Homeřice
IČO: 40763781

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Dartin, s.r.o.	Suchodlská 688 252 62 Homeřice	40763781	1 643 138 Kč bez DPH
2.	MR Diagnostic s.r.o.	Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha	25245791	1 219 470 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
MR Diagnostic s.r.o.	Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha	25245791

Odůvodnění vyloučení účastníků:

MR Diagnostic s.r.o.:

Účastník zadávacího řízení nesplnil podmínky zadavatele uvedené v Příloze č. 2 - Technická specifikace. "Plicní ventilátor pro novorozence se zvlhčovačem" v položce - Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle hodnoty SpO2 u pacienta) - obecně známé jako " Funkce smyčka SpO2" v nabídce účastník uvedl - "tento parametr nesplňujeme".

Odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 06.09.2019

Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

